

Prot.

Dipartimento Tecnico ed Approvvigionamenti
**U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della
Logistica**
Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI
PREVENTIVI, DELLA FORNITURA DI 10 UNITA’ DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO
PER L’UOC DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE SAN BORTOLO DELL’AZIENDA ULSS N. 8
“BERICA” - CIG ZCA2BC456D - ID SINTEL 121055146**

CHIARIMENTO N. 2

Domanda n. 2

In riferimento alla presente procedura, la Società chiede: *“Nell’art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO, concernente la fornitura di n. 10 unità di monitoraggio per l’UOC di Pediatria, relativamente alla caratteristica al punto 1 il quale prevede l’uso adatto per pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Si chiede quale tipologia di accessori devono essere compresi nella configurazione di offerta e quali possono essere inseriti come opzionali”*

Risposta n. 2

Si conferma che gli accessori compresi nell’offerta devono consentire la rilevazione di ECG, SatO2, frequenza respiratoria, temperatura non invasiva e PA non invasiva per tutte e tre le tipologie di paziente: neonatale, pediatrico ed adulto.

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto