

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 42 DEL 21/01/2022

O G G E T T O

ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 PIATTAFORMA ECOGRAFICA PER APPLICAZIONI CLINICHE OFTALMICHE IN FABBISOGNO ALLA UOC DI OCULISTICA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 59/22

Il Responsabile dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota agli atti il Direttore dell'UOC di Oculistica del P.O. San Bortolo di Vicenza ha richiesto l'acquisto di n. 1 eco-oftalmografo specificando che *“la richiesta si rende necessaria con carattere di urgenza a causa del guasto occorso all'Ecografo in uso in reparto e per l'estrema difficoltà nel reperire le component di ricambio, data la vetustà/obsolescenza dello strumento che risale al 2009”*;

nella medesima nota il succitato Direttore specificava che l'apparecchiatura richiesta *“... risulta fondamentale per la diagnosi, il follow-up e l'assunzione di eventuali decisioni terapeutiche in presenza sia di patologie del segmento anteriore oculare, sia di patologie vitreali o corioretiniche che rendano impossibile l'esplorazione del segmento posteriore in caso di opacità o alterazioni dei mezzi diottrici”*;

interpellato il GDL Apparecchiature Elettromedicali – UVA DM – ha espresso parere favorevole all'acquisto;

sulla base di ricerche di mercato, il costo delle apparecchiature è stimato in circa € 70.000,00 iva esclusa

l'art. 1 c.2 della L. 120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, prevede che, la pubblica amministrazione, per acquisti di valore inferiore ad € 139.000,00 iva esclusa possa procedere mediante:

- a) Affidamento diretto, previa idonea motivazione, senza la richiesta e la valutazione di più preventivi;
- b) Procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;

per garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti ed assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione di tutte le imprese interessate, con nota prot. 106055 del 16.10.2021, si è avviata procedura negoziata mediante la pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel che sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, per l'affidamento di n. 1 piattaforma ecografica per applicazioni cliniche oftalmiche in fabbisogno all'UOC di Oculistica del P.O. San Bortolo di Vicenza con aggiudicazione sulla base della valutazione, da parte di un gruppo di esperti, degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate, ed avente base d'asta pari ad € 60.000,00 iva esclusa

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14:00 di giorno 02.11.2021, sono pervenute le proposte economiche delle ditte e per i prezzi di seguito indicati:

Ditta	Importo
BB-8 srl	€ 55.600,00
Amadir srl	€ 64.900,00

con nota prot. 131081 del 21.12.2021 (All.01) il gruppo tecnico chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici delle offerte comunicava che: *“l'offerta ritenuta idonea è quella dell'Azienda Amadir srl, in quanto risponde pienamente ai criteri di inclusività richiesti. L'offerta giunta dall'Azienda BB-8 srl, infatti, durante l'analisi ecografica B-Scan non offre la possibilità di usufruire di sensore di posizionamento né dello sdoppiamento per eventuale follow-up diagnostico. Inoltre, la sonda A-Scan offerta non risulta standardizzata secondo i criteri di Oissoning impedendo quindi una valutazione tissutale convenzionata e ripetibile. Infine, risulta priva del sistema Dicom”*;

a seguito di richiesta di miglioria la ditta Amadir srl concedeva uno sconto del 5% per un importo finale pari ad € 61.655,00

il prezzo risulta essere congruo

stante quanto in precedenza riportato si propone, quindi, l'aggiudicazione della fornitura di n. 1 piattaforma ecografica per applicazioni cliniche oftalmiche in fabbisogno all'UOC di Oculistica del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta Amadir srl per un importo complessivo di € 61.655,00 iva esclusa;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31, comma e 216, comma 27 – octies, del D.Lgs. 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del Dec;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC diverso dal RUP:

- ✓ prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;
- ✓ per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 416,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di assegnare la fornitura di n. 1 piattaforma ecografica per applicazioni cliniche oftalmiche in fabbisogno all'UOC di Oculistica del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta Amadir srl per un importo complessivo pari ad € 75.219,10 iva inclusa;
2. che il costo di euro € 75.219,10 iva inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 22VD0059Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "fondi propri da rettifiche FSR";

3. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 10.1 delle linee guida Anac n. 3, Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Francesco Bellato, collaboratore tecnico Servizio Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale
4. riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 416,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

UNITA' OPERATIVA DI OCULISTICA**DIRETTORE: Dr Roberto Cian****C.A.: Dr.ssa Romina Cazzaro**
Direttore f.f. Direzione Medica**Dr Giorgio Miotto**
Direttore di Provveditorato
Economato
E Gestione della Logistica

PROT. N. 0131081/2021

Oggetto: Richiesta acquisto piattaforma ecografica per applicazione cliniche oftalmiche – Proposta di aggiudicazione

In seguito alla valutazione delle offerte pervenute per la fornitura n. 1 ecooftalmografo, alleghiamo in seguito le nostre considerazioni.

L'offerta ritenuta idonea è quella dell'Azienda Amadir srl, in quanto risponde pienamente ai criteri di inclusività richiesti.

L'offerta giunta dall'Azienda BB-8 srl, infatti, durante l'analisi ecografica B-Scan non offre la possibilità di usufruire di sensore di posizionamento né dello sdoppiamento per eventuale follow-up diagnostico.

Inoltre, la sonda A-Scan offerta non risulta standardizzata secondo i criteri di Oissonig impedendo quindi una valutazione tissutale convenzionata e ripetibile. Infine, risulta priva del sistema Dicom.

Tra le 3 proposte di offerta ricevute dalla ditta Amadir srl, la più congeniale risulta essere la numero 2, in quanto più completa dal punto di vista diagnostico strumentale. Inoltre, la disposizione di 2 sonde per l'ecografia B Scan (da 15 MHz e da 20 MHz) permette, in caso di avaria di una delle due, di garantire comunque il servizio nell'attesa del servizio di assistenza della prima sonda danneggiata.

Cordialmente

Vicenza 21.12.2021

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O. OCULISTICA - Vicenza

Dr. Roberto Cian

Specialista in Oculistica

Direttore UOC Oculistica

Dr Roberto Cian