

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DETERMINA**

### **DEL DIRIGENTE RESPONSABILE**

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 206 DEL 06/05/2022

## **O G G E T T O**

**ASSEGNAZIONE FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO PER FOTOTERAPIA IN FABBISOGNO ALL'UOC DERMATOLOGIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 214/22

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con comunicazione del 15/09/2021, il Direttore dell'UOC Dermatologia del P.O. San Bortolo di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti, chiedeva l'acquisto di un nuovo apparecchio per fototerapia, in sostituzione di quello presente, guasto ed irreparabile per indisponibilità di ricambi;

in particolare, il succitato Direttore specificava che il nuovo apparecchio, tecnologicamente più avanzato, avrebbe garantito *“maggiore sicurezza per i controlli sui dosaggi UV più affidabili”* nonché *“minori tempi di esecuzione”*;

con nota agli atti (prot. n. 106202 del 18/10/2021), il GdL Apparecchiature elettromedicali - UVA-DM esprimeva parere positivo all'acquisizione dell'apparecchiatura in oggetto, motivando che *“la sostituzione è dovuta a non riparabilità, per fuori supporto/produzione, di un'apparecchiatura necessaria all'erogazione di prestazioni ricomprese nei LEA”*;

a fronte di quanto esposto, in data 07/03/2022, ai sensi dell'art. 36 com. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del *“Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria”* la presente Amministrazione avviava, mediante piattaforma telematica SINTEL, una procedura di gara (base d'asta € 20.000,00) aperta a tutti i potenziali concorrenti, per la fornitura di n. 1 apparecchio per fototerapia;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 22/03/2022, presentava quotazione unicamente la ditta 2Tmedica SRL, la quale offriva n. 1 apparecchio per fototerapia per un importo complessivo pari ad € 18.390,00 iva esclusa;

premesso che, come da capitolato di gara, l'aggiudicazione della fornitura sarebbe stata effettuata a favore del miglior offerente, tenuto conto degli elementi economici e tecnici della singola proposta ed in considerazione del fatto che al suddetto appalto avesse partecipato solamente una ditta, con relazione (allegato n. 1) del 14/04/2022, il gruppo di esperti, valutato l'unico preventivo, accertava la corrispondenza di quanto richiesto a quanto offerto;

tutto ciò premesso, si propone quindi di aggiudicare la fornitura di n. 1 apparecchio per fototerapia in fabbisogno all'UOC Dermatologia del P.O. San Bortolo di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, alla ditta 2Tmedica SRL, per un importo complessivo pari ad € 18.390,00 iva esclusa;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31 e 216 comma 27 – octies, del D.Lgs. 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del Dec;

ciò considerato, la nomina del Dec si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, ricorre la seguente condizione che impone di nominare un Dec diverso dal RUP:

- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 112,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

in base al D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018;

sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

D I S P O N E

1. di assegnare la fornitura di n. 1 apparecchio per fototerapia in fabbisogno all'UOC Dermatologia del P.O. San Bortolo di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, alla ditta 2Tmedica SRL, per un importo complessivo pari ad € 22.435,80 iva inclusa;
2. di dare atto che il costo complessivo di € 22.435,80 sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 22VP00214Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "Fondi propri da rettifiche FSR";
3. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la Coordinatrice infermieristica Dott.ssa Daniela Ferrari dell'UOC Dermatologia del P.O. San Bortolo di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 Berica;
4. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 112,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

---

Il presente atto è firmato digitalmente da Miotto Giorgio

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

Dipartimento: Area Medica 1<sup>A</sup>Unità Operativa : **DERMATOLOGIA**

Indirizzo sede: Viale Rodolfi, 37 Vicenza

Direttore **Dr Luigi Naldi**

Prot. N. 28 /2022

Vicenza , 14/04/2022

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**Oggetto:** affidamento diretto, previa richiesta di preventivi per l'eventuale fornitura di n. 1 apparecchio per fototerapia mirata mani e piedi in fabbisogno all'ambulatorio dermatologico del P.O. San Bortolo di Vicenza. id sintel: 151870655 – cig: z13357d1e2

La commissione formata del Dott. Trevisan Giampaolo e Dott.ssa Germa Lérica per la valutazione dell'offerta per la fornitura di

**N. 1 APPARECCHIO PER FOTOTERAPIA MIRATA MANI E PIEDI IN  
FABBISOGNO ALL'AMBULATORIO DERMATOLOGICO DEL P.O. SAN BORTOLO DI  
VICENZA. ID SINTEL: 151870655 – CIG: Z13357D1E2**

Ha verificato che le caratteristiche tecniche della strumentazione in offerta corrispondono a quelle indicative di seguito riportate :

1. Emissione di luce ultravioletta UVB a banda stretta (311 nm);
2. Menù che permetta di definire i tempi di erogazione e la conseguente emissione di J/cm<sup>2</sup>;
3. Spegnimento automatico al termine dell'emissione;
4. Contatore ore di impiego integrato;
5. N. 4 moduli di illuminazione così suddivisi:
  - a. N. 2 moduli per le mani così da poter trattare dorso e palmo delle mani simultaneamente;
  - b. N. 2 moduli per i piedi così da poter trattare simultaneamente il dorso e la pianta dei piedi;
6. Possibilità di attivare i 4 moduli individualmente;
7. Alimentazione 230V;
8. Potenza massima 800 W;
9. N. 4 occhiali di protezione UV;
10. Sgabello per far sedere il paziente durante l'erogazione;

Inoltre si apprezzano le seguenti caratteristiche :

- brevi tempi di esposizione (dose massima di 2,5 J/cm<sup>2</sup> in 200 secondi)
- possibilità di disinfettare ogni singolo modulo senza smontare nessun pezzo dopo ogni irradiazione
- le funzioni di sicurezza con presenza di 3 valori limite "massimo di lampade", "limite di immissione", "limite di avvertimento "
- software in Italiano.

Dott. Giampaolo Trevisan  
Dott.ssa Lérica Germa

