

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DETERMINA

DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 355 DEL 25/07/2022

O G G E T T O

**ETICHETTE TRACCIABILITA' DELLA STERILIZZAZIONE CON INDICATORE DI PROCESSO
E ETICHETTATRICI: AFFIDAMENTO FORNITURA..**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 355/22

Il Responsabile della Sezione Beni Economici e Servizi Alberghieri dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“per assicurare la continuità della fornitura di “etichette tracciabilità della sterilizzazione con indicatore di processo e etichettatrici” utilizzati presso le centrali di sterilizzazione dell'Azienda U.L.S.S. 8 Berica, è stata avviata in data 20/04/2022 dalla Sezione “Servizi e beni economici” della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” la relativa indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 1 com. 2 della L. n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, che prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di procedere mediante Affidamento Diretto, previa idonea motivazione, senza la richiesta e la valutazione di più preventivi, per acquisti inferiori ad € 139.000,00 iva esclusa;

l'invito, aperto a tutti i potenziali concorrenti, si riferisce ad una fornitura con durata di mesi trentasei (36) a fronte di un importo a base d'asta pari ad € 52.000,00;

l'indagine è stata svolta in modalità telematica sulla piattaforma denominata “Sintel” di public procurement della Regione Lombardia gestita da ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. ed identificata dai codici ID SINTEL 153588138 – CIG 91944571F2;

entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 13/05/2022 sono pervenute le seguenti offerte:

- BS MEDICAL che ha presentato un'offerta pari ad € 40.572,00;
- ID&CO che ha presentato un'offerta pari ad € 46.100,00;
- STERIL srl che ha presentato un'offerta pari ad € 48.980,00;

dall'esame della valutazione svolta dal gruppo di esperti dell'Azienda Ulss 8 Berica, risulta che le offerte delle ditte BS Medical e ID&CO non siano state ammesse, per le seguenti motivazioni:

la Ditta BS Medical risulta non idonea in quanto:

- prodotto con indicatore di processo (non presente);
- certificazione di mantenimento del colore di viraggio (presente solo dichiarazione)
- certificazione rilasciata Ente accreditato attestante la conformità dell'indicatore e chimico alla norma UNI EN ISO 11140-1 Tipo 1 (non presente);
- certificazione attestante che il produttore del materiale offerto operi in conformità al sistema di controllo della qualità previsto dalla norma UNI EN ISO 13485
- (non presente);

la Ditta ID&CO risulta non idonea in quanto:

- prodotto con indicatore di processo (non presente);
- certificazione di mantenimento del colore di viraggio (non presente);
- certificazione rilasciata Ente accreditato attestante la conformità dell'indicatore e chimico alla norma UNI EN ISO 11140-1 Tipo 1 (non presente);

risulta altresì dal verbale che la Ditta Steril Srl abbia offerto un prodotto ritenuto idoneo, al prezzo complessivo di € 48.980,00 iva esclusa;

ciò premesso si propone di:

- allegare il verbale del gruppo di esperti al presente provvedimento a farne parte integrante;
- l'acquisto di n. 2.400.000,00 Etichette a doppia adesività con indicatore di processo, n. 180.000,00 Etichette a doppia adesività con indicatore di processo e n. 28 Etichettatrici a tre linee di stampa dalla Ditta Steril Srl, al prezzo complessivo di ad € 48.980,00 iva esclusa;

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

in base all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.

PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DISPONE

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. allegare il verbale del gruppo di esperti al presente provvedimento a farne parte integrante (Allegato 1);
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1 com. 2 della L. n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, alla Ditta Steril Srl l'acquisto di n. 2.400.000,00 Etichette a doppia adesività con indicatore di processo, n. 180.000,00 Etichette a doppia adesività con indicatore di processo e n. 28 Etichettatrici a tre linee di stampa, a copertura del fabbisogno triennale delle Centrali di Sterilizzazione, al prezzo complessivo di ad € 48.980,00 iva esclusa
4. di dare atto che l'importo di spesa complessivo pari ad € 48.980,00, oltre IVA 22%, pari ad € 10.775,60, per un importo complessivo pari ad € 59.755,60 IVA 22% inclusa, sarà a carico del conto 54.03.000060 dei seguenti Bilanci Sanitari con CDEL 22BP1620R0;

Bilancio sanitario anno	2022	€ 6.639,51
Bilancio sanitario anno	2023	€ 19.918,53
Bilancio sanitario anno	2024	€ 19.918,53
Bilancio sanitario anno	2025	€ 13.279,03

5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Il presente atto è firmato digitalmente da Miotto Giorgio

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"**

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050 - COD. U.L.SS. 508 - COD.FISC. E P.IVA 02441500242 - Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

IL Gruppo di Esperti si è riunito in data 30/06/2022.

Ha valutato i prodotti offerti dalle Ditte BS Medical, ID&CO e STERIL e la relativa documentazione.

Solo la Ditta STERIL ha presentato la documentazione e i materiali proposti sono conformi a quanto richiesto dal capitolato.

Di seguito vengono rappresentati i punti di non idoneità delle Ditte BS Medical e ID&CO:

Capitolato tecnico	BS MEDICAL	Ditta ID&CO
Le etichette devono essere dotate di un <i>indicatore di processo polimerizzato</i>	NON idoneo: manca	NON idoneo: manca
Certificazione di mantenimento del colore di viraggio e della tenuta adesiva per 10 anni.	NON idoneo: presente solo dichiarazione	NON idoneo: manca
Certificazione rilasciata da Ente accreditato attestante la conformità dell'indicatore chimico alla norma UNI EN ISO 11140-1 Tipo 1.	NON idoneo: manca	NON idoneo: manca
Certificazione attestante che il produttore del materiale offerto operi in conformità al sistema di controllo della qualità previsto dalla EN ISO 13485	NON idoneo: manca	Idoneo

Dopo le prove tecniche eseguite si conferma che solo le etichette proposte dalla Ditta Steril, presentano capacità di adesivazione su ogni supporto e il risultato del viraggio è di facile lettura.

Alla luce di quanto sopra, si propone di aggiudicare la fornitura alla ditta STERIL.

Cordiali saluti

Castagna Loretta
Coordinatrice Centrali di Sterilizzazione Area Ovest

Paolo Ruggiero Ramanzin
Provveditorato, Economato, e Gestione della logistica

Loretta Castagna