



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA"**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242



**U.O.Neuroradiologia**  
**Direttore Dott. Pinna Vittore**

**U.O.Radiologia**  
**Direttore Dott. Savastano Sergio**

## **Procedure di preparazione all'esame di Risonanza Magnetica nel paziente esterno**

**OBIETTIVI** : Migliorare ulteriormente il livello di sicurezza per il Paziente che esegue la Risonanza Magnetica.

**PERSONALE COINVOLTO** : Medico; TSRM, Infermiere; Operatore (OSS, OTC, AUS ) dell'U.O. di Neuroradiologia o Radiologia e segreteria Radiologia/Neuroradiologia .

**PROGRAMMAZIONE:** viene effettuata dal Personale del Segreteria Radiologia/Neuroradiologia seguendo il percorso aziendale per la priorità e la patologia indicata nella ricetta del medico curante o specialista.

Al momento della prenotazione vengono fornite indicazioni sull'eventuale digiuno ed, alla luce di eventuali riferite patologie concomitanti ( allergie, nefropatie), sui protocolli di preparazione da seguire consultabili anche sul sito aziendale ULSS 6.

<b>1. ACCOGLIENZA IN SALA ESAME:</b> Il Personale di sala verifica:
<input type="checkbox"/> corretta identità del Paziente
<input type="checkbox"/> La presenza di tutta la documentazione prevista ( richiesta, questionario compilato e firmato, pregressa documentazione clinica e strumentale) <b>E' responsabilità del medico radiologo, responsabile dell'esame, l'accertamento dell'idoneità del Paziente all'esecuzione dell'indagine</b>
<input type="checkbox"/> l'eventuale stato di gravidanza in donne in età fertile;
<input type="checkbox"/> la presenza della firma di entrambi i genitori (come previsto dalla attuale legislazione ) in Pazienti minorenni
<input type="checkbox"/> Il rispetto del digiuno , se richiesto ,e degli eventuali protocolli di preparazione
<input type="checkbox"/> <b>Che il paziente abbia depositato tutti gli oggetti metallici (orologi ,collane forcine, orecchini, tesserini magnetici ,carte di credito ed effetti personali)negli appositi armadietti dotati di chiave , e rimosso l'eventuale trucco al volto</b>
<input type="checkbox"/> Istruisce il Paziente sul corretto utilizzo del camice e delle sovra -scarpe fornite dall'azienda

Revisione n° 1	Redazione	Approvazione Direzione	Validazione
Data 15/01/2015	Coord. M. Busato-Tsrm R. Campino Coord. R.Marcato-P.Bertolini Inf. P.Soliman	U.O. Neuroradiologia dott. Vittore Pinna U.O. Radiologia Dott. Sergio Savastano UOS Sicurezza del paziente Dott.ssa Tiziana Sagazio	Direzione Sanitaria Dott. Ennio Cardone

<b>2. ESECUZIONE DELL'ESAME :</b> Il Personale di sala preventivamente il Paziente circa:
o La durata approssimativa dell'esame
o l'importanza della completa collaborazione;
o sull'eventuale somministrazione di mezzo di contrasto ed il reperimento dell'accesso venoso periferico da parte del personale infermieristico;
o la possibilità di comunicare tramite interfono
Il paziente viene quindi : -posizionato sul lettino dell'apparecchio risonanza Magnetica  -dotato ed istruito sull'uso del campanello allarme da utilizzare in caso di necessità  -fornito di cuffia fonoassorbente o tappi auricolari

**Il Personale TSRM** garantisce la corretta esecuzione dell'indagine diagnostica;

**Il Personale Infermieristico** assicura l'assistenza, somministra l'eventuale mezzo di contrasto o altri farmaci.

Al termine della procedura verificata la corretta esecuzione dell'indagine e le sue condizioni cliniche si congeda il Paziente fornendogli le necessarie indicazioni sul ritiro del referto

#### Note

Si segnala inoltre che il Personale è adeguatamente formato per la gestione di una eventuale urgenza cardio-respiratoria o reazione avversa al mezzo di contrasto. Il Sito è dotato della strumentazione necessaria prevista per la gestione delle eventuali urgenze. Il documento "Standard di sicurezza in Risonanza Magnetica: Il Regolamento di Sicurezza" è sempre esposto e consultabile nel Sito RM

**Bibliografia** M.Giannelli, M.Mascalchi, M.Mattozzi, A.S. Panebianco, F. Campanella, **Standard di sicurezza in Risonanza Magnetica: il Regolamento di Sicurezza**, Ispesl, 2009, Roma

Revisione n° 1	Redazione	Approvazione Direzione	Validazione
Data 15/01/2015	Coord. M. Busato-Tsrm R. Campino Coord. R.Marcato-P.Bertolini Inf. P.Soliman	U.O. Neuroradiologia dott. Vittore Pinna U.O. Radiologia Dott. Sergio Savastano UOS Sicurezza del paziente Dott.ssa Tiziana Sagazio	Direzione Sanitaria Dott. Ennio Cardone