

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI DETERMINAZIONI SIEROIMMUNOLOGICHE PER L'UOC DI MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

CIG N. BBA599FE29
ID SINTEL N. 219398123

VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1)

Alle ore 11:00 del giorno 20 luglio 2026, in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, si riunisce per l'apertura delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con note del Direttore Generale prot. n. 74309 del 02.07.2026 e prot. n. 78563 del 13.07.2026, così composta:

Presidente:

- Dott.ssa Giacomina Pavan – Dirigente Medico presso l'U.O.C. di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica";

Componenti:

- Dott.ssa Fedra Fortuna – Coordinatrice delle professioni Sanitarie presso l'U.O.C. di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica";
- Dr.ssa Natascia Gonzato, Tecnico di Laboratorio presso l'U.O.C. di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica";

E' altresì presente l'avv. Laura Tedeschi dell'UOS Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che alle ditte partecipanti è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma Sintel, dello svolgimento della presente seduta di gara.

La Commissione prende atto altresì che, con verbale del 24.06.2026, sono stati ammessi alla presente gara i seguenti operatori economici:

Denominazione Operatori Economici	Sede Legale
DIASORIN ITALIA SPA	13040 SALUGGIA (VC) Via Crescentino, snc C.F. e P.IVA 02749260028

La Commissione procede a riscontrare la presenza della busta telematica "documentazione tecnica" presentata dal concorrente ammesso nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

La Commissione acquisisce e fa propri il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico, nonché le richieste di chiarimenti e le relative risposte.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica della ditta Diasorin Italia Spa, ammette la ditta alla successiva fase di gara.

Il Presidente richiama il Disciplinare di Gara, con particolare riferimento all'articolo 19 "Criterio di aggiudicazione", il quale dispone che l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti per la qualità e per il prezzo offerto, avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato, in base ai seguenti elementi:

- **Qualità: punteggio massimo punti 70/100**

- **Prezzo: punteggio massimo punti 30/100**

Criteri di valutazione	n. Subcriterio	Sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti T max
1. Numero tipologie di test eseguite in chemiluminescenza tra quelle indicate nella colonna 'Determinazioni' dell'art. 1 del Capitolato tecnico	1.1	superiore a 26 18 punti T tra 11 e 26 9 punti T inferiore a 11 0 punti T		18
2. Caratteristiche del sistema analitico	2.1	Accesso random agli strumenti (attitudine del sistema analitico a garantire un accesso continuo e immediato dei campioni senza interrompere il processo analitico in corso – in routine ed in urgenza – e la programmazione di analisi precedentemente imputate)	15	
	2.2	Possibilità di caricamento continuo sullo strumento dei materiali d'uso e dei reagenti senza interruzione della seduta analitica		5
	2.3	Possibilità di connessione a catene ad alta automazione e relative modalità (numero di catene connettabili per ogni strumento offerto)	5	
	2.4	Gestione automatizzata dei controlli di qualità interni (forniti dal produttore) e di terza parte e software per la loro gestione integrata	4	
3. Caratteristiche dei reagenti	3.1	Pronti all'uso, caricabili direttamente nella strumentazione nella confezione originale, riconosciuti e gestiti automaticamente dal software, stabili a bordo e a temperatura controllata	4	
4. Sistema di smaltimento dei rifiuti liquidi	4.1	Possibilità di smaltimento dei rifiuti liquidi ad impianto centralizzato per tutti gli strumenti offerti		5

5. Numero strumenti	5.1	Numero degli strumenti offerti in relazione al numero di test giornalieri da eseguire (sarà attribuito un punteggio maggiore all'offerta che prevede un minor numero di strumenti)	5	
6. Tempistiche	6.1	Tempi di preparazione strumento/i e reagenti	4	
	6.2	Tempi di avvio e chiusura della seduta nella giornata lavorativa	4	
7. Strumenti di promozione della parità di genere	7.1	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108, comma 7, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023		1
Totale punteggio			70	

Si dà atto altresì che al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimali attesi dall'amministrazione appaltante è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si dà inoltre atto che i giudizi basati sui criteri discrezionali verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO SINTETICO	Analisi	coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,00

Copia della documentazione, risultante dal download dell'offerta tecnica, viene salvata nella rete aziendale all'interno di una cartella accessibile ai membri della Commissione; la documentazione tecnica originale è invece custodita nella piattaforma Sintel.

La seduta termina in data di oggi 20 luglio 2026 alle ore 11:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE**I COMMISSARI**

f.to Dott.ssa Giacomina Pavan

f.to Dott.ssa Natascia Gonzato

f.to Dott.ssa Fedra Fortuna