

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI DETERMINAZIONI SIEROIMMUNOLOGICHE PER L'UOC DI MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.

ID Sintel n. 219398123

CIG: BBA599FE29

**VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3)**

Alle ore 9,00 del giorno 06.08.2026, in Vicenza, presso i locali dell'UOC di Microbiologia, si riunisce per la valutazione delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con note del Direttore Generale prot. n. 74309 del 02.07.2026 e prot. n. 78563 del 13.07.2026, così composta:

Presidente:

- Dott.ssa Giacomina Pavan – Dirigente Medico presso l'U.O.C. di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica";

Componenti:

- Dott.ssa Fedra Fortuna – Coordinatrice delle professioni Sanitarie presso l'U.O.C. di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica";
- Dr.ssa Natascia Gonzato, Tecnico di Laboratorio presso l'U.O.C. di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica";

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prosegue e conclude l'esame della documentazione tecnica della ditta Diasorin Italia Spa, attestando la presenza delle caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato di gara.

A conclusione dell'analisi della documentazione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale, la Commissione procede alla valutazione dell'offerta tecnica sulla base dei criteri stabiliti dal Disciplinare di gara, attribuendo per ciascun criterio i giudizi ed i relativi punteggi, come da prospetto allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

L'offerta presentata dalla ditta Diasorin Italia Spa, avendo superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti su 70, come indicato dall'art. 17 del Disciplinare di gara, viene ammessa all'apertura dell'offerta economica.

La seduta ha termine alle ore 13,00 del giorno 06.08.2026.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

f.to Dott.ssa Giacomina Pavan

f.to Dott.ssa Natascia Gonzato

f.to Dott.ssa Fedra Fortuna

DIASORIN ITALIA SPA								
N.	Criteri di valutazione	Punti T max	Punti D max	n. sub	Sub-criteri di valutazione	valutazione in termini di coefficiente	punteggio attribuito	Motivazione
1	Numero tipologie di test eseguite in chemiluminescenza tra quelle indicate nella colonna 'Determinazioni' dell'art. 1 del Capitolato tecnico	18/70		1.1	superiore a 26 18 punti T		18	Tutti i test offerti in gara sono eseguiti in chemiluminescenza
				1.2	tra 11 e 26 9 punti T			
				1.3	inferiore a 11 0 punti T			
2	Caratteristiche del sistema analitico		15/70	2.1	Accesso random agli strumenti (attitudine del sistema analitico a garantire un accesso continuo e immediato dei campioni senza interrompere il processo analitico in corso – in routine ed in urgenza – e la programmazione di analisi precedentemente imputate)	1	15	Lo strumento permette il caricamento random e in continuo dei campioni senza interruzione della routine. E' possibile impostare una priorità nelle analisi di campioni urgenti, questo non influisce sulle analisi in corso e sulla programmazione di analisi precedentemente imputate garantendo un flusso di lavoro continuo..
		5/70		2.2	Possibilità di caricamento continuo sullo strumento dei materiali d'uso e dei reagenti senza interruzione della seduta analitica		5	Lo strumento permette il caricamento continuo dei materiali d'uso e dei reagenti senza interruzione della seduta analitica
			5/70	2.3	Possibilità di connessione a catene ad alta automazione e relative modalità (numero di catene connettabili per ogni strumento offerto)	1	5	E' possibile connettere gli strumenti offerti a tutti i sistemi di automazione presenti nel mercato.
			4/70	2.4	Gestione automatizzata dei controlli di qualità interni (forniti dal produttore) e di terza parte e software per la loro gestione integrata	1	4	Il sistema permette la gestione automatizzata dei controlli interni e di terza parte e software per la loro gestione integrata. Questo consente di trattare i controlli interni e di terza parte come campioni biologici umani. La trasmissione automatica dei risultati mediante middle ware al LIS del laboratorio, per i controlli interni, e al software di ACCURUN per i controlli di terza parte. Questo consente di monitorare il sistema senza intervento di un operatore.
3	Caratteristiche dei reagenti		4/70	3.1	Pronti all'uso, caricabili direttamente nella strumentazione nella confezione originale, riconosciuti e gestiti automaticamente dal software, stabili a bordo e a temperatura controllata	1	4	I reagenti sono pronti all'uso e caricabili nella confezione originale. Il sistema identifica e controlla tutti i reagenti , aggiornando automaticamente ogni informazione sulle quantità disponibili. I reagenti sono stabili a bordo e a temperatura controllata.
4	Sistema di smaltimento dei rifiuti liquidi	5/70		4.1	Possibilità di smaltimento dei rifiuti liquidi ad impianto centralizzato per tutti gli strumenti offerti		5	Il sistema consente lo scarico dei rifiuti liquidi direttamente a impianto centralizzato per tutti gli strumenti offerti.
5	Numero strumenti		5/70	5.1	Numero degli strumenti offerti in relazione al numero di test giornalieri da eseguire (sarà attribuito un punteggio maggiore all'offerta che prevede un minor numero di strumenti)	1	5	La ditta offre due strumenti che consentono di svolgere la routine giornaliera e lavorare uno come backup dell'altro. In questo modo il sistema risponde in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti
6	Tempistiche		4/70	6.1	Tempi di preparazione strumento/i e reagenti	1	4	I tempi di preparazione degli strumenti e reagenti richiedono un totale di massimo 20 minuti per avere gli strumenti pronti per l'avvio della routine e risponde pienamente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.
			4/70	6.2	Tempi di avvio e chiusura della seduta nella giornata lavorativa	0,6	2,4	I tempi di avvio e chiusura della seduta nella giornata lavorativa non sono precisati ma calcolati mediante la simulazione.
7	Strumenti di promozione della parità di genere	1/70		7.1	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108, comma 7, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023		1	E' presente la certificazione della parità di genere di cui alla UNI/ PdR 125:2022
tot.	Totale punteggio	70/70					68,4	

Vicenza, 06.08.2026

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Presidente
f.to Dr. ssa Giacomina Pavan

Commissario
f.to Dr. ssa Fedra Fortuna

Commissario
f.to Dr.ssa Natascia Gonzato