



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Prot.

**UOC Provveditorato, Economato
e Gestione della Logistica**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON
ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER
EMOCITOMETRIA PER I LABORATORI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

ID SINTEL N. 224284820

CIG N. BCFA7D0F17

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1

In riferimento alle caratteristiche della fornitura presenti a pagina 3 del capitolato tecnico e, al fine di equiparare le offerte delle diverse aziende partecipanti alla Gara di Appalto, si chiede di fornire indicazioni sulla VEQ di vostro interesse specificando programma.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1

Le VEQ offerte dovrebbero garantire un controllo a cadenza mensile per il conteggio dei parametri principali dell'emocromo urgente, a cadenza bimensile per reticolociti, formula leucocitaria automatizzata, morfologia su vetrino e morfologia digitale.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2

In riferimento alle caratteristiche della fornitura presenti a pagina 3 del capitolato tecnico e, al fine di equiparare le offerte delle diverse aziende partecipanti alla Gara di Appalto, si chiede di fornire indicazioni sulla modalità di utilizzo ed esecuzione dei Controlli di Qualità di Terza parte.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2

Le modalità di utilizzo ed esecuzione dei controlli di qualità interni sono esplicitate per l'UOC Medicina di Laboratorio all'art 1 del Capitolato Tecnico.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3

In merito alla caratteristica a punteggio numero 1.3 presente a pag.36 del Disciplinare di Gara si richiede di applicare il principio di equivalenza come prescritto 'articolo 79 dell'Allegato II.5 del D.lgs.36/2023 (il nuovo Codice degli Appalti) e confermato anche dalla più recente giurisprudenza per la valutazione tecnica degli aspetti qualitativi dell'offerta relativamente al criterio così descritto:

Integrabilità del sistema offerto per la Medicina di Laboratorio di Vicenza con uno strumento di terza parte per l'esecuzione della VES, valutando anche l'impatto dell'esecuzione della VES sul TAT generale degli emocromi.

Si chiede di confermare che può essere proposto e valutato in modo equivalente una strumentazione in grado di gestire da medesimo strumento sia l'analisi emocromocitometrica che l'analisi di velocità di eritrosedimentazione.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3

La risposta è negativa, in quanto in funzione delle aggiudicazioni delle gare del soggetto aggregatore regionale deve essere valutata l'integrabilità dello strumento proposto con altro strumento di terza parte per l'esecuzione della VES.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4

In riferimento alle caratteristiche a punteggio 3.2 a pagina 37 del Disciplinare di Gara si chiede di chiarire se tale caratteristica è un refuso della caratteristica a punteggio 1.9.

In caso di risposta negativa si chiede altresì di chiarire quale caratteristica del lettore di immagini denominata "estensione automatica dei tempi di conta" risulta essere di interesse.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4

Si precisa che il subcriterio di valutazione di cui al punto 1.9 riguarda l'analizzatore, quello di cui al punto 3.2 il lettore di immagini digitale. Rispetto a quest'ultimo viene valutata positivamente l'estensione del tempo di lettura del vetrino per raggiungere un numero adeguato di leucociti fotografati; il "tempo di conteggio" riferito al lettore di immagini può essere quindi considerato come "tempo di acquisizione".

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5

In riferimento alle caratteristiche a punteggio 1.1 e 1.7 a pagina 36 del Disciplinare di Gara si chiede di confermare che tali caratteristiche sono riferite al solo HUB di Vicenza.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5

La caratteristica di cui al punto 1.1 del Disciplinare di gara vale solo per l'UOC Medicina di Laboratorio sede di Vicenza, quella di cui al punto 1.7 del Disciplinare di gara vale per l'UOC Medicina di Laboratorio sedi di Vicenza e di Arzignano.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Sandro Rossamai



