



**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
GENERATORE DEL RADIONUCLIDE GALLIO-68 IN FABBISOGNO ALL’U.O.C. DI
MEDICINA NUCLEARE DELL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

COD. APPALTO “GENERATORE-GALLIO_2026”

CIG BBA9F2D426

ID SINTEL N. 219421529

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2)**

Alle ore 14:00 del 08-07-2026, in Vicenza, presso gli uffici della UOC di Medicina Nucleare a Vicenza, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 72179 del 26/06/2026, così composta:

- Presidente: Dott.ssa Marta Zaroccolo – Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Azienda ULSS n. 8 Berica;
- Componenti: Dott.ssa Monica Santimaria – Dirigente Farmacista presso l’U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Azienda ULSS n. 8 Berica;
Dott.ssa Chiara Orlandi – Dirigente Fisico presso l’U.O.C. Fisica Sanitaria dell’Azienda ULSS n. 8 Berica.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione inizia ad esaminare la documentazione tecnica caricata sulla piattaforma dall’unica ditta concorrente: Radius S.r.l..

La Commissione inizia l’esame della documentazione presentata dalla ditta Radius S.r.l e procede alla verifica delle caratteristiche tecniche e funzionali dei dispositivi presentati, sotto elencati, riscontrando che i prodotti offerti soddisfano tutti i requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico di gara.

- a) Generatore di radionuclide Gallio-68 (68Ge/68Ga) da 1850 MBq (50 mCi) comprensivi di soluzione sterile e accessori
generatore 68Ge/68Ga GalliaPharm® da 50 mCi / 1.850 MBq con codice AIC 051487039
- b) Eluitore automatico
EluGen prodotto da Eckert & Ziegler,

Preso atto che l’offerta presenta le caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico di gara, la Commissione procede alla valutazione della qualità dell’offerta tecnica pervenuta e sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 18 del Disciplinare di gara.

La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale, esprime i giudizi come di seguito:

n°	criteri di valutazione	modalità attribuzione punteggio	punti D max	punti Q max	punti T max	valutazione	coeffic. attribuito	Punteggio attribuito
1	Resa di eluizione (secondo quanto riscontrato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto)	$X = \text{resa di eluizione}$ $50\% < X < 60\%$ 9 punti $X \geq 60\%$ 18 punti		18		Resa di eluizione minimo 60% da RCP	-	18
2	Possibilità di effettuare un numero di eluizioni maggiore rispetto al numero minimo previsto nel capitolato Tecnico (300/anno)	Verrà apprezzata maggiormente la possibilità di effettuare un numero maggiore di eluizioni all'anno	18			La ditta dichiara che si possono effettuare un numero illimitato di eluizioni	1	18
3	Periodo di validità dalla data di calibrazione (secondo quanto riscontrato in RCP)	$Z = \text{mesi di validità}$ $12 \leq Z < 18$ mesi fino a 4 punti $Z \geq 18$ mesi 8 punti		8		Come riportato nella relazione tecnica ed in RCP validità superiore ai 18 mesi.	-	8
4	Possibilità di utilizzo dell'eluato dopo un numero di ore maggiore a 72 dall'ultima eluizione	Sarà apprezzato maggiormente la possibilità di utilizzo per un numero di ore maggiore	15			Potendo utilizzare l'eluato fino a 96 ore dall'ultima eluizione è possibile massimizzare la produttività	1	15
5	Servizio di assistenza tecnica on-site post vendita	Verranno valutati in particolar modo l'organizzazione del servizio, i tempi di intervento e di risoluzione in caso di eventuali problematiche, la formazione del personale, il tempo di affiancamento iniziale, la rete di assistenza, il personale addetto all'assistenza	5			Il servizio di assistenza si avvale di personale sia tecnico che amministrativo con tempi di risposta che sono sufficienti a garantire la continuità delle attività assistenziali. E' garantito adeguato affiancamento durante l'installazione e la disinstallazione di ogni generatore e le prime eluizioni/marcature. Il personale addetto all'assistenza tecnica è personale altamente qualificato.	0,6	3
6	Tempo di reintegro dei generatori difettosi	verrà apprezzato maggiormente il minor tempo di reintegro	5			Tempo adeguato alle caratteristiche del prodotto.	0,6	3
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	SI = 1 punti NO = 0 punti			1		NO	0
Totale			43	26	1			65

L'offerta della ditta Radius S.r.l. ha superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti nell'art. 18.1 del disciplinare di gara, e, pertanto, viene ammessa all'apertura dell'offerta economica.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta termina alle ore 16:20.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI



Dott.ssa Marta Zaroccolo

Dott.ssa Monica Santimaria

Dott.ssa Chiara Orlandi