

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A GMP PER LA MANIPOLAZIONE E DISPENSAZIONE DEI RADIOFARMACI GAMMA/BETA EMITTENTI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

COD. APPALTO "ISOLATORE_2026"

ID SINTEL 216460672

CIG BADA97236F

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1)**

Alle ore 13:30 del 29/05/2026, in Vicenza, presso gli uffici dell'UOC di Medicina Nucleare, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 53921 del 13/05/2026, così composta:

- Presidente:** Dott.ssa Marta Zaroccolo – Direttore dell'U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
- Componenti:** Dott.ssa Chiara Orlandi – Dirigente Fisico presso l'U.O.C. Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
Dott.ssa Valentina Tabelli – Dirigente Farmacista responsabile dell'U.O.S. Unità Farmaci Antiblastici dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende atto che, come comunicato dal RUP, è stato ammesso alla presente procedura il seguente operatore economico:

Denominazione Operatore Economico	Codice Fiscale	Forma di partecipazione
Tema Sinergie S.p.A.	00970310397	singola

La Commissione prende atto altresì che la documentazione tecnica presentata dal suddetto operatore economico, risulta congruente con quanto richiesto dall'art. 4.2 della lettera d'invito, come comunicato dal RUP.

La Commissione acquisisce e fa propri la Lettera d'invito, il Capitolato Tecnico nonché le richieste di chiarimenti pervenute e le relative risposte.

Il Presidente richiama l'articolo 7 "Criterio di aggiudicazione" della Lettera d'invito, il quale dispone che l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti elementi e criteri:

- Offerta tecnica: punteggio massimo punti 70/100
- Offerta economica: punteggio massimo punti 30/100

n.	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
1	Caratteristiche tecniche in termini di qualità costruttiva, di isolamento della camera principale e delle precamere	10
2	Caratteristiche della camera principale in relazione alle dimensioni, all'ergonomia, all'estensione e organizzazione degli spazi di lavoro e compliance con le GMP	10
3	Caratteristiche del calibratore di dose, versatilità di utilizzo, presenza di controlli di qualità automatizzati, parametri e funzionalità disponibili, interfaccia utente, interfacciamento con i sistemi software disponibili	10
4	Caratteristiche di interdizione apertura porte e sistema di controllo della radioattività nei condotti di aspirazione e soluzioni per implementazione sistema integrato VHP di sanificazione degli ambienti in classe A GMP e di conte particellare e microbiologica	15
5	Caratteristiche del servizio di convalida, protocolli di qualifica/convalida forniti	5
6	Caratteristiche, posizionamento, forma e dimensione delle visive anti-X ai fini della migliore visione della zona di lavoro	5
7	Servizio di manutenzione offerto: tempo di risposta dalla chiamata - Tempi di intervento dalla chiamata - Tempi di disponibilità in loco delle parti di ricambio - Tempi di up-time garantito - Tempo massimo per il ripristino della funzionalità dalla chiamata - Organizzazione del servizio di assistenza, disponibilità di affiancamento con personale qualificato, ed in generale, eventuali proposte migliorative	15
	TOTALE	70

Si dà atto altresì che, al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimali attesi dall'amministrazione appaltante è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si dà inoltre atto che i giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO SINTETICO	Analisi	coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,00

La Commissione, a questo punto, inizia ad esaminare la documentazione tecnica trasmessa dal RUP, presentata dall'unica ditta partecipante Tema Sinergie S.p.A..

La Commissione procede alla verifica delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto presentato dalla ditta Tema Sinergie, (isolatore schermato per Gallio 68 – pb 50 “NMC Gallia 50” e relativi componenti e accessori), riscontrando che i dispositivi offerti soddisfano tutti i requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico di gara.

La Commissione procede quindi alla valutazione della qualità dell'offerta tecnica pervenuta e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 7 della lettera d'invito, sopra richiamati, e assegna i punteggi, come di seguito dettagliato:

n.	Criterio di valutazione	Punteggi o massimo	Valutazione	Coeffic. attribuit o	Punteggi o attribuito
1	Caratteristiche tecniche in termini di qualità costruttiva, di isolamento della camera principale e delle precamere	10	<i>L'isolatore presenta adeguate caratteristiche in termini di qualità costruttiva, che consentono la preparazione di radiofarmaci in condizioni di sterilità e sicurezza secondo le linee guida GMP, anche grazie all'isolamento delle camere garantito dalla presenza guarnizioni gonfiabili.</i>	0,8	8
2	Caratteristiche della camera principale in relazione alle dimensioni, all'ergonomia, all'estensione e organizzazione degli spazi di lavoro e compliance con le GMP	10	<i>La camera presenta dimensioni che consentono di eseguire tutte le operazioni di manipolazione dei radiofarmaci in accordo con le linee guida GMP, in maniera agevole e con particolare attenzione ai criteri di ergonomia. Gli spazi di lavoro sono organizzati in maniera ottimale per poter accogliere tutta la dotazione necessaria per lo svolgimento della pratica quotidiana di manipolazione dei radiofarmaci e di dotazione aggiuntiva (ad esempio modulo di sintesi).</i>	1	10
3	Caratteristiche del calibratore di dose, versatilità di utilizzo, presenza di controlli di qualità	10	<i>Il calibratore di dose presenta adeguate caratteristiche e viene</i>	0,8	8

	<p>automatizzati, parametri e funzionalità disponibili, interfaccia utente, interfacciamento con i sistemi software disponibili</p>		<p>fornito con sistemi che ne consentono una gestione avanzata rispetto alla versione della casa madre (stampante di etichette autoadesive, PC portatile) e una maggiore versatilità di utilizzo. Il calibratore è dotato di un adeguato sistema automatico di controllo di qualità e diagnostica del sistema. Il software fornito per il funzionamento del calibratore è altamente configurabile, la grafica del software è semplice e chiara. Il sistema fornito è facilmente interfacciabile con gli altri sistemi software disponibili nella U.O.C. Medicina Nucleare.</p>		
4	<p>Caratteristiche di interdizione apertura porte e sistema di controllo della radioattività nei condotti di aspirazione e soluzioni per implementazione sistema integrato VHP di sanificazione degli ambienti in classe A GMP e di conte particellare e microbiologica</p>	15	<p>L'isolatore è dotato dei dispositivi di interdizione apertura porte e sistema di controllo della radioattività richiesti, presentando ottime soluzioni per garantire la sicurezza degli operatori e dell'ambiente evitando fuoriuscite di aria contaminata da radiazione. L'isolatore è dotato delle predisposizioni necessarie per l'implementazione di sistemi integrati di sanificazione (VHP) e conte particellare e microbiologica.</p>	1	15
5	<p>Caratteristiche del servizio di convalida, protocolli di qualifica/convalida forniti</p>	5	<p>I servizi e i protocolli risultano adeguati in relazione alla normativa cogente.</p>	0,8	4
6	<p>Caratteristiche, posizionamento, forma e dimensione delle visive anti-X ai fini della migliore visione della zona di lavoro</p>	5	<p>La visiva schermata presenta caratteristiche adeguate allo svolgimento delle attività previste in termini di posizionamento, forma, dimensioni e attenuazione della radiazione. La migliore visione della zona di lavoro è garantita dall'inclinazione della visiva rispetto al piano</p>	0,8	4

			<i>verticale.</i>		
7	Servizio di manutenzione offerto: tempo di risposta dalla chiamata - Tempi di intervento dalla chiamata - Tempi di disponibilità in loco delle parti di ricambio - Tempi di up-time garantito - Tempo massimo per il ripristino della funzionalità dalla chiamata - Organizzazione del servizio di assistenza, disponibilità di affiancamento con personale qualificato, ed in generale, eventuali proposte migliorative	15	<i>Il servizio di manutenzione offerto presenta adeguati tempi di risposta e di intervento dalla chiamata, e un adeguato tempo di risoluzione delle problematiche con ripristino delle funzionalità (garanzia di disponibilità di parti di ricambio, up-time).</i> <i>Buona organizzazione del servizio di assistenza in termini di numerosità del personale qualificato coinvolto.</i>	0,8	12
	TOTALE	70			61

La Commissione da atto che l'offerta ha superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti su 70, e, pertanto, viene ammessa all'apertura dell'offerta economica.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare il verbale al RUP.

La seduta termina (in data di oggi 29/05/2026) alle ore 15:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott.ssa Marta Zaroccolo

Dott.ssa Chiara Orlandi

Dott.ssa Valentina Tabelli