

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
"REGOLATORI DI FLUSSO PER INFUSIONE VENOSA"
ID SINTEL 207354106**

In data 01/12/2025 alle ore 11:00 si è riunita presso la sala riunioni della Farmacia Ospedaliera dell'AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico - qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura "REGOLATORI DI FLUSSO PER INFUSIONE VENOSA" ID SINTEL 207354106.

La Commissione, nominata con prot. 116183/2025 risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Viola Donadello - Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Ospedaliera
Componenti: Dott.ssa Silvia Barbato - Coordinatrice Infermieristica U.O.C. Medicina Bassa Intensità
Sig.ra Cinzia Maltauro - Infermiera Gruppo Operatorio di Vicenza

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Alla gara sono state ammesse le seguenti Ditte:

- AdM srl
- Aries srl
- Benefis Srl
- CAIR ITALIA s.r.l.
- Chemil srl
- Elimed Srl
- FERRARI L. di Ferrari Pietro Srl
- MACROPHARM S.r.l.
- PLAN 1 HEALTH SRL

Ricevute le buste contenenti la documentazione tecnica di tali ditte e la relativa campionatura, la Commissione inizia l'analisi della documentazione e la verifica e della campionatura trasmessa in base a quanto previsto dal disciplinare di gara.

In relazione alla Ditta Elimed Srl, la Commissione rileva che la documentazione presentata è incompleta. Infatti nella documentazione tecnica non è presente il certificato CE che non è neppure scaricabile dalla banca dati del Ministero della Salute NSIS. Si rileva inoltre che l'etichetta del dispositivo offerto, REF P1, è costituita da un adesivo removibile posto sul confezionamento primario e che non riporta i pittogrammi richiesti da normativa.

Per le motivazioni soprariportate la Ditta viene esclusa.

La Commissione ritiene la documentazione presentata dalle restanti Ditte partecipanti completa e conforme.

La Commissione conclude quindi i lavori alle ore 12:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

II. PRESIDENTE F.to Dott.ssa Viola Donadello

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

I COMPONENTI F.to Dott.ssa Silvia Barbato

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

F.to Sig.ra Cinzia Maltauro

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
"REGOLATORI DI FLUSSO PER INFUSIONE VENOSA"
ID SINTEL 207354106
SECONDO INCONTRO

In data 25/02/2026 alle ore 11:00 si riunisce presso la sala riunioni della Farmacia Ospedaliera dell'AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata al fine di completare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura "REGOLATORI DI FLUSSO PER INFUSIONE VENOSA" ID SINTEL 207354106.

La Commissione, nominata con prot. 116183/2025 risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Viola Donadello - Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Ospedaliera
Componenti: Dott.ssa Silvia Barbato - Coordinatrice Infermieristica U.O.C. Medicina Bassa Intensità
Sig.ra Cirzia Maltauro - Infermiera Gruppo Operatorio di Vicenza

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

L'art. 8 del disciplinare di gara prevede che l'aggiudicazione in accordo quadro sarà effettuata, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. 36/2023, ed il Presidente, ad inizio seduta, richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato di gara:

- a) Qualità: punteggio massimo - 70/100
- b) Prezzo: punteggio massimo - 30/100

Il punteggio relativo alla qualità verrà attribuito in base ai criteri ed i punti massimi specificati nell'art. 8 del disciplinare.

Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a **punti 42 su 70** complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara.

La Commissione procede quindi allo svolgimento della valutazione qualitativa e attribuisce i seguenti punteggi:

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
 Viale F. Rodolfini n. 37 - 36100 VICENZA
 COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E.P.IVA 02441500242 - Cod. IPA AUV
 Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
 PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
 www.aulss8.veneto.it

Lotto unico		AdM srl		Aries srl		Benefis Srl		CAIR ITALIA s.r.l.		Chemil srl	
Criteri di Valutazione	Punteggi o max	Punti	Motivazione	Punti	Motivazione	Punti	Motivazione	Punti	Motivazione	Punti	Motivazione
Capacità di mantenere nel tempo il flusso impostato	24	24	La velocità di flusso impostata è adeguatamente mantenuta nel tempo.	19	La velocità di flusso impostata è discretamente mantenuta nel tempo.	15	La velocità di flusso impostata sufficientemente mantenuta nel tempo.	19	La velocità di flusso impostata discretamente mantenuta nel tempo.	5	La velocità di flusso impostata non è mantenuta nel tempo.
Visibilità della scala graduata	22	22	La scala graduata di colore azzurro è ben visibile.	4	Il colore iridescente della scala graduata non risulta leggibile in alcuni ambienti in base alla tipologia di luce	13	La scala graduata in verde chiaro risulta difficile da leggere.	18	La scala graduata in grigio e bianco risulta abbastanza semplice da leggere.	4	Il colore iridescente della scala graduata non risulta leggibile in alcuni ambienti in base alla tipologia di luce.
Assenza di inginocchia mento del tubo nel tempo di utilizzo	14	14	Il tubo ha un'ottima resistenza all'inginocchiamento.	11	Il tubo ha una buona resistenza all'inginocchiamento.	3	Il tubo tende all'inginocchiamento.	8	Il tubo ha una sufficiente resistenza all'inginocchiamento.	11	Il tubo ha una buona resistenza all'inginocchiamento.
Praticità nella regolazione del flusso	10	10	Risulta semplice regolare la velocità di flusso tramite la rotella di regolazione.	5	Risulta difficile regolare la velocità di flusso tramite la rotella di regolazione soprattutto in alcuni ambienti considerata la difficoltà nel visualizzare il valore di flusso desiderato.	5	Risulta difficile regolare la velocità di flusso tramite la rotella di regolazione.	8	Risulta abbastanza semplice regolare la velocità di flusso tramite la rotella di regolazione.	5	Risulta difficile regolare la velocità di flusso tramite la rotella di regolazione soprattutto in alcuni ambienti considerata la difficoltà nel visualizzare il valore di flusso desiderato.
		70			39			36			25

Lotto unico		FERRARI L. di Ferrari Pietro Srl		MACROPHARM S.R.L.		PLAN 1 HEALTH SRL	
Criteri di Valutazione	Punteggio max	Punti	Motivazione	Punti	Motivazione	Punti	Motivazione
Capacità di mantenere nel tempo il flusso impostato	24	5	La velocità di flusso impostata non è mantenuta nel tempo.	5	La velocità di flusso impostata non sempre è mantenuta nel tempo perché si formano bolle d'aria nella linea in prossimità del raccordo a Y.	15	La velocità di flusso impostata è sufficientemente mantenuta nel tempo.
Visibilità della scala graduata	22	22	La scala graduata di colore azzurro è ben visibile.	22	La scala graduata di colore azzurro è ben visibile.	13	La scala graduata di colore azzurro è un po' sgranata e risulta difficile da leggere.
Assenza di inginocchiamento del tubo nel tempo di utilizzo	14	8	Il tubo ha una sufficiente resistenza all'inginocchiamento.	8	Il tubo ha una sufficiente resistenza all'inginocchiamento.	11	Il tubo ha una buona resistenza all'inginocchiamento.
Praticità nella regolazione del flusso	10	5	Risulta difficile regolare la velocità di flusso tramite la rotella di regolazione.	5	Risulta difficile regolare la velocità di flusso tramite la rotella di regolazione.	8	Risulta abbastanza semplice regolare la velocità di flusso tramite la rotella di regolazione.
		40		40		47	

La Commissione conclude quindi i lavori alle ore 13.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Viola Donadello

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

I COMPONENTI

F.to Dott.ssa Silvia Barbato

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

F.to Sig.ra Cinzia Maltauro

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy