

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO
QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E
PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA,
SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI**

cod. appalto: ACCESSORI FONATORIE_2025
ID SINTEL 209170530

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 5)**

Alle ore 15:00 del 20/03/2026, in Vicenza, si riunisce tramite piattaforma Google Meet, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 2768 del 12/01/2026, così composta:

- Presidente: Dott. Ossato Andrea – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Componenti: Dott.ssa Pietrobelli Adele – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Dott. Sacchetto Andrea – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prosegue l'analisi della documentazione tecnica caricata sulla piattaforma dalle ditte partecipanti e la verifica della tipologia e delle quantità dei campioni presentati dalle ditte.

A conclusione dell'analisi effettuata sulla documentazione tecnica e tenuto conto della visione della campionatura presentata, la Commissione, procede alla valutazione della qualità delle offerte tecniche pervenute in attuazione dell'art. 22 del Disciplinare di gara e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara.


Lotto 1 Dischi adesivi standard

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 1 sono i seguenti:

- Ditta Coloplast: *"Provox Life Standard Adhesive Round / Oval / Plus"*
- Ditta Seda: *"Basi adesive Accufit"*

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolare modo con riferimento al confezionamento proposto, all'adeguatezza e compatibilità con protesi fonatorie e altri accessori, alle modalità di applicazione e aggancio.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026, del 24/02/2026 e del 03/03/2026, nei quali è stato rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti (tra cui il piano di formazione) la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.



La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Seda S.P.A.			Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.	valutazione	coeffic.	punteg.
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	6	ottima la confezione proposta: facile da aprire e stoccare, con informazioni e simboli ben evidenti	1	6	ottima la confezione proposta: facile da aprire e stoccare, con informazioni e simboli ben evidenti	1	6
2	Varietà della gamma	D	15	ampia varietà della gamma di prodotti	1	15	Ampia varietà della gamma di prodotti	1	15
3	Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori	D	12	Dischi perfettamente compatibili a protesi ed accessori stomali	1	12	Dischi perfettamente compatibili a protesi ed accessori stomali	1	12
4	Applicazione agile, forma adeguata, adattabilità ai diversi stomi	D	20	Forma sufficientemente adattabile ai diversi stomi, applicazione facile ed agevole	0,6	12	Forma ottimale per l'applicazione peristomale, applicazione agevole, eccellente adattabilità ai diversi stomi	1	20
5	Sistema di sicurezza nell'aggancio con clic udibile	D	10	Click di aggancio perfettamente udibile	1	10	Click di aggancio perfettamente udibile	1	10
6	Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita	D	6	La ditta non ha presentato il piano di formazione	0	0	Ottimo il piano di formazione proposto, viene garantito un supporto specialistico al paziente laringectomizzato totale durante tutto l'iter riabilitativo fonatorio e respiratorio post-intervento	1	6
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale			70	55			70		

La commissione da atto che entrambe le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Lotto 3 Filtri scambiatori

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 3 sono i seguenti:

- Ditta Coloplast: *“Provox Life Home HME”* e *“Provox Life Go HME”*
- Ditta Seda: *“hme day&night e speakfree”*

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo con riferimento al confezionamento proposto, all'adeguatezza e compatibilità con protesi fonatorie e altri accessori, alla qualità dei materiali e al sistema di occlusione.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026, del 24/02/2026 e del 03/03/2026, nei quali è stato rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti (tra cui il piano di formazione) la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Seda S.P.A.			Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.	valutazione	coeffic.	punteg.
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	6	Buona la confezione proposta, prodotti imbustati singolarmente con confezione ed apertura di piccole dimensioni che può risultare non facilmente accessibile per persone con poca manualità (es. anziani)	0,8	4,8	Buona la confezione proposta, prodotti imbustati singolarmente con confezione ed apertura di piccole dimensioni che può risultare non facilmente accessibile per persone con poca manualità (es. anziani)	0,8	4,8
2	Varietà della gamma	D	12	Ampia varietà della gamma	1	12	buona varietà della gamma	0,8	9,6
3	Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori	D	5	Buona compatibilità	0,8	4	Ottima compatibilità	1	5
4	Qualità dei materiali	D	5	Qualità discreta dei materiali	0,6	3	Ottima qualità dei materiali	1	5
5	Capacità di riabilitazione polmonare	D	15	Buona capacità di riabilitazione polmonare	0,8	12	Ottima capacità di riabilitazione	1	15
6	Sistema di occlusione per la fonazione (Verranno valutati positivamente i sistemi che garantiscono una maggior funzionalità fonatoria)	D	20	Semplice nell'utilizzo, lieve frizione alla pressione del filtro in fonazione che può rendere la manovra di occlusione per la fonazione lievemente poco agevole	0,8	16	Semplice nell'utilizzo, stabile sullo stoma, agevole la pressione del filtro in fonazione con occlusione per la fonazione molto agevole	1	20
7	Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita	D	6	La ditta non ha presentato il piano di formazione	0	0	Ottimo il piano di formazione proposto, viene garantito un supporto specialistico al paziente laringectomizzato totale durante tutto l'iter riabilitativo fonatorio e respiratorio post-intervento	1	6
8	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale			70			51,8			66,4

La commissione da atto che entrambe le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Lotto 4 Cannule

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 4 sono i seguenti:

- Ditta Coloplast
sub a: "Provox Life LaryTube Standard"
sub b: "Provox Life LaryTube Fenestrated"
- Ditta Seda
sub a: "cannule Stomasoft standard"
sub b: "Cannule Stomasoft fenestrate"

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo con riferimento al confezionamento proposto, all'adeguatezza e compatibilità con protesi fonatorie e altri accessori, alle modalità di applicazione e aggancio, all'adattabilità ai diversi stomi.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026, del 24/02/2026 e del 03/03/2026, nei quali è stata rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti (tra cui il piano di formazione) la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Seda S.P.A.			Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.	valutazione	coeffic.	punteg.
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	6	Confezione integra, facile apertura con linguetta di invito	1	6	Confezione integra, facile apertura con linguetta di invito	1	6
2	Varietà della gamma	D	15	Buona proposta di cannule sia standard che fenestrate, di diversa lunghezza e diametro, con possibilità di adattarsi a diverse situazioni anatomiche	0,8	12	Ottima ampia proposta di cannule sia standard che fenestrate, di diversa lunghezza e diametro, con possibilità di adattarsi a diverse situazioni anatomiche	1	15
3	Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori	D	12	Ottima compatibilità della gamma proposta	1	12	Ottima compatibilità della gamma proposta	1	12
4	Applicazione agile, forma adeguata, adattabilità ai diversi stomi	D	20	Facilità di utilizzo e di adattabilità ai diversi stomi	1	20	Facilità di utilizzo e di adattabilità ai diversi stomi	1	20
5	Sistema di sicurezza nell'aggancio con clic udibile	D	10	Fissaggio sicuro e solido	1	10	Fissaggio sicuro e solido	1	10
6	Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita	D	6	La ditta non ha presentato il piano di formazione	0	0	Ottimo il piano di formazione proposto, viene garantito un supporto specialistico al paziente laringectomizzato totale durante tutto l'iter riabilitativo fonatorio e respiratorio post-intervento.	1	6

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Seda S.P.A.			Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.	valutazione	coeffic.	punteg.
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale			70	60			70		

La commissione da atto che entrambe le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Lotto 5 Fascetta di fissaggio

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 5 sono i seguenti:

- ditta Teleflex Medical: *"Fascia di fissaggio"*
- ditta Medival: *"fissatore per cannule tracheostomiche"*
- ditta Waldner Technologie Medicali: *"TTH"*
- ditta Seda: *"Fascetta Optiflausch"*
- ditta Claber: *"fascetta sterile di fissaggio per cannula tracheostomica"*
- ditta Coloplast: *"Provox TubeHolder"*

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo con riferimento al confezionamento proposto, alle modalità di posizionamento e rimozione, alle modalità e tenuta del fissaggio, alle caratteristiche di comfort e autramacità, alla resistenza all'uso, alla lunghezza ed alla modulabilità della lunghezza delle fascette al fine di consentire l'adattamento alle diverse conformazioni anatomiche.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026 e del 24/02/2026, nei quali è stata rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti, la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati nella tabella allegata, quale parte integrante.

La commissione da atto che tutte le offerte presentate per il lotto n. 5 hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

La Commissione, non potendo proseguire i lavori, a fronte della complessità dei documenti da valutare, ne rinvia la continuazione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


 Dott. Andrea Ossato Dott.ssa Pietrobelli Adele Dott. Sacchetto Andrea

Lotto 5 Fascetta di fissaggio

N.	Criteri di valutazione	tipo	Teleflex Medical S.r.l.			Medival S.r.l.			Waldner Tecnologie Medicali Srl			Seda S.P.A.			Claber Srl			Coloplast Spa		
			valutazione	Coef. punt.	punt.	valutazione	coef. punt.	punt.	valutazione	coef. punt.	punt.	valutazione	coef. punt.	punt.	valutazione	coef. punt.	punt.	valutazione	coef. punt.	punt.
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5
2	Sicurezza e stabilità nel fissaggio della cannula	D	Fissaggio tramite velcro con tenuta molto stabile e sicura	1	14	Fissaggio tramite velcro- con buona tenuta	0,8	11,2	Fissaggio tramite velcro con tenuta molto stabile e sicura	1	14	Fissaggio tramite velcro- con buona tenuta	0,8	11,2	Fissaggio tramite velcro- con buona tenuta	0,8	11,2	Fissaggio con clip in plastica che non garantisce una tenuta stabile e sicura con cannule non in lattice (di altro produttore)	0,4	5,6
3	Facilità di posizionamento e rimozione	D	Il posizionamento e la rimozione risultano molto agevoli	1	13	Il posizionamento e la rimozione risultano adeguatamente facili	0,8	10,4	Il posizionamento e la rimozione risultano molto agevoli	1	13	Il posizionamento e la rimozione risultano molto agevoli	1	13	Il posizionamento e la rimozione risultano adeguatamente facili	0,8	10,4	Il sistema di chiusura tramite clip richiede un posizionamento più indaginoso	0,6	7,8
4	Atraumaticità e comfort	D	Comfort ottimale, fascetta non traumatica	1	13	La fascetta risulta poco confortevole se portata a lungo, a causa dello spessore	0,6	7,8	Comfort ottimale, fascetta non traumatica	1	13	Comfort ottimale, fascetta non traumatica	1	13	Fascetta ruvida e spesso che risulta poco confortevole, un uso prolungato può causare lievi irritazione cutanea	0,4	5,2	Buon comfort, fascetta non traumatica	0,8	10,4
5	Resistenza all'uso	D	Fascetta che risulta molto resistente anche a sollecitazioni importanti. Ottima la resistenza all'uso	1	10	Buona la resistenza all'uso	0,8	8	Buona la resistenza all'uso	0,8	8	Fascetta che risulta molto resistente anche a sollecitazioni importanti. Ottima la resistenza all'uso	1	10	Sufficiente la resistenza all'uso	0,6	6	Fascetta che risulta molto resistente anche a sollecitazioni importanti. Ottima la resistenza all'uso	1	10
6	Adattamento alle diverse conformazioni anatomiche	D	Fascetta corta poco adattabile in lunghezza alle diverse conformazioni anatomiche	0,4	5,6	Fascetta mediamente lunga adattabile alla buona parte delle conformazioni anatomiche	0,6	8,4	Fascetta con design a 2 pezzi adattabile a qualsiasi conformazione anatomica	1	14	Fascetta con design a 2 pezzi adattabile a qualsiasi conformazione anatomica	1	14	Fascetta corta e non regolabile, poco adattabile in lunghezza alle diverse conformazioni anatomiche	0,4	5,6	Fascetta con 2 pezzi non ottimamente adattabile ai colli magri	0,8	11,2

Lotto 5 Fascetta di fissaggio

N. valutazione	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Teleflex Medical S.r.l.			Medival S.r.l.			Waldner Tecnologie Medicali Srl			Seda S.P.A.			Claber Srl			Coloplast Spa		
				valutazione	Coef. punt.		valutazione	coef. punt.		valutazione	coef. punt.		valutazione	coef. punt.		valutazione	coef. punt.		valutazione	coef. punt.	
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI Pdr 125:2022	SI	1			
Totale					60,6				50,8			67			66,2			43,4			51