

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO  
QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E  
PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA,  
SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI**

cod. appalto: ACCESSORI\_FONATORIE\_2025

ID SINTEL 209170530

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE**

*(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 6)*

Alle ore 09.15 del 07/04/2026, in Vicenza, si riunisce tramite piattaforma Google Meet, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 2768 del 12/01/2026, così composta:

- Presidente: Dott. Ossato Andrea – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
- Componenti: Dott.ssa Pietrobelli Adele – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,  
Dott. Sacchetto Andrea – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che, come da DDT agli atti, è pervenuta l'ulteriore campionatura richiesta alla ditta Seda, a seguito di quanto rilevato nella seduta del 03/03/2026.

La Commissione prosegue con la valutazione della qualità delle offerte tecniche pervenute in attuazione dell'art. 22 del Disciplinare di gara e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara.

**Lotto 2 Dischi adesivi per stomi profondi**

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 2 sono i seguenti:

- Ditta Coloplast: "Provox Life Stability Adhesive"
- Ditta Seda: "Base adesiva Trufit"

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo con riferimento al confezionamento proposto, all'adeguatezza e compatibilità con protesi fonatorie e altri accessori, alle modalità di aggancio.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026, del 24/02/2026 e del 03/03/2026, nei quali è stato rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti (tra cui il piano di formazione) la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

| N.            | Criteri di valutazione                                                                                                     | tipo | Punti max | Seda S.P.A.                                                                                         |          |         | Coloplast Spa                                                                                                                                                                                      |          |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|               |                                                                                                                            |      |           | valutazione                                                                                         | coeffic. | punteg. | valutazione                                                                                                                                                                                        | coeffic. | punteg. |
| 1             | Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli) | D    | 6         | Ottima la confezione proposta: facile da aprire e stoccare, con informazioni e simboli ben evidenti | 1        | 6       | Ottima la confezione proposta: facile da aprire e stoccare, con informazioni e simboli ben evidenti                                                                                                | 1        | 6       |
| 2             | Varietà della gamma                                                                                                        | D    | 15        | Buona la varietà della gamma                                                                        | 0,8      | 12      | Buona la varietà della gamma                                                                                                                                                                       | 0,8      | 12      |
| 3             | Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori                                                            | D    | 12        | Dischi perfettamente compatibili a protesi ed accessori stomali                                     | 1        | 12      | Dischi perfettamente compatibili a protesi ed accessori stomali                                                                                                                                    | 1        | 12      |
| 4             | Ampio diametro del sistema di ancoraggio                                                                                   | D    | 20        | Diametro del sistema di ancoraggio ampio ed adeguato per stomi profondi                             | 1        | 20      | Diametro del sistema di ancoraggio ampio ed adeguato per stomi profondi                                                                                                                            | 1        | 20      |
| 5             | Sistema di sicurezza nell'aggancio con clic udibile                                                                        | D    | 10        | Click di aggancio perfettamente udibile                                                             | 1        | 10      | Click di aggancio perfettamente udibile                                                                                                                                                            | 1        | 10      |
| 6             | Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita                                                           | D    | 6         | La ditta non ha presentato il piano di formazione                                                   | 0        | 0       | Ottimo il piano di formazione proposto, viene garantito un supporto specialistico al paziente laringectomizzato totale durante tutto l'iter riabilitativo fonatorio e respiratorio post-intervento | 1        | 6       |
| 7             | Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023      | T    | 1         | Non presente                                                                                        | NO       | 0       | Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022                                                                                                                                               | SI       | 1       |
| <b>Totale</b> |                                                                                                                            |      | <b>70</b> | <b>60</b>                                                                                           |          |         | <b>67</b>                                                                                                                                                                                          |          |         |

La commissione da atto che entrambe le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

#### **Lotto 6 Clip di fissaggio**

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 6 sono i seguenti:

- ditta Seda: "Set di 40 fascette fissaggio Laryvox"
- ditta Coloplast: "Provox LaryClip"

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo con riferimento al confezionamento proposto, alle modalità di posizionamento e rimozione, alla stabilità nel fissaggio, alle caratteristiche di atraumaticità e comfort, alla resistenza all'uso ed alla possibilità di adattamento delle clip a diverse conformazioni anatomiche.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026 e del 24/02/2026, nei quali è stata rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti, la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

| N.            | Criteri di valutazione                                                                                                     | tipo | Punti max | Seda S.P.A.                                                                                      |          |             | Coloplast Spa                                                                                    |          |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|               |                                                                                                                            |      |           | valutazione                                                                                      | coeffic. | punteg.     | valutazione                                                                                      | coeffic. | punteg.   |
| 1             | Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli) | D    | 5         | La confezione proposta è facile da aprire, contenente numerose clip, non imbustate singolarmente | 0,8      | 4           | La confezione proposta è facile da aprire, contenente numerose clip, non imbustate singolarmente | 0,8      | 4         |
| 2             | Sicurezza e stabilità nel fissaggio della cannula                                                                          | D    | 14        | Tenuta molto stabile e sicura                                                                    | 1        | 14          | Tenuta molto stabile e sicura                                                                    | 1        | 14        |
| 3             | Facilità di posizionamento e rimozione                                                                                     | D    | 13        | Adesivo di facile adattabilità                                                                   | 1        | 13          | Adesivo di facile adattabilità                                                                   | 1        | 13        |
| 4             | Atraumaticità e comfort                                                                                                    | D    | 13        | Buon comfort, clip non traumatica                                                                | 0,8      | 10,4        | Comfort ottimale, clip non traumatica                                                            | 1        | 13        |
| 5             | Resistenza all'uso                                                                                                         | D    | 10        | Buona resistenza all'usura                                                                       | 0,8      | 8           | Ottima resistenza all'usura                                                                      | 1        | 10        |
| 6             | Adattamento alle diverse conformazioni anatomiche                                                                          | D    | 14        | Buona adattabilità                                                                               | 0,8      | 11,2        | Ottima adattabilità                                                                              | 1        | 14        |
| 7             | Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023      | T    | 1         | Non presente                                                                                     | NO       | 0           | Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022                                             | SI       | 1         |
| <b>Totale</b> |                                                                                                                            |      | <b>70</b> |                                                                                                  |          | <b>60,6</b> |                                                                                                  |          | <b>69</b> |

La commissione da atto che entrambe le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

#### Lotto 7 Colla siliconica

Il prodotto offerto dalla ditta Coloplast, unica partecipante al lotto n. 7, è "Provax Silicone Glue".

La campionatura presentata dalla suddetta ditta è stata valutata in particolar modo con riferimento alla facilità di applicazione, alla tenuta dell'adesivo ed alla potenziale irritabilità del prodotto per la cute.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

| N. | Criteri di valutazione                            | tipo | Punti max | Coloplast Spa                                             |          |         |
|----|---------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|
|    |                                                   |      |           | valutazione                                               | coeffic. | punteg. |
| 1  | Tenuta dell'adesivo a lungo termine               | D    | 25        | Buona tenuta e resistenza                                 | 0,6      | 15      |
| 2  | Facilità di applicazione                          | D    | 24        | Stesura ottimale                                          | 1        | 24      |
| 3  | Componenti compatibili con l'applicazione cutanea | D    | 20        | prodotto privo di componenti irritanti, anche all'olfatto | 1        | 20      |



|               |                                                                                                                       |   |           |                                                      |    |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------|----|-----------|
| 4             | Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 | T | 1         | Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022 | SI | 1         |
| <b>Totale</b> |                                                                                                                       |   | <b>70</b> |                                                      |    | <b>60</b> |

La commissione da atto che l'offerta presentata dalla ditta Coloplast ha superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

#### **Lotto 8 Salviette dedicate**

I prodotti offerti dall' ditte partecipanti al lotto n. 8 sono i seguenti:

- ditta Teleflex Medical: sub a *“Salviette per rimozione adesivi, senza alcool”* e sub b *“Film protettivo per cute peristomale in salviette, senza alcool”*
- ditta ConvaTec Italia: sub a *“ESENTA salviette rimozione adesivo Sting Free”* e sub b *“ESENTA salviette protettive Sting Free”*
- ditta Smith & Nephew: sub a *“REMOVE Salviette imbevute”* e sub b *“SECURA NO-STING BARRIER FILM Salviette”*
- ditta Seda: sub a *“Salviette remove”* e sub b *“Salviette Optigard”*
- ditta Coloplast: sub a *“Provox Adhesive Remover”* e sub b *“Provox Skin Barrier”*

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo, con riferimento all'efficacia nella rimozione dell'adesivo (n. di passaggi necessari per rimuovere l'adesivo) per le salviette rimuovi-adesivo e l'efficacia nella successiva applicazione dell'adesivo per le salviette protettive della cute (tempo di “asciugatura” e presenza di componenti oleose), nonché all'irritazione di entrambi i prodotti per la cute e le mucose.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026 e del 24/02/2026, nei quali è stata rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti, la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative le relative motivazioni, come indicati nella tabella sotto riportata.

La commissione da atto che tutte le offerte presentate per il lotto n. 8 hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

# LOTTO 8 Salviette dedicate

| N. Criteri di valutazione                                                                                                | tipo | Punti max | Teleflex Medical S.r.l.                                                                                                  |       |             | ConvaTec Italia srl                                                                                               |       |           | Smith & Nephew Srl                                                                                                |       |             | Seda S.p.a.                                                                                                       |       |             | Coloplast Spa                                                                                                     |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|                                                                                                                          |      |           | valutazione                                                                                                              | coef. | punt.       | valutazione                                                                                                       | coef. | punt.     | valutazione                                                                                                       | coef. | punt.       | valutazione                                                                                                       | coef. | punt.       | valutazione                                                                                                       | coef. | punt.     |
| 1 Efficacia nella rimozione adesivo                                                                                      | D    | 20        | Insufficiente efficacia nella rimozione dell'adesivo, con conseguente necessità di più passaggi e rischio di irritazione | 0,4   | 8           | Le salviette garantiscono una rimozione al primo passaggio e senza necessità di frizione                          | 1     | 20        | Le salviette garantiscono una rimozione al primo passaggio e senza necessità di frizione                          | 1     | 20          | Le salviette garantiscono una rimozione al primo passaggio e senza necessità di frizione                          | 1     | 20          | Buona efficacia nella rimozione dell'adesivo                                                                      | 0,8   | 16        |
| 2 Efficacia nell'applicazione adesivo                                                                                    | D    | 20        | Buona efficacia nella successiva applicazione adesivo                                                                    | 0,8   | 16          | Efficacia eccellente nella successiva applicazione dell'adesivo: si asciuga in fretta e la pella non risulta unta | 1     | 20        | Efficacia eccellente nella successiva applicazione dell'adesivo: si asciuga in fretta e la pella non risulta unta | 1     | 20          | Efficacia eccellente nella successiva applicazione dell'adesivo: si asciuga in fretta e la pella non risulta unta | 1     | 20          | Efficacia eccellente nella successiva applicazione dell'adesivo: si asciuga in fretta e la pella non risulta unta | 1     | 20        |
| 3 Non irritante per la respirazione (assenza di componenti alcoliche o altri componenti che possano causare irritazione) | D    | 29        | Le salviette, sebbene contengano derivati dell'etere, non risultano irritanti né per la pelle né per le mucose           | 0,8   | 23,2        | Le salviette non risultano irritanti né per la pelle né per le mucose                                             | 1     | 29        | La presenza di componenti alcoliche rende il prodotto molto irritante se inalato                                  | 0,4   | 11,6        | La presenza di componenti alcoliche rende il prodotto molto irritante se inalato                                  | 0,4   | 11,6        | Le salviette non risultano irritanti né per la pelle né per le mucose                                             | 1     | 29        |
| 4 Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023  | T    | 1         | Non presente                                                                                                             | NO    | 0           | Non presente                                                                                                      | NO    | 0         | Non presente                                                                                                      | NO    | 0           | Non presente                                                                                                      | NO    | 0           | Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022                                                              | SI    | 1         |
| <b>Totale</b>                                                                                                            |      | <b>70</b> |                                                                                                                          |       | <b>47,2</b> |                                                                                                                   |       | <b>69</b> |                                                                                                                   |       | <b>51,6</b> |                                                                                                                   |       | <b>51,6</b> |                                                                                                                   |       | <b>66</b> |

### **Lotto 9 Spazzolini di pulizia**

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 9 sono i seguenti:

- ditta Teleflex Medical “*Spazzolino per pulizia e disostruzione cannule tracheostomiche*”
- ditta Seda: “*Spazzolini Laryvox duo brush*”
- ditta Claber: “*spazzolino per la pulizia delle cannule tracheostomiche*”
- ditta Coloplast: “*Provox Brush*” e “*Provox Brush Long*”

La campionatura presentata dalla suddetta ditta è stata valutata in particolar modo con riferimento alla compatibilità con le protesi fonatorie in uso e all’adattabilità ai diversi stomi (diametro e tipologie setole).

Con riferimento all’offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026 e del 24/02/2026, nei quali è stata rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti, la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell’offerta tecnica solamente basandosi sull’altra documentazione presente e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati nella tabella di seguito riportata.

La commissione dà atto che le offerte delle ditte Seda e Coloplast per il lotto n. 9 hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all’art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Si riscontra invece che le offerte delle ditte Claber e Teleflex per il lotto n. 9 non hanno raggiunto il suddetto punteggio minimo previsto per la qualità.

**LOTTO 9 Spazzolini di pulizia**

| N.            | Criteri di valutazione                                                                                                | Punti max | Teleflex Medical S.r.l.                                                                                                                         |       |             | Seda S.P.A.                                                                           |       |           | Claber Srl                                                                                                                                      |       |             | Coloplast Spa                                                                         |       |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|               |                                                                                                                       |           | valutazione                                                                                                                                     | coef. | punt.       | valutazione                                                                           | coef. | punt.     | valutazione                                                                                                                                     | coef. | punt.       | valutazione                                                                           | coef. | punt.     |
| 1             | Compatibilità con le protesi fonatorie "Provox Vega" e "Blom Singer" e versatilità di utilizzo                        | 20        | lo spazzolino è destinato all'uso con cannule tracheostimiche e risulta di diametro eccessivo e quindi non compatibile con le protesi fonatorie | 0,2   | 4           | Spazzolini adattabili alla protesi fonatorie con setole morbide ed efficaci           | 1     | 20        | lo spazzolino è destinato all'uso con cannule tracheostimiche e risulta di diametro eccessivo e quindi non compatibile con le protesi fonatorie | 0,2   | 4           | Spazzolini adattabili alla protesi fonatorie con setole morbide ed efficaci           | 1     | 20        |
| 2             | Forma adatta all'utilizzo per i diversi stomi                                                                         | 29        | Spazzolino con diametro ampio poco adattabile a stomi di piccole dimensioni                                                                     | 0,6   | 17,4        | Spazzolino versatile e utilizzabile con stomi sia di grandi che di piccole dimensioni | 1     | 29        | Lo spazzolino con diametro ampio difficilmente adattabile a stomi di piccole dimensioni                                                         | 0,4   | 11,6        | Spazzolino versatile e utilizzabile con stomi sia di grandi che di piccole dimensioni | 1     | 29        |
| 3             | Varietà della gamma                                                                                                   | 20        | Buona la varietà della gamma                                                                                                                    | 0,8   | 16          | Ottima la varietà di dimensioni                                                       | 1     | 20        | Un'unica misura disponibile e poco versatile                                                                                                    | 0,2   | 4           | Buona la varietà della gamma                                                          | 0,8   | 16        |
| 4             | Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 | 1         | Non presente                                                                                                                                    | NO    | 0           | Non presente                                                                          | NO    | 0         | Non presente                                                                                                                                    | NO    | 0           | Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022                                  | SI    | 1         |
| <b>Totale</b> |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                 |       | <b>37,4</b> |                                                                                       |       | <b>69</b> |                                                                                                                                                 |       | <b>19,6</b> |                                                                                       |       | <b>66</b> |



\*\*\*

Di seguito vengono riepilogati i punteggi totali assegnati nella seduta del 20/03/2026 e nella seduta odierna:

| Lotto | CIG        | Descrizione lotto                 | Ditta offerente                    | Prodotto offerto                                                                                                | Punteggio tecnico |
|-------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | B8C76CB421 | Dischi adesivi standard           | Seda S.p.A.                        | Basi adesive Accufit                                                                                            | 55,00/70          |
|       |            |                                   | Coloplast S.p.A.                   | Provox Life Standard Adhesive Round / Oval / Plus                                                               | 70,00/70          |
| 2     | B8C76CC4F4 | Dischi adesivi per stomi profondi | Seda S.p.A.                        | Base adesiva Trufit                                                                                             | 60,00/70          |
|       |            |                                   | Coloplast S.p.A.                   | Provox Life Stability Adhesive                                                                                  | 67,00/70          |
| 3     | B8C76CD5C7 | Filtri scambiatori                | Seda S.p.A.                        | hme day&night e speakfree                                                                                       | 51,80/70          |
|       |            |                                   | Coloplast S.p.A.                   | Provox Life Home HME e Provox Life Go HME                                                                       | 66,40/70          |
| 4     | B8C76CE69A | Cannule                           | Seda S.p.A.                        | cannule Stomasoft standard / fenestrata                                                                         | 60,00/70          |
|       |            |                                   | Coloplast S.p.A.                   | Provox Life LaryTube Standard / Fenestrated                                                                     | 70,00/70          |
| 5     | B8C76CF76D | Fascetta di fissaggio             | Teleflex Medical S.r.l.            | Fascia di fissaggio                                                                                             | 60,60/70          |
|       |            |                                   | Medival s.r.l.                     | fissatore per cannule tracheostomiche                                                                           | 50,80/70          |
|       |            |                                   | Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. | TTH                                                                                                             | 67,00/70          |
|       |            |                                   | Seda S.p.A.                        | Fascetta Optiflauch                                                                                             | 66,20/70          |
|       |            |                                   | Claber S.r.l.                      | fascetta sterile di fissaggio per cannula tracheostomica                                                        | 43,40/70          |
|       |            |                                   | Coloplast S.p.A.                   | Provox TubeHolder                                                                                               | 51,00/70          |
| 6     | B8C76D0840 | Clip di fissaggio                 | Seda S.p.A.                        | set di 40 fascette fissaggio Laryvox                                                                            | 60,60/70          |
|       |            |                                   | Coloplast S.p.A.                   | Provox LaryClip                                                                                                 | 69,00/70          |
| 7     | B8C76D1913 | Colla siliconica                  | Coloplast S.p.A.                   | Provox Silicone Glue                                                                                            | 60,00/70          |
| 8     | B8C76D29E6 | Salviette dedicate                | Teleflex Medical S.r.l.            | Salviette per rimozione adesivi, senza alcool e Film protettivo per cute peristomale in salviette, senza alcool | 47,20/70          |
|       |            |                                   | ConvaTec Italia S.r.l.             | ESENTA salviette                                                                                                | 69,00/70          |
|       |            |                                   | Smith & Nephew S.r.l.              | REMOVE Salviette imbevute e SECURA NO-STING BARRIER FILM Salviette                                              | 51,60/70          |
|       |            |                                   | Seda S.p.A.                        | Salviette remove e Salviette Optigard                                                                           | 51,60/70          |
|       |            |                                   | Coloplast S.p.A.                   | Provox Adhesive Remover e Provox Skin Barrier                                                                   | 66,00/70          |



| Lotto | CIG        | Descrizione lotto     | Ditta offerente         | Prodotto offerto                                               | Punteggio tecnico |
|-------|------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9     | B8C76D3AB9 | Spazzolini di pulizia | Teleflex Medical s.r.l. | Spazzolino per pulizia e disostruzione cannule tracheostomiche | 37,40/70          |
|       |            |                       | Seda S.p.A.             | Spazzolini Laryvox duo brush                                   | 69,00/70          |
|       |            |                       | Claber S.r.l.           | spazzolino per la pulizia delle cannule tracheostomiche        | 19,60/70          |
|       |            |                       | Coloplast S.p.A.        | Provox Brush e Provox Brush Long                               | 66,00/70          |

La Commissione da atto che tutte le offerte che hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti su 70, vengono ammesse all'apertura dell'offerta economica.

Le offerte presentate dalle ditte Claber e Teleflex Medical per il lotto n. 9, non avendo raggiunto il suddetto punteggio minimo previsto per la qualità, non vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta termina alle ore 11:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott. Andrea Ossato

Dott.ssa Pietrobelli Adele

Dott. Sacchetto Andrea