

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO						
FORNITURA DI SISTEMI DI DERIVAZIONE INTERNA VENTRICOLARE CON VALVOLA PROGRAMMABILE PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI IN FABBISOGNO ALL'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"						
N.	Denominazione Operatore Economico	Articolo di riferimento	Pag. di riferimento	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Eventuale proposta di modifica
1	Integra Lifesciences Italy srl	RIF. F Cateteri Atriali	pag. 4 Capitolato Tecnico	Lunghezza Catetere	Il nostro Catetere ha una lunghezza massima di 45 cm e non 60 cm	Lunghezza di almeno 45 cm circa
2	Integra Lifesciences Italy srl				chiediamo cortesemente di prevedere Lotti separati per tutti i riferimenti indicati nella bozza di Capitolato (compresi gli accessori), al fine di permettere la massima partecipazione di tutti gli operatori economici interessati.	
3	Medtronic Italia S.p.A.	rif. A-B-C-D-E-F-G-H-I - comodato			la ditta elenca tutti i codici degli articoli proposti e fornisce le rispettive schede tecniche	
4	IATROTEK SRL	Rif.a	ALLEGHIAMO DICHIARAZIONE	AGGIUNTA DESCRIZIONE	LA VALVOLA HA UN ELEVATO LIVELLO DI RESISTENZA ALLE PROTEINE DEL LIQUIDO CEREBROSPINALE	DA INDICARE RESISTENZA ALLE PROTEINE SU PAZIENTI ANZIANI E PEDIATRICI CON ELEVATO TASSO DI PROTEINE DEL LIQUIDO CEREBROSPINALE
5	IATROTEK SRL	Rif.b	ALLEGHIAMO DICHIARAZIONE	AGGIUNTA DESCRIZIONE	LA VALVOLA HA UN ELEVATO LIVELLO DI RESISTENZA ALLE PROTEINE DEL LIQUIDO CEREBROSPINALE	DA INDICARE RESISTENZA ALLE PROTEINE SU PAZIENTI ANZIANI E PEDIATRICI CON ELEVATO TASSO DI PROTEINE DEL LIQUIDO CEREBROSPINALE