



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DIGITALE PER LA RADIOGRAFIA DEI CAMPIONI OPERATORI IN FABBISOGNO AL GOP DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA

BOZZA CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di n. 1 Sistema digitale per la radiografia dei campioni operatori in fabbisogno al GOP del P.O. San Bortolo di Vicenza

Rispetto agli articoli sotto descritti, le Ditte partecipanti sono tenute a proporre i modelli relativi all'ultima produzione della ditta costruttrice.

Art. 2 CARATTERISTICHE SPECIFICHE MINIME DELLA FORNITURA

1. sistema “*All in One*” carrellato, per uno spostamento rapido tra sale operatorie;
2. ingombro ridotto per massimizzare lo spazio in sala operatoria, con dimensioni approssimative (LxAxP): cm 60x150x50;
3. display di visualizzazione ad alta risoluzione, dalle dimensioni non inferiori a 27” (pollici);
4. tasto unico esterno di accensione e spegnimento del sistema;
5. camera di esecuzione delle radiografie con anta di accesso a vista interna a chiusura manuale e blocco dell'esecuzione dei raggi in caso di apertura;
6. detettore per acquisizione diretta dalle dimensioni approssimative di 20x20 cm per generare immagini biottiche ad alta risoluzione;
7. controllo automatico dell'esposizione (AEC) per le escissioni mammarie e le biopsie dei frustoli;
8. piena compatibilità con i più comuni applicativi utilizzati nelle strutture sanitarie come PACS, RIS, Cartelle Cliniche elettroniche, Software per la gestione del registro operatorio o simili;
9. connettività Wi-Fi;
10. possibilità di confronto dell'immagine del campione con la mammografia o la biopsia originale a monitor;
11. PC con sistema operativo almeno Windows 10, RAM da almeno 16 GB e SSD da almeno 500 GB;
12. Pannello di controllo e interfaccia intuitivi, con strumenti di annotazione, misurazione e zoom;
13. comandi touch screen, design per una facile pulizia e sanificazione e
14. alimentazione elettrica 220-240 Vac, 50/60 Hz;
15. rispondenza conformità CE;