



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

ALLEGATO A

AVVISO

**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 1
MICROSCOPIO PER DIAGNOSTICA AMBULATORIALE ORL IN FABBISOGNO ALL'UOC DI
OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA**

BOZZA CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di n. 1 Microscopio operatorio per otorinolaringoiatria (ORL) adatto all'uso ambulatoriale, per diagnostica e chirurgia in fabbisogno all'UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. San Bortolo di Vicenza

Rispetto agli articoli sotto descritti, le Ditte partecipanti sono tenute a proporre i modelli relativi all'ultima produzione della ditta costruttrice.

Art. 2 CARATTERISTICHE SPECIFICHE MINIME DELLA FORNITURA

Caratteristiche tecniche indicative:

1. alimentazione monofase 220V- 50Hz;
2. installazione su supporto stativo a pavimento, dotato di ruote frenate e direzionali, di facile manovrabilità e posizionamento, che permetta ampie possibilità di movimentazione sia in rotazione del braccio (sia su asse portante che del braccio stesso) sia il brandeggio, in modo da essere efficacemente utilizzabile nelle procedure diagnostiche e di chirurgia possibili in attività di ORL. Struttura protetta da corrosione, verniciata e di facile pulizia;
3. corpo del microscopio compatto ed ergonomico, con ampie possibilità di movimentazione su tutti gli assi;
4. fonte di luce del microscopio a Led, con doppia sorgente a lunga durata e con variazione dell'intensità luminosa;
5. variatore di ingrandimento manuale a più livelli, tipicamente 5, ingrandimento massimo di almeno 20X;
6. tubo binoculare adatto all'impiego ORL, con variazione micrometrica della distanza interpupillare;
7. ottiche con lenti apocromatiche prive di riflessi;
8. obiettivo con distanza di lavoro (lunghezza focale) variabile in base all'applicazione (gola-naso-orecchio) da almeno 200mm ad almeno 300mm in maniera semplice, ad esempio tramite la rotazione di una manopola da parte dell'operatore, anche durante l'uso;
9. possibilità di installazione di fotocamera HD integrata;
10. fotocamera full HD integrata senza cavi, con immagini da 10MP c.a. e video fino a 1080p c.a., archiviazione di immagini e video su supporti standard (schede di memoria SD e/o hard-disk USB). Possibilità di visualizzazione delle immagini in alta definizione tramite predisposizione al collegamento ad un monitor esterno (non compreso);
11. completo di tutti gli accessori e componenti necessari ad un corretto e sicuro funzionamento a regola d'arte