



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI BIBERON E TETTARELE IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

BOZZA CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di biberon e tettarelle in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 Berica

La fornitura, suddivisa in 2 lotti, dovrà avere le caratteristiche minime ivi descritte.

Rispetto agli articoli sotto descritti, le Ditte aggiudicatarie sono tenute a proporre i modelli relativi all'ultima produzione della ditta costruttrice.

Art. 2 CARATTERISTICHE SPECIFICHE MINIME DELLA FORNITURA

Fornitura di biberon e tettarelle:

Lotto 1

Caratteristiche Biberon in fabbisogno alla Terapia Intensiva Neonatale ed alla Banca del Latte:

- ✓ Biberon sterile monouso trasparente da 130 ml con chiusura (certificata?) del contenitore che garantisca la miglior qualità della pastorizzazione in termini di sicurezza nell'immersione in acqua e riduzione del rischio di contaminazione da infiltrazioni d'acqua
- ✓ Biberon sterile monouso trasparente da 240 ml con chiusura (certificata?) del contenitore che garantisca la miglior qualità della pastorizzazione in termini di sicurezza nell'immersione in acqua e riduzione del rischio di contaminazione da infiltrazioni d'acqua
- ✓ Confezioni singole e multiple
- ✓ Biberon sterilizzati a raggi con livello di sterilità di almeno 10^{-6} UFC/ml
- ✓ Dimensioni compatibili con scaldabiberon Klinifed e pastorizzatori Sterifeed S90
- ✓ Trasparenza del biberon e chiarezza della serigrafia

Caratteristiche Tettarelle in fabbisogno alla Terapia Intensiva Neonatale ed alla Banca del Latte:

- ✓ Tettarelle sterili dotate di copritettarella graduata per neonati a termine
- ✓ Tettarelle sterili dotate di copritettarella graduata per neonati pretermine
- ✓ Tettarelle marchiate CE
- ✓ A tre velocità per una adeguata gestione del flusso
- ✓ Forma della tettarella a ciliegia
- ✓ Consistenza adatta alla suzione di un neonato pretermine
- ✓ Dimensione adatta alla suzione di un neonato pretermine
- ✓ Capsula di protezione graduata e trasparente a completa protezione da manipolazione della ghiera

Lotto 2

Caratteristiche Biberon in fabbisogno all'UOC di Pediatria

- ✓ Biberon sterile monouso trasparente da 60 e da 130 ml
- ✓ Dimensioni compatibili con scaldabiberon Klinifed in uso
- ✓ Trasparenza del biberon e chiarezza della serigrafia

Caratteristiche Tettarelle in fabbisogno all'UOC di Pediatria

- ✓ Tettarelle sterili e marchiate CE
- ✓ Dimensione e consistenza adatta alla suzione di un neonato a termine