

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI DI
ASPIRAZIONE AD ULTRASUONI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L' U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"**

n. gara 8728104 CIG 941049387C

ID SINTEL 160591307

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE

(verbale Commissione Giudicatrice n. 3)

Alle ore 11:10 del 03/02/2023, in Vicenza, presso l'U.O. di Neurochirurgia, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 20/1/2023 così composta:

Presidente: dott. Lorenzo Alvaro, Dirigente Medico, Direttore f.f. dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";

Commissari: dott. Mauro Mazzetto, Dirigente Medico dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
dott. Simone Canaia, infermiere professionale, e referente del Gruppo B del Gruppo operatorio Centralizzato dell'Ospedale di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prosegue l'esame della documentazione tecnica caricata sulla piattaforma dalle ditte ammesse al prosieguo della gara.

La Commissione esamina la documentazione presentata dalle ditte Stryker Italia S.r.l. S.U. e Carlo Bianchi S.r.l.

Il sistema SONOPET IQTM offerto dalla Stryker Italia S.r.l. S.U presenta tutte le caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato Tecnico.

Il sistema SONOCA 300 proposto da Carlo Bianchi S.r.l. presenta tutte le caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato Tecnico.

Preso atto che tutte e quattro le offerte pervenute presentano i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico, tutte le ditte sono ammesse alla valutazione della qualità in attuazione dell'art. 16 del Disciplinare di gara.

Richiamato l'art. 6.3 del Disciplinare di gara, il quale prevede che *“Allo scopo di un più approfondito esame, le ditte partecipanti alla procedura dovranno provvedere alla consegna di un aspiratore con relativi manipoli [...] nella medesima configurazione e caratteristiche così come proposte in sede di gara, onde consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione della stessa e l'attribuzione dei punteggi tecnici”*, la Commissione stabilisce il cronoprogramma per le prove visioni dei sistemi offerti dalle ditte Biomedica Italia S.r.l., Integra Lifesciences Italy S.r.l., Stryker Italia S.r.l. S.U. e Carlo Bianchi S.r.l..

La Commissione concorda che la prossima seduta sarà fissata al termine dell'effettuazione delle prove visioni.

La seduta ha termine alle ore 14:10.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

dott. Lorenzo Alvaro

dott. Mauro Mazzetto

dott. Simone Canaia