

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI DI ASPIRAZIONE AD ULTRASUONI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L' U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

n. gara 8728104 CIG 941049387C

ID SINTEL 160591307

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE*(verbale Commissione Giudicatrice n. 4)*

Alle ore 12:00 del 06/07/2023, in Vicenza, presso l'U.O. di Neurochirurgia, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 20/1/2023 così composta:

- Presidente: dott. Lorenzo Alvaro, Dirigente Medico, Direttore f.f. dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
- Commissari: dott. Mauro Mazzetto, Dirigente Medico dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
dott. Simone Canaia, infermiere professionale, e referente del Gruppo B del Gruppo operatorio Centralizzato dell'Ospedale di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La seduta odierna si svolge dopo la conclusione delle prove visioni dei sistemi offerti dalle ditte ammesse alla fase di valutazione:

- il sistema MISONIX NEXUS, offerto dalla ditta Biomedica Italia S.r.l. di Assago (MI);
- il sistema CUSA® Clarity offerto dalla ditta Integra Lifesciences Italy S.r.l. di Rozzano (MI);
- il sistema "SONOPET IQTM" offerto dalla ditta Stryker Italia S.r.l. S.U. di Roma;
- il sistema "SONOCA 300" offerto dalla ditta Carlo Bianchi S.r.l. di Bergamo;

La Commissione riscontra che tutti i sistemi offerti (attrezzature e materiale di consumo) presentano tutte le caratteristiche tecniche e funzionali minime previsti dal Capitolato tecnico.

La Commissione procede quindi alla valutazione della qualità delle offerte tecniche pervenute e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 16 del Disciplinare di gara e tenuto conto delle prove effettuate sui sistemi presentati, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati nella tabella che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Di seguito vengono riepilogati i punteggi totali:

1. Biomedica Italia S.R.L. di Assago (MI)	punti 56,20/70
2. Integra Lifesciences Italy S.R.L. di Rozzano, (MI)	punti 63,20/70
3. Stryker Italia srl S.U. di Roma	punti 58,20/70
4. Carlo Bianchi s.r.l. di Bergamo	punti 52,00/70

Tutte le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti nell'art. 16.1 del disciplinare di gara, e, pertanto, vengono ammesse all'apertura dell'offerta economica.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta ha termine alle ore 14:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

LCOMPONENTI

dott. Lorenzo Alvaro

dott. Mauro Mazzetto

dott. Simone Canaia

Sez.	Punt. Max	Descrizione criterio e sub-criteri	punt. MAX sub-criterio	BIOMEDICA ITALIA sistema Misonix Nexus (Misonix Inc.)		INTEGRA LIFESCIENCES ITALY Sistema Cusa Clarity (Integra)		STRYKER ITALIA Sistema Sonopet IQ (Stryker)		CARLO BIANCHI Sistema Sonoca 300 (Sfring GmbH)		
				valutazione	coefficiente in base all'attribuito	valutazione	coefficiente in base all'attribuito	valutazione	coefficiente in base all'attribuito	valutazione	coefficiente in base all'attribuito	
1. Sistema di aspirazione	24	Aspetti costruttivi, ergonomia e funzionalità:										
		1a. dimensioni e il peso complessivo del sistema	5	Dimensioni e peso congrue alla sala operatoria	1	5,00	Dimensioni e peso congrue alla sala operatoria	1	5,00	Dimensioni e peso congrue alla sala operatoria	1	5,00
		1b. semplicità e intuitività dell'interfaccia per l'utilizzatore	5	Display touch intuitivo e di semplice utilizzo	0,8	4,00	Display touch intuitivo e di semplice utilizzo, grafica molto chiara	1	5,00	Display non-touch	0,4	2,00
		1c. funzioni, controlli e regolazioni disponibili per quanto riguarda: range di vibrazione, aspirazione e irrigazione	8	Buona regolazione di aspirazione, vibrazione ed irrigazione	0,8	6,40	Buona regolazione di aspirazione, vibrazione ed irrigazione	0,8	6,40	Buona regolazione di aspirazione, vibrazione ed irrigazione	0,8	6,40
		1d. possibilità di utilizzo del vuoto di sala	3	Presente	1	3,00	Non è prevista la possibilità di utilizzo del vuoto di sala	0	0,00	Presente	1	3,00
2. manipoli	14	1e. semplicità di utilizzo del pedale	3	Pedale wireless che rende più comodo l'utilizzo	1	3,00	Pedale con filo che rende meno comodo l'utilizzo	0,8	2,40	Pedale con filo che rende meno comodo l'utilizzo	0,8	2,40
		Aspetti funzionali e costruttivi dei manipoli:										
		La commissione valuterà le caratteristiche qualitative dei manipoli disponibili in relazione alla destinazione d'uso, la maneggevolezza e il peso	14	Le caratteristiche qualitative dei manipoli disponibili in relazione alla destinazione d'uso sono sufficienti. Manipolo poco maneggevole	0,6	8,40	Le caratteristiche qualitative dei manipoli disponibili in relazione alla destinazione d'uso sono ottime. Manipolo maneggevole e preciso	1	14,00	Le caratteristiche qualitative dei manipoli disponibili in relazione alla destinazione d'uso sono sufficienti. Manipolo poco ergonomico	0,5	8,40
		3a. varietà di punte disponibili e range di diametro	8	Buona varietà di punte (per tessuti molli)	0,8	6,40	Buona varietà di punte (per tessuti molli)	0,8	6,40	Buona varietà di punte (per tessuti molli)	0,8	6,40
		3b. ergonomia e semplicità di utilizzo del sistema	4	Sistema ergonomico e facile da utilizzare	1	4,00	Sistema ergonomico e facile da utilizzare	1	4,00	Sistema poco ergonomico	0,5	2,40
4. Funzionalità	15	Aspetti funzionali:										
		4a. efficacia della dissezione in termini di capacità di demolire il tessuto patologico conservando i tessuti sani	10	L'efficacia della dissezione è sufficiente tuttavia, pur essendo prevista la possibilità di avere selettività sui tessuti, quest'ultima non è direttamente modificabile dall'operatore	0,6	6,00	L'efficacia della dissezione è ottima dalla possibilità di avere selettività sui tessuti che può essere regolata direttamente dall'operatore; ciò rende più agevole la demolizione del tessuto patologico e la conservazione dei tessuti sani	1	10,00	L'efficacia della dissezione è sufficiente tuttavia, pur essendo prevista la possibilità di avere selettività sui tessuti, quest'ultima non è direttamente modificabile dall'operatore	0,6	6,00
		4b. facilità e rapidità di assemblaggio delle varie parti che compongono il sistema	5	Facile e rapido da assemblare	1	5,00	Facile e rapido da assemblare	1	5,00	Facile e rapido da assemblare	1	5,00
		Asistenza tecnica:										
		5a. La commissione valuterà le proposte organizzative che possano migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio in termini di tempi di intervento e risoluzione guasto nonché disponibilità a fornire apparecchi sostitutivi.	5	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1	5,00	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1	5,00	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1	5,00
Totale	70		70		56,20		63,20		58,20		52,00	