

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2133 DEL 14/12/2023

**O G G E T T O**

ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 50 LETTI DI DEGENZA ELETTRICI IN  
FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULLS N. 8 BERICA DI VICENZA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 2177/23

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota agli atti il Direttore della DMO di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 Berica ha richiesto l'acquisto di n. 50 Letti di degenza elettrici con sponde a sezioni in fabbisogno delle varie UU.OO. dell'Azienda;

valutata la richiesta e le relative motivazioni tecniche formulate dalla predetta DMO, il GDL Apparecchiature elettromedicali – UVA DM –ha espresso parere favorevole all'acquisto;

a seguito dell'invio, da parte della DMO dell'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza, del capitolato tecnico di gara comprensivo dei criteri di valutazione, con prot. 67728 del 29.06.2023 è stata avviata procedura di gara mediante pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel sia sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, ai sensi dell'art. 1 c.2 della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per la fornitura di n. 50 letti di degenza elettrici con sponde a sezioni, in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza, con aggiudicazione sulla base della valutazione, da parte di un gruppo di esperti, degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate, ed avente base d'asta pari ad € 90.000,00 iva esclusa;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14:00 di giorno 14.07.2023, hanno presentato offerta economica le seguenti ditte:

| <b>Ditta</b>        | <b>Prezzo totale</b> |
|---------------------|----------------------|
| Gardhen balance srl | 74.500,00 €          |
| Malvestio Spa       | 89.495,50 €          |
| Novamed srl         | 89.500,00 €          |
| Arjo Italia Spa     | 89.950,00 €          |

a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità, con protocollo 86406 del 28.08.2023 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici, il quale in data 09.10.2023 ha fatto pervenire la propria relazione (All.01e All.02 ), dove dichiara che “...Sulla base della completezza nella rispondenza ai criteri di valutazione si propone l'aggiudicazione della fornitura di letti di degenza elettrici con sponde a 4 sezioni alla ditta Gardhen Balance srl la quale ha presentato un'offerta con buona qualità ed al prezzo più basso”;

stante quanto in precedenza riportato, si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 50 letti di degenza elettrici con sponde a sezioni in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza alla ditta Gardhen Balance srl, per un importo complessivo di € 74.500,00 iva esclusa;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31 e 216 comma 27 – octies, del D.Lgs. n. 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del DEC;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, ricorre la seguente condizione che impone di nominare un DEC diverso dal RUP:

- ✓ per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

compito del DEC sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 180,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento (All.01 e All.02) di cui fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 1 c.2 della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, la fornitura di n. 50 letti di degenza elettrici con sponde a sezioni in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza alla ditta Gardhen Balance srl per un importo complessivo di € 90.890,00 iva inclusa;
3. di dare atto che il costo di euro € 45.445,00 iva inclusa sarà a carico dell'anno 2023 e sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 23BD0000Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "budget degli investimenti aziendale DGR 1617\_2022";
4. di dare atto che il costo di euro € 45.445,00 iva inclusa sarà a carico dell'anno 2024 e sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 23BD0000Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "budget degli investimenti aziendale 2024";
5. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 10.1 lett. e delle linee guida ANAC n. 3, il Sig. Roberto Artuso, collaboratore tecnico Servizio Ingegneria Clinica dell'Azienda Ulss n. 8 Berica;
6. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 180,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con

delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

7. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Econmato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI N. 50 LETTI DI DEGENZA ELETTRICI CON SPONDE A 4 SEZIONI IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 171387722 – CIG: 9934053FDB**

In data 11/09/2023 si è riunito presso gli uffici del Servizio Prevenzione e Protezione il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 86406 del 28.08.2023 risulta così composto:

- ✓ Sig.ra Giorgia Varotti – Coordinatrice Infermieristica Medicina generale del P.O. San Bortolo di Vicenza;
- ✓ Sig.re Filippo Fanin – Coordinatore Infermieristico Direzione Medica del P.O. San Bortolo di Vicenza;
- ✓ Sig. Manuel Beda – Referente aziendale DPI- Servizio Prevenzione e Protezione Azienda Ulss n. 8 Berica

preso atto che sono pervenute le offerte delle ditte e per gli importi come di seguito indicati:

| Ditta               | PREZZO TOTALE |
|---------------------|---------------|
| Gardhen balance srl | 74.500,00 €   |
| Malvestio Spa       | 89.495,50 €   |
| Novamed srl         | 89.500,00 €   |
| Arjo Italia Spa     | 89.950,00 €   |

Il gruppo di esperti procede quindi con l'analisi della documentazione presentata verificando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara e riscontrando che tutte le offerte presentate soddisfano le caratteristiche minime richieste dagli atti di gara.

Il gruppo di esperti conviene sulla necessità di prendere visione della campionatura al fine di poter esprimere la proposta di aggiudicazione, come previsto dall'art. 7 del disciplinare di gara.

Pertanto, la prosecuzione dei lavori viene rinviata alle seguenti date:

- 25/09: valutazione campionatura Gardhen Balance srl
- 26/09: valutazione campionatura Malvestio spa
- 09/10: valutazione campionatura Arjo Italia spa

La ditta Novamed srl ha comunicato l'indisponibilità alla presentazione della campionatura, quindi viene esclusa dalla valutazione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Giorgia Varotti  
Coordinatrice Infermieristica  
Medicina generale del P.O. San  
Bortolo di Vicenza

Filippo Fanin  
Coordinatore Infermieristico  
Direzione Medica del P.O. San  
Bortolo di Vicenza

Manuel Beda  
Referente aziendale DPI- Servizio  
Prevenzione e Protezione Azienda  
Ulss n. 8 Berica

**AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI N. 50 LETTI DI DEGENZA ELETTRICI CON SPONDE A 4 SEZIONI IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 171387722 – CIG: 9934053FDB**

In data 09/10/2023 si è riunito presso gli uffici del Servizio Prevenzione e Protezione il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 86406 del 28.08.2023 risulta così composto:

- ✓ Sig.ra Giorgia Varotti – Coordinatrice Infermieristica Medicina generale del P.O. San Bortolo di Vicenza;
- ✓ Sig.re Filippo Fanin – Coordinatore Infermieristico Direzione Medica del P.O. San Bortolo di Vicenza;
- ✓ Sig. Manuel Beda – Referente aziendale DPI- Servizio Prevenzione e Protezione Azienda Ulss n. 8 Berica

Constatata la presenza di tutti i componenti e preso atto di quanto deciso nella seduta precedente così come risulta dal verbale datato 11.09.2023 il gruppo di esperti prosegue quindi nei lavori passando alla valutazione delle singole proposte in relazione ai criteri di valutazione indicati all'art. 8 del disciplinare di gara, di seguito riportati:

- Elementi migliorativi rispetto alle specifiche tecniche indicative elencate;
- Elementi costruttivi relativi alla qualità e affidabilità del materiale utilizzato per la struttura (telaio, motori e piani sezioni ecc....);
- Qualità e affidabilità del materiale utilizzato per l'accessoristica (pulsantiera, porta accessori, spondine ecc....);
- Ergonomia funzionale e semplicità di movimentazione;
- Prezzo.

riscontrando quanto segue:

| Ditta e modello offerto                                                                                                                      | Gardhen Balance srl                                                                                                                                                                                                                                                                             | Malvestio spa                                                                                                                                                           | Arjo Italia srl   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Elementi migliorativi rispetto alle specifiche tecniche indicative elencate                                                                  | Buoni gli elementi migliorativi proposti. Il Gruppo di Esperti apprezza particolarmente gli elementi di seguito indicati:<br>Grado di protezione contro la penetrazione di liquidi IP54,<br>Presenza di n. 8 paracolpi.<br>sponda laterale con pannello di comando integrato da entrambi i lati | Sufficienti gli elementi migliorativi proposti. Il Gruppo di Esperti apprezza particolarmente gli elementi di seguito indicati:<br>Avviso acustico di letto non frenato | Non significativi |
| Elementi costruttivi relativi alla qualità e affidabilità del materiale utilizzato per la struttura (telaio, motori e piani sezioni ecc....) | Giudizio buono                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Giudizio buono                                                                                                                                                          | Giudizio buono    |

|                                                                                                                       |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Qualità e affidabilità del materiale utilizzato per l'accessoristica (pulsantiera, porta accessori, spondine ecc....) | Giudizio buono | Giudizio buono | Giudizio buono |
| Ergonomia funzionale e semplicità di movimentazione                                                                   | Giudizio buono | Giudizio buono | Giudizio buono |

Sulla base della completezza nella rispondenza ai criteri di valutazione si propone l'aggiudicazione della fornitura di letti di degenza elettrici con sponde a 4 sezioni alla ditta Gardhen Balance srl la quale ha presentato un offerta con buona qualità ed al prezzo più basso.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Giorgia Varotti  
 Coordinatrice Infermieristica  
 Medicina generale del P.O. San  
 Bortolo di Vicenza

Filippo Fanin  
 Coordinatore Infermieristico  
 Direzione Medica del P.O. San  
 Bortolo di Vicenza

Manuel Beda  
 Referente aziendale DPI- Servizio  
 Prevenzione e Protezione Azienda  
 Ulss n. 8 Berica