



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi la fornitura di 1 cabina pletismografica e del modulo per test di provocazione bronchiale (test metacolina) in fabbisogno all'UOC di Pneumologia del P.O. San Bortolo Di Vicenza. Id Sintel: 177910948 - CIG: A0435E41B7

Domanda: In merito alle caratteristiche tecniche espresse al PUNTO : INTERFACCIAMENTI E DATABASE "Le nuove apparecchiature dovranno essere interfacciate ai sistemi di diagnostica cardiopolmonare Vyaire (ergospirometro Vyntus CPX e sistema spirometrico con oscillometria Vyntus IOS) già in uso presso il nostro ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria per la condivisione del database pazienti e della refertazione con accesso al database sia dagli strumenti di diagnostica che da eventuali work station di refertazione. Possibilità di fare un esame su paziente proveniente da una qualsiasi delle postazioni spirometriche utilizzando l'anagrafica già inserita e i dati già acquisiti per confronto con unica elaborazione statistica di tutto il database degli esami di funzionalità respiratoria dei pazienti testati.

"È richiesto interfacciamento a sistemi cardiopolmonari e spirometrici di una specifica ditta produttrice ... in uso presso il vostro ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria condivisione data base pazienti per condivisione archivio con eventuali stazioni di refertazioni workstation e utilizzo anagrafica esistente e dovrà essere inoltre incluso e garantito il recupero del database archivio pazienti numerico e grafico dei sistemi in uso che verranno sostituiti (cabina pletismografica Vmax sn BEBC0700 + 77383510300366 e spirometro per test metacolina Vmax 20 sn AHS02380-203282) per archiviazione e rielaborazione numerica e grafica col software del nuovo sistema fornito.

si comunica che tali caratteristiche non consentono una par condicio tra le aziende concorrenti ed agevolano un unico operatore economico, infatti l'integrazione di un database "proprietario" può essere eseguita esclusivamente dalla sola azienda che commercializza strumenti della stessa marca di quello esistente ossia VIASYS/Vyare.

Si chiede pertanto alla SV illustrissima di rivedere tali caratteristiche tecniche di minima in modo da rendere accessibile la procedura a più operatori economici, nel rispetto della par condicio.

Risposta: Tali caratteristiche sono ritenute essenziali da parte clinici in quanto permettono di valutare l'evoluzione funzionale respiratoria del paziente nel tempo. L'interfacciamento risulta altresì necessario al fine di condividere il data base dei pazienti e delle refertazioni degli esami in modo che sia accessibile sia dagli strumenti di diagnostica che dalle work station distribuite nella sezione ambulatoriale del reparto (Ambulatori divisionali e di pronto soccorso e studi medici) Si precisa inoltre che, nel corso del 2023, la verifica delle caratteristiche tecniche è stata oggetto di specifica Consultazione preliminare di mercato volta alla raccolta d'informazioni utili per l'espletamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto ed alla quale non ha riscontrato alcun operatore economico.

Domanda: Inoltre dal capitolato non si evincono il n. di workstation da inserire nella eventuale offerta.

Si richiede pertanto anche una rivalutazione completa del capitolato tecnico.

Risposta: Il numero di workstation da inserire nell'offerta è pari a 4

Domanda: In riferimento all'ART 1 "INTERFACCIAMENTI E DATABASE" si comunica che per la realizzazione dell'interfacciamento dei sistemi di diagnostica cardiopolmonare Vyaire (ergospirometro Vyntus CPX e sistema spirometrico con oscillometria Vyntus IOS) già in uso presso il vostro ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria per la condivisione del database pazienti e della refertazione è necessario un server virtuale o fisico su cui installare l'applicativo di gestione. Si chiede pertanto se il vostro Ente può mettere a disposizione un server virtuale oppure se deve essere fornito dalla nostra società un server fisico

Risposta: La ditta aggiudicataria dovrà fornire un server fisico comprensivo di gestione ed assistenza tecnica e sistemistica dell'hardware e del relativo DB. Tutto il sistema dovrà essere conforme al GDPR.

Il RUP
Dott. Sandro Possamai