

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO						
FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI “PROTESI DI SPALLA” PER I FABBISOGNI DELLE UU.OO. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI VICENZA, ARZIGNANO E VALDAGNO, DELL’AZIENDA ULSS 8 BERICA.						
N.	Denominazione Operatore Economico	Articolo e Paragrafo di riferimento	Pagg. di riferimento	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Eventuale proposta di modifica
1	3D SYSTEM SRL	REG. TECNICO_ALL. A	2	LOTTO 1	DESCRIZIONE RICONDUCIBILE AD UNA DITTA IN PARTICOLARE	Trattandosi di A.Q. consigliamo di modificare la descrizione : “deve poter essere fissato tramite vite a rottura predeterminata mediante chiave dinamometrica” come segue: "deve poter essere fissato tramite vite o cono morse"
2	3D SYSTEM SRL	REG. TECNICO_ALL. A	2	LOTTO 1	DESCRIZIONE TROPPO SPECIFICA, LIMITANTE NELLA PARTECIPAZIONE	consigliamo di modificare la descrizione: "dotato di cage in cui sia possibile inserire innesti ossei e 6 fori per alloggiamento viti" come segue: "dotato di cage o fittone con almeno quattro fori"
3	Arthrex Italia S.r.l.	Art. 2	2	Lotto 1 , piatto adattatore omerale	Piatto adattatore omerale deve essere in metallo in quattro misure	Proporremmo di modificare "in almeno tre misure" rispetto a quattro
4	Arthrex Italia S.r.l.	Art.2	2	Lotto 1, componente glenoidea	Componente glenoidea con sei fori per alloggiamento viti.	Proporremmo di modificare in almeno quattro fori per alloggiamento viti.
5	Arthrex Italia S.r.l.	Art.2	2	Lotto 1, sistema di navigazione	Sistema di navigazione.	Proporremmo di modificare in "guida in grado di riprodurre le misure pianificate nella fase perioperatoria tramite software".
6	Arthrex Italia S.r.l.	Art.2	3	Lotto 3, stelo cementato	Superficie speculare e alette.	Proporremmo di rimuovere la dicitura “superficie speculare e alette ” in quanto identifica un’unica azienda.
7	Arthrex Italia S.r.l.	Art.2	3	Lotto 3, stelo modulare	Stelo modulare.	Proporremmo di eliminare lo stelo modulare e di utilizzare misure fino a 15.
8	Arthrex Italia S.r.l.	Art.2	3	Lotto 3, epifisi omerale rivestita da idrossiapatite	Idrossiapatite	Proporremmo di rimuovere la dicitura “Idrossiapatite” e di sostituirla con "materiale osteoinduttivo".
9	Arthrex Italia S.r.l.	Art.2	4	Lotto 3, viti da metaglena	Viti Cannulate	Proporremmo di sostituire con "viti cannulate e/o non cannulate".
10	Biomedika	ART 2 lotto 1	2	caratteristiche peculiari dell'impianto troppo specifiche	Il lotto 1 è indicativo di una protesi specifica	indicare la possibilità di partecipare proponendo componenti simili ma non identiche
11	Biomedika	art 2 lotto 2	3	caratteristiche peculiari dell'impianto troppo specifiche	Il lotto 2 è indicativo di una protesi specifica	indicare la possibilità di partecipare proponendo componenti simili ma non identiche per il trattamento delle patologie traumatologiche
12	Biomedika	art 2 lotto 3	3 e 4	caratteristiche peculiari dell'impianto troppo specifiche	Il lotto 3 è indicativo di una protesi specifica	indicare la possibilità di partecipare proponendo componenti simili ma non identiche
13	Biomedika	art 2 lotto 4	4	caratteristiche peculiari dell'impianto troppo specifiche	Il lotto 4 è indicativo di una protesi specifica	indicare la possibilità di partecipare proponendo componenti simili ma non identiche considerando l'utilizzo di graft biologici
14	Biomedika	art 2 lotto 5	4	caratteristiche peculiari dell'impianto troppo specifiche	Il lotto 5 è indicativo di una protesi specifica	indicare la possibilità di partecipare proponendo componenti simili ma non identiche