



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI DERIVAZIONE
INTERNA VENTRICOLARE CON VALVOLA PROGRAMMABILE PER PAZIENTI ADULTI E
PEDIATRICI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"**

BOZZA CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto avrà ad oggetto la fornitura triennale di sistemi di derivazione interna ventricolare con valvola programmabile per pazienti adulti e pediatrici, da destinare all'UOC di Neurochirurgia dell'Ulss n. 8 Berica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA

Si richiede la fornitura dei dispositivi nelle quantità e con le caratteristiche di seguito indicate:

- Sistema completo di valvole programmabili per derivazione ventricolare adulti (valvole impiantabili a controllo di pressione e a flusso variabile, programmabili dall'esterno con modalità non invasiva anche dopo l'impianto, range di pressione da 30 mm H2O a 200 mm H2O ca, provviste di serbatoio in linea con setto in silicone autosigillante perforabile, compatibili con RMN, latex free, sterili, monouso) comprensive di catetere ventricolare e peritoneale (con le caratteristiche di seguito specificate)

Fabbisogno annuale stimato n. 50 pezzi

- Sistema completo di valvole programmabili per derivazione ventricolare in pazienti pediatrici (valvole impiantabili a basso profilo a controllo di pressione e a flusso variabile, programmabili dall'esterno con modalità non invasiva anche dopo l'impianto, range di pressione da 30 mm H2O a 200 mm H2O ca, compatibili con RMN, latex free, sterili, monouso) comprensive di catetere ventricolare e peritoneale (con le caratteristiche di seguito specificate)

Fabbisogno annuale stimato n. 10 pezzi

- Il catetere ventricolare compreso nel sistema dovrà possedere le seguenti caratteristiche: essere in silicone morbido, multiperforati, provvisti di marker di profondità, radiopachi, completi di mandrino ed adattatore ad angolo retto, dimensioni: D.E. 2,7 mm ca., D.I. 1,4 mm ca., lunghezza 15 cm ca., latex free, sterili, monouso.
- Il catetere peritoneale compreso nel sistema dovrà possedere le seguenti caratteristiche: essere in silicone morbido, radiopachi, dimensioni: D.E. 2,2 mm ca., D.I. 1 mm ca., lunghezza 120 cm ca., latex free, sterili, monouso.
- Valvole programmabili per derivazione ventricolare adulti (valvole impiantabili a controllo di pressione e a flusso variabile, programmabili dall'esterno con modalità non invasiva anche dopo l'impianto, range di pressione da 30 mm H2O a 200 mm H2O ca, provviste di serbatoio in linea con setto in silicone autosigillante perforabile, compatibili con RMN, latex free, sterili, monouso)

Fabbisogno annuale stimato n. 20 pezzi

Ulteriori dispositivi accessori (richiesti separatamente sulla base di specifiche esigenze cliniche):

- Cateteri ventricolari (in silicone morbido, multiperforati, provvisti di marker di profondità, radiopachi, completi di mandrino ed adattatore ad angolo retto, dimensioni: D.E. 2,7 mm ca., D.I. 1,4 mm ca., lunghezza 15 cm ca., latex free, sterili, monouso)

Fabbisogno annuale stimato n. 30 pezzi

- Cateteri peritoneali (in silicone morbido, radiopachi, dimensioni: D.E. 2,2 mm ca., D.I. 1 mm ca.,

lunghezza 120 cm ca., latex free, sterili, monouso)

Fabbisogno annuale stimato n. 10 pezzi

- Cateteri atriali (in silicone morbido, radiopachi, dimensioni: D.E. 2,2 mm ca., D.I. 1 mm ca., lunghezza 60 cm ca., latex free, sterili, monouso)

Fabbisogno annuale stimato n. 10 pezzi

- Dispositivo antisifone (da collegare in serie alla valvola in base all'esigenza clinica)

Fabbisogno annuale stimato n. 40 pezzi

- connettori retti (da utilizzare per connettere porzioni di catetere peritoneale o atriale)

Fabbisogno annuale stimato n. 20 pezzi

- raccordi a tre vie (da utilizzare indicativamente per derivazioni bi-ventricolari)

Fabbisogno annuale stimato n. 5 pezzi

Tutti il materiale dovrà essere sterile, monouso e latex free

La ditta aggiudicataria è tenuta in fornire in comodato d'uso per tutta la durata contrattuale un programmatore per regolare la pressione della valvola programmabile.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre mettere a disposizione un programmatore sostitutivo da utilizzare in caso di guasto in situazioni d'urgenza.