

REGIONE DEL VENETO



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti
UOC Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica
Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Sandro Possamai

Oggetto: **Indagine di mercato per l'eventuale
fornitura di N. 2 Scaldabiberon a secco a 2
posizioni da 130 ml e N. 2 a 1 posizione da
130 ml**

L'Aulss 8 Berica intende acquisire scaldabiberon a secco a 2 posizioni da 130 ml ed a 1 posizione da 130 ml da destinare all' U.O.C. di Pediatria del P.O. San Bortolo di Vicenza.

Al momento le schede tecniche in nostro possesso sono quelle degli scaldabiberon a secco della Beldico, distribuiti dalla Codan srl, modelli 2BA120-C e 1BA120-V, che hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

- ✓ Capacità: 2 biberon e 1 biberon da 120 ml rispettivamente;
- ✓ Forma: rettangolare;
- ✓ Profondità di alloggiamento: fino a 120 mm;
- ✓ Esterno: Alluminio anodizzato;
- ✓ Riscaldatore: Alluminio ossidato;
- ✓ Protezione contro surriscaldamento: Elettronica a +37° (regolabile fino ad un massimo di 49,5°). Meccanica a +55°
- ✓ Tensione: 230 VAC-50 Hz/60Hz
- ✓ Potenza: 300 Watt e 100 Watt rispettivamente;
- ✓ Livello di protezione: IB, protezione terra
- ✓ Fusibile: 5 Ampere

Le ditte le quali disponessero degli stessi scaldabiberon o di prodotti equivalenti ed interessate alla fornitura possono far pervenire la documentazione di seguito specificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, entro le ore **12:00 del giorno 28.02.2023**, recante la dicitura **“RICERCA DI MERCATO SCALDABIBERON”**.

La documentazione trasmessa dovrà comprendere;

- ✓ Schede tecniche del prodotto;
- ✓ Elenco delle strutture sanitarie a cui sono stati forniti tali scaldabiberon ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati.

Per eventuali informazioni rivolgersi all' U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444.75.3233, email: biagio.marzo@aulss8.veneto.it.

Responsabile del Procedimento: Dott. Sandro Possamai
Referente procedura: Dott. Francesco Trunfio
Tel. 0444-75.7120 e mail: francesco.trunfio@aulss8.veneto.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Trunfio

Il presente avviso è finalizzato a valutare le soluzioni tecniche disponibili sul mercato.


Il Direttore del Servizio
(Dott. Sandro Possamai)