



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**PER LA FORNITURA, DI “DISPOSITIVI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI RISONANZA
MAGNETICA FUNZIONALE (FMRI)” IN FABBISOGNO ALL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

BOZZA CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di dispositivi per l'esecuzione di esami di risonanza magnetica funzionale (fMRI) in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 Berica

La fornitura, è a lotto unico, dovrà avere le caratteristiche minime ivi descritte.

Rispetto agli articoli sotto descritti, le Ditte aggiudicatarie sono tenute a proporre i modelli relativi all'ultima produzione della ditta costruttrice.

Art. 2 CARATTERISTICHE SPECIFICHE MINIME DELLA FORNITURA

Dispositivi per l'esecuzione di esami di Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) mediante task, con le seguenti caratteristiche:

- ✓ consolle di controllo, sincronizzazione dei task e trasmissione di impulsi audio-video con i dispositivi di stimolazione, con PC windows compatibile con software di programmazione e generazione dei task E-prime;
- ✓ Sistema di stimolazione visiva mediante l'uso di occhialini con funzione di visore applicati direttamente sul volto del Paziente per l'esecuzione di task funzionali visivi, con possibilità di correzione delle diottrie e dispositivo "eye tracker", compatibili con bobine head/neck 20 e 64 canali Siemens fino a 3T;
- ✓ Sistema di stimolazione uditiva per l'esecuzione di task mediante cuffie compatibili con bobine head/neck 20 e 64 canali Siemens fino a 3T;
- ✓ Pad per l'esecuzione di task di finger tapping;
- ✓ response box
- ✓ sistemi per task di stimolazione sensoriale/sensitiva