

N.	Denominazione Operatore Economico	Articolo di riferimento	Pagg. di riferimento	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Eventuale proposta di modifica
1	Atos Medical Srl	Dischi adesivi di varie forme e misure di tipo standard	2	Infungibilità funzionale per presenza di diametri specifici	I dischi della gamma "Provox Life" attualmente in uso dai pazienti afferenti alla Vs Asl presentano una connessione stomale brevettata da 23 mm e sono utilizzabili esclusivamente con gli HME della stessa gamma	Aggiungere indicazione sulla descrizione del prodotto: adesivo con aggancio SecurFit™ per HME da 23 mm di diametro
2	Atos Medical Srl	Dischi adesivi di varie forme e misure per stomi profondi	2	Infungibilità funzionale per presenza di diametri specifici	I dischi della gamma "Provox Life" attualmente in uso dai pazienti afferenti alla Vs Asl presentano una connessione stomale brevettata da 23 mm e sono utilizzabili esclusivamente con gli HME della stessa gamma	Aggiungere indicazione sulla descrizione del prodotto: adesivo con aggancio SecurFit™ per HME da 23 mm di diametro
3	Atos Medical Srl	Filtri HME compatibili con adesivi di fissaggio e cannule	2	Infungibilità funzionale per presenza di diametri specifici	I filtri della gamma "Provox Life" attualmente in uso dai pazienti afferenti alla Vs Asl presentano una aggancio sull'adesivo di ancoraggio da 23 mm e sono utilizzabili esclusivamente con gli adesivi della stessa gamma. Si fa presente inoltre che i Vs pazienti stanno usando vari filtri situazionali in base alle loro esigenze giornaliere	1-Aggiungere indicazione sulla descrizione del prodotto: HME con diametro di ancoraggio sull'adesivi da 23 mm. 2-Specificare i quantitativi di HME richiesti in base alle specificità di utilizzo: HME diurni (Home e Go), notturni (Night), protettivi (Protect)
4	Atos Medical Srl	Cannule di varie misure con possibilità di posizionament o filtro HME	2	Infungibilità funzionale per presenza di diametri specifici	Le cannule della gamma "Provox Life" attualmente in uso dai pazienti afferenti alla Vs Asl presentano una connessione stomale brevettata da 23 mm e sono utilizzabili esclusivamente con gli HME della stessa gamma	Aggiungere indicazione sulla descrizione del prodotto: cannula con aggancio SecurFit™ per HME da 23 mm di diametro
5	BIOPSYBELL SRL	BK008BN	Vedi scheda tecnica	Lotto 3 - Filtri HME	Si ritiene di confermare come indicazioni <u>MINIME</u> quanto indicato nella bozza di capitolato, al fine di consentire la più ampia partecipazione. Ogni ulteriore caratteristica potrà essere oggetto di valutazione in sede di offerta tecnico/economica	
6	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	Brochure "a.4. Cannule Shiley Adulti"	pg.7	LOTTO 4: Cannule di varie misure con possibilità di posizionamento filtro HME.	Si osserva che per questa tipologia di prodotti (cannule standard o fenestrate) si differenziano anche per la presenza o meno della cuffia	Si chiede di suddividere la richiesta in più lotti o sublotti che indichino la tipologia di cannula e i quantitativi per tipologia: •Fenestrata cuffiata •Fenestrata non cuffiata •Standard cuffiata •Standard non cuffiata
7	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	Brochure "a.4. Cannule Shiley Adulti"	pg.7	LOTTO 4: Cannule di varie misure con possibilità di posizionamento filtro HME	Si osserva che per questo tipo di prodotto, e per entrambe le categorie (standard e fenestrate), sono possibili due tipologie di controcanula: monouso o pluriuso	Si chiede di specificare se è richiesta la presenza di controcanula monouso o pluriuso per entrambe le categorie (standard e fenestrate)

N.	Denominazione Operatore Economico	Articolo di riferimento	Pagg. di riferimento	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Eventuale proposta di modifica
8	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	Brochure "a.4. Cannule Shiley Adulti" e Brochure "a.5. Cannule Shiley Pediatriche e neonatali"	pg. 7 e pg. 2	LOTTO 4: Cannule di varie misure con possibilità di posizionamento filtro HME	Si osserva che la richiesta di varie misure non specifica la tipologia di paziente a cui sono destinate le cannule.	Si chiede di specificare se richieste cannule ad uso adulto, pediatrico e neonatale e i fabbisogni relativi per tipologia
9	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	Brochure "a.2. Accessori per cannule Shiley"	Pg.1	LOTTO 5: Fascetta di fissaggio per cannula	Si osserva che per le fascette di fissaggio per cannula esistono diverse misure disponibili e diverse tipologie (ergonomiche o standard)	Si chiede di specificare se necessario offrire tutte le misure disponibili per il prodotto e con che caratteristiche
10	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	-	-	LOTTO 6: Clip di fissaggio per cannula	Si osserva che tramite la descrizione non è possibile identificare un prodotto.	Si chiede di fornire ulteriori dettagli sul prodotto richiesto con la descrizione "clip di fissaggio per cannula"