



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
 Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA
 Direttore: **Dr. Sandro Possamai**

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI “SISTEMA COMPLETO PER L’IGIENE ORALE DEL PAZIENTE IN RIANIMAZIONE”

ID SINTEL 215690150- CHIARIMENTI

In applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del disciplinare relativo all’indagine di mercato in oggetto, in merito alle richieste di chiarimento pervenute, si comunica quanto segue:

Chiarimento 1

Quesito: “L’adattatore a Y richiesto serve per collegare ed utilizzare contemporaneamente spazzolino e tampone?”

Si chiede inoltre se per eseguire tale procedura siano necessari ulteriori due segmenti di tubo per collegare le due biforcazioni del raccordo ad Y ai dispositivi tampone e spazzolino.

Risposta 1: La finalità del raccordo ad Y è quella di collegare altri dispositivi per l’igiene orale o sondini per la broncoaspirazione.

Risposta 2: No.

Chiarimento 2

Quesito: “In quale posizione del circuito viene collocata la valvola di aspirazione del vuoto?”

Si chiede inoltre se sia possibile ovviarla in quanto la maggior parte dei dispositivi spazzolino e tampone di aspirazione presenti sul mercato hanno la valvola di controllo del vuoto compresa nel proprio manico

Risposta 1: la valvola del vuoto viene collocata nei dispositivi utilizzati per l’igiene del cavo orale.

Risposta 2: Sì, per il principio di equivalenza, si accettano spazzolino e tampone con la valvola di controllo del vuoto integrata nel proprio manico.

Chiarimento 3

Quesito: “si chiede cortesemente di voler valutare la possibilità di procedere alla suddivisione del lotto in due distinti lotti, come di seguito indicato:

- n. 1 lotto comprendente le voci 1A) e 1B), in quanto riconducibili alla medesima famiglia/tipologia di prodotto;
- n. 1 lotto separato relativo alla voce 1C).

Tale suddivisione consentirebbe una più corretta partecipazione degli operatori economici in relazione alle specifiche tipologie di prodotto.”

Risposta: Si conferma il lotto unico, la valvola deve essere parte del sistema per gli utilizzi precisati nei precedenti chiarimenti.

Distinti saluti.

Firmato
IL DIRETTORE U.O.C.
*PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA*
Dr Sandro Possamai