

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti
**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA**
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA
Direttore: Dott. Sandro Possamai

Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto della fornitura di strumentazione accessoria per l'allestimento di protocolli NGS in fabbisogno all'UOSD Genetica Medica e Genomica del P.O. San Bortolo di Vicenza. Id Sintel: 215982730 – **Richiesta Chiarimenti**

Domanda 1: La fornitura è a noleggio o in acquisto?

Risposta 1: La fornitura ha ad oggetto l'acquisto della strumentazione richiesta

Domanda 2: Per quanto riguarda la centrifuga è obbligatorio il sistema Auto-Lock?

Risposta 2: la centrifuga deve possedere il blocco del sistema con Auto-Lock o altro sistema di sgancio veloce per rimuovere e cambiare il rotore senza attrezzi

Domanda 3: Quali sono i rotori richiesti?

Risposta 3: è richiesto un unico rotore oscillante che consente di alloggiare alternativamente micropiastre classiche, micropiastre deepwell, provette Falcon da 15 ml e 50 ml e provette per sangue. Capacità max 4x400ml. Raggio max: 174mm. Velocità max: 4297 giri/min, gravità max: 4700xg

Domanda 4: si chiede di specificare l'indirizzo di consegna, IL PIANO di consegna, e la presenza di eventuali barriere architettoniche

Risposta 4: Le consegne dovranno essere effettuate presso. Piano zero – “Area De Giovanni” e Piano 2 il Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza senza barriere architettoniche e con presenza di ascensore.

UOC Provveditorato, Economato
Gestione della Logistica
Il Direttore del Servizio Dott. Sandro Possamai