

**RICERCA DI MERCATO PER LA  
FORNITURA DI SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELL'OSTRUZIONE DEL FLUSSO  
URINARIO SECONDARIO A IPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA**

L'Azienda ULSS N.8 Berica, intende acquisire, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i dispositivi medici in oggetto aventi le seguenti caratteristiche:

**Funzione e/o destinazione d'uso:**

"Sistema indicato per il trattamento dei sintomi causati da ostruzione del flusso urinario, secondaria a iperplasia prostatica benigna (IPB) negli uomini di età pari o superiore a 50 anni".

**Specifiche tecniche:**

"Sistema di lifting uretrale prostatico. Dispositivo impiantabile per via transuretrale nel tessuto prostatico che consente di eseguire una retrazione del tessuto prostatico per risolvere o ridurre i sintomi dell'ipertrofia prostatica benigna".

**Sistema di riferimento conosciuto: Urolift – fornito dalla ditta Teleflex Medical SRL**

"Il sistema di riferimento UroLift è costituito da due componenti principali:

1. il dispositivo di inserimento UroLift (manipolo con punta atraumatica);
2. l'impianto UroLift permanente e definitivo, composto da 3 elementi: un ancoraggio in NiTi-NOL per il lato capsulare, una sutura in PET ed un ancoraggio in acciaio inossidabile per il lato uretrale.

Il trattamento con il sistema UroLift non preclude ulteriori trattamenti con lo stesso sistema UroLift, la resezione transuretrale della prostata (transurethral resection of the prostate, TURP) o la vaporizzazione foto selettiva della prostata.

L'utilizzo del dispositivo medico Urolift prevede un uso ridotto di catetere e non prevede l'uso di terapia medica."

Le ditte che disponessero di prodotti equivalenti ed interessate alla fornitura possono far pervenire la documentazione tecnica ed economica di seguito specificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it) e al seguente indirizzo di posta ordinaria [mirko.rappo@aulss8.veneto.it](mailto:mirko.rappo@aulss8.veneto.it), entro le ore 12.00 del 07.04.2026, recante la dicitura "RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELL'OSTRUZIONE DEL FLUSSO URINARIO SECONDARIO A IPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA MR".

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche da cui risulti la composizione e le modalità di utilizzo dei dispositivi monouso;
- Elenco delle strutture sanitarie a cui è stato fornito tale dispositivo ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444.75.71.42, email: [mirko.rappo@aulss8.veneto.it](mailto:mirko.rappo@aulss8.veneto.it)

Responsabile del procedimento: Dott. Mirko Rappo

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Possamai Sandro**  
**FIRMATO**