



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

INDAGINE DI MERCATO FORNITURA DI POSTAZIONI DI REFERTAZIONE
DIAGNOSTICA DOTATE DI COPPIE DI MONITOR DIAGNOSTICI AD ALTA RISOLUZIONE
PER LA REFERTAZIONE DI IMMAGINI DI RADIODIAGNOSTICA PER L'AZIENDA ULSS 8
BERICA. ID SINTEL: 216520233

CHIARIMENTI n. 1

Quesito 1

Requisito relativo alla scheda grafica per i display 3MP

Nel capitolato tecnico è indicata, per tutti i modelli di display oggetto di fornitura, la necessità di utilizzare schede grafiche con memoria video da 4 GB.

Si richiede cortesemente conferma in merito alla possibilità di offrire, per il modello di display 3 megapixel, una scheda grafica con 2 GB di memoria, tecnicamente sufficiente e pienamente compatibile con tale tipologia di monitor, garantendo comunque prestazioni e funzionalità conformi alle esigenze d'uso previste. Si domanda pertanto se una configurazione con scheda grafica da 2 GB possa essere considerata ammissibile ed equivalente ai fini della partecipazione.

Risposta 1

Si conferma quanto richiesto nell'indagine di mercato.

Quesito 2

Nella sezione "caratteristiche tecniche" a pag. 2 al punto 16 e 17, si fa riferimento a n. 39 workstation/sistemi operativi, anziché n. 38 postazioni (29 da 3 MPX + 9 da 5MPX) citate nella "descrizione": sono dunque confermate 38?

Risposta 2

Le postazioni sono 38 in totale di cui n. 29 con doppio monitor medicali a colori, ad alta risoluzione da 3 MPX per refertazione radiologica e n. 9 con doppio monitor medicali a colori, ad alta risoluzione da 5 MPX per refertazione radiologica mammografica.

Quesito 3

ART. N. 2. Step 1 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: In riferimento al Punto "2. Allegato C -Elenco enti territoriali competenti" si chiede che venga fornito il documento indicato in modo da poter rispondere adeguatamente alla richiesta.

Risposta 3

Si tratta di un refuso: documento da considerarsi non necessario

Quesito 4

ART. N. 2. Step 1 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: In riferimento al Punto 7. "descrizione dettagliata dell'attrezzatura proposta accompagnata da relativi dépliant, scheda tecnica preliminare, debitamente compilata e sottoscritta (All.01); qualsiasi altra documentazione che la ditta ritenga importante ai fini della valutazione qualitativa (certificazioni ISO, compliant display calibration

DICOM o DIN 6868-57, ecc.)." si chiede che venga fornito il documento "All.01" indicato in modo da poter rispondere adeguatamente alla richiesta.

Risposta 4

Si allega documento All.01 Questionario tecnico

Quesito 5

ART. N. 1. OGGETTO DELL'APPALTO: Nella Tabella delle specifiche tecniche di minima, Punto 9 (Rif. 2) viene richiesta per i monitor da 5 MP una 'Profondità di colore non inferiore a 13 bit'. Vista la richiesta minima di una scheda grafica a 10 bit al Punto 14, si chiede di confermare di ritenere accettabili monitor da 5MP con la medesima profondità di colore, dal momento che un valore superiore non sarebbe reso ed elaborato dalla GPU.

Risposta 5

Si conferma la possibilità di fornire monitor da 5 MP a 10 bit.

Quesito 6

ART. N. 1. OGGETTO DELL'APPALTO: Nella Tabella delle specifiche tecniche di minima, punto 14, viene richiesta una 'Scheda video 4 Gb dedicata (10 bit) 1 DP 2 MDP stesso brand della coppia di monitor medicali'. Si chiede se sia possibile offrire schede video di un brand differente rispetto a quello dei monitor medicali proposti, purché tali schede siano esplicitamente certificate e validate dal produttore dei monitor per l'utilizzo professionale, la calibrazione DICOM e la piena compatibilità con i sensori di calibrazione richiesto al punto 12 e che dispongano delle uscite compatibili con i monitor proposti. Tale richiesta si basa su quanto previsto dal medesimo Art. 1 del Disciplinare (pag. 4), il quale specifica che l'elenco delle caratteristiche è meramente indicativo e che sono ammesse soluzioni che ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato 2.5 parte II - A del d.lgs. 36/2023. La certificazione del produttore del monitor garantirebbe, di fatto, l'equivalenza prestazionale e funzionale richiesta.

Risposta 6

Si conferma la possibilità di offrire schede video di un brand differente rispetto a quello dei monitor medicali proposti, purché tali schede siano esplicitamente certificate e validate dal produttore dei monitor per l'utilizzo professionale, la calibrazione DICOM e la piena compatibilità con i sensori di calibrazione richiesto al punto 12 e che dispongano delle uscite compatibili con i monitor proposti.

Quesito 7

Con riferimento all'indagine in oggetto al fine di consentire l'elaborazione di una proposta tecnico/economica che soddisfi appieno le esigenze da Voi espresse, siamo con la presente a chiedere a Codesta spettabile Amministrazione di voler concedere una proroga del termine per la presentazione dell'offerta di 7 giorni rispetto al termine originariamente previsto per il 24.03.2026 ore 15:00

Risposta 7

La proroga è stata concessa fino al 31.03.2026 al fine di rispettare i tempi legati ai target/milestone PNRR.

Quesito 8

Punto 4 Dimensioni schermo: non ci risulta possibile per monitor con diagonale da 21,3" avere le dimensioni richieste di 432 x 324 mm;

Risposta 8

Si intende dimensioni di area attiva: si conferma la specifica considerando il dettaglio come per il punto 3 area attiva.

Quesito 9

Punto 9 Rif. 2: profondità di colore 13 bit è un refuso e anche qui intendete 10 bit?

Risposta 9

Si veda quesito 5.

Quesito 10

Punto 14 scheda video dello stesso brand: nessun costruttore di monitor medicale ha la propria scheda video; le schede video sono costruite da produttori specifici (Radeon, Nvidia, etc.) ma non da produttori di monitor medicali; per es. la scheda video del produttore di monitor Barco viene prodotta da Radeon, ma non è Barco; per i monitor Eizo sono utilizzabili diverse schede video; si chiede di eliminare “stesso brand della coppia di monitor” e specificare “adeguata alle caratteristiche della coppia di monitor proposta”;

Risposta 10

Si veda quesito 6.

Quesito 11

Punto 16: specificate 39 Workstation, ma in descrizione sono 38; è un refuso? e pertanto le workstation sono 38?

Risposta 11

Trattasi di refuso. Le postazioni sono 38 in totale di cui n. 29 con doppio monitor medicali a colori, ad alta risoluzione da 3 MPX per refertazione radiologica e n. 9 con doppio monitor medicali a colori, ad alta risoluzione da 5 MPX per refertazione radiologica mammografica.

Quesito 12

Punto 16 masterizzatore interno DVD Unità ottica Slim: i masterizzatori interni sono fuori produzione ed inoltre la misura Slim è indicata per notebook; si chiede di specificare, se necessitate di un masterizzatore, che possa andare bene anche esterno, ma non slim.

Risposta 12

Il masterizzatore è indispensabile, in qualsiasi forma proposta, preferibilmente integrato.

Quesito 13

Si chiede infine di allegare alla documentazione l'Allegato C -Elenco enti territoriali competenti che non risulta presente.

Risposta 12

Si tratta di un refuso: documento da considerarsi non necessario.