



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento Amministrativo Unico

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: **Dott. Sandro Possamai**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI GENERATORE DEL RADIONUCLIDE GALLIO-68 IN
FABBISOGNO ALL’U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELL’AZIENDA
ULSS N. 8 BERICA**

COD. APPALTO “GENERATORE-GALLIO_2026”

CIG BBA9F2D426

ID SINTEL N. 219421529

CHIARIMENTI N. 1

CHIARIMENTO N. 1

Domanda

Rif. Capitolato d’oneri, Art. 23, pag. 14, “La merce contestata deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio dell’Appaltatore”; per un prodotto come il Generatore 68Ge/68Ga con AIC, tale condizione, ossia la sostituzione tempestiva, è difficilmente attuabile. In caso di segnalazione di generatore guasto o difettoso, o di non conformità rispetto a quanto dichiarato, il guasto deve necessariamente essere confermato dalla casa madre; pertanto, la migliore procedura attuabile è che esso venga ritirato e mandato alla casa madre per approfonditi test; qualora il difetto venisse confermato, il generatore sostitutivo viene spedito con le migliori tempistiche possibili e comunque entro 20 giorni lavorativi. Si chiede di confermare se questo è accettabile per la S.A.

Risposta

Richiamato l’art. 1 del Capitolato tecnico, La ditta dovrà provvedere al *reintegro di generatori difettosi o che non abbiano soddisfatto i criteri di qualità in fase di accettazione* nei tempi dalla stessa dichiarati nella relazione tecnica che dovrà essere predisposta secondo quanto previsto all’art. 16 “Offerta Tecnica” del Disciplinare di gara, (e che sarà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 18.1 del Disciplinare).

L’art. 23 “Inadempimenti” del capitolato d’oneri contiene un refuso nella parte in cui prevede che *“La merce contestata deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio dell’Appaltatore. L’Azienda Sanitaria ha il diritto di acquistare presso altri fornitori la merce non tempestivamente sostituita, con addebito all’Appaltatore della differenza del maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della merce, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva”*.

Tale articolo è un articolo standard del capitolato d’oneri e non trova applicazione per la fornitura dei generatori oggetto della presente procedura.

IL DIRETTORE

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Dott. Sandro Possamai