

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

FORNITURA DI SISTEMI PER LA FACOEMULSIFICAZIONE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO IN FABBISOGNO ALLE UU.OO.CC. DI OCULISTICA DELL'AULSS N. 8 BERICA

N.	Denominazione Operatore Economico	Articolo e Paragrafo di riferimento	Pagg. di riferimento	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, specificare Lotto)	Osservazione	Eventuale proposta di modifica
1	ALCON	Caratteristiche tecniche del facoemulsificatore	3	(LOTTO1) sistema per facoemulsificazione dotato pompa venturi o a controllo di vuoto	La descrizione identifica solo una parte di tecnologie presenti sul mercato	Si propone di chiedere "diverse modalità di controllo di pressione e di vuoto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Pompa Venturi, Pompa Peristaltica, ecc"
2	ALCON	Caratteristiche tecniche del facoemulsificatore	3	(LOTTO1) pedale wireless con possibilità di utilizzare il pedale in doppio lineare	La descrizione "doppio lineare" potrebbe non garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici;	Si propone di indicare una formula più aperta a titolo esemplificativo "pedale con diverse modalità di controllo"
3	ALCON	Caratteristiche tecniche del facoemulsificatore	3	(LOTTO1) carello dedicato e alzabottiglia elettrico	Esistono sistemi alternativi/equivalenti all'alzabottiglie elettrico	Si propone di chiedere in modo aperto e generico la modalità della gestione dell'infusione
4	ALCON	Caratteristiche tecniche del facoemulsificatore	4	(LOTTO1) attrezzatura upgradable a vitrectomia posteriore con nuove tecnologie presenti	L'oggetto "attrezzature upgradabili" non garantisce la più ampia partecipazione escludendo di fatto i sistemi combinati di ultima generazione e già presenti sul mercato	Si propone di rimuovere questo parametro o in alternativa richiedere direttamente "una tecnologia upgradabile ovvero combinata di ultima generazione" che già oggi permette di lavorare sia nel segmento anteriore che nel posteriore, ed è quindi valutabile in quanto esistente.
5	ALCON	Caratteristiche tecniche del materiale di consumo	4	(LOTTO1) punta in acciaio e/o siliconata	La punta in acciaio indica una tecnologia ed un brand ben specifico	Per garantire la più ampia partecipazione, si chiede di non specificare il materiale o di utilizzare la formula "punte in acciaio, titanio ovvero materiali equivalenti"
6	ALCON	Fabbisogni	5	"Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche sopra indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'Allegato II.5 al D.Lgs. 36/2023."	Il ricorso al principio di equivalenza: - non può essere utilizzato per legittimare specifiche tecniche troppo chiuse; - rischia di trasferire sull'operatore economico un onere probatorio particolarmente gravoso; - può disincentivare la partecipazione, soprattutto laddove le differenze rispetto ai requisiti descritti siano meramente formali e non sostanziali ai fini della funzionalità.	Alla luce dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e massima partecipazione, sanciti dal D.Lgs. 36/2023, si ritiene pertanto opportuno che le specifiche tecniche vengano riformulate in termini maggiormente funzionali e prestazionali, evitando riferimenti eccessivamente puntuali a caratteristiche riconducibili a soluzioni specifiche.
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						