

## CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

## FORNITURA DI SISTEMI PER LA FACOEMULSIFICAZIONE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO IN FABBISOGNO ALLE UU.OO.CC. DI OCULISTICA DELL'AULSS N. 8 BERICA

N.	Denominazione Operatore Economico	Articolo e Paragrafo di riferimento	Pagg. di riferimento	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, specificare Lotto)	Osservazione	Eventuale proposta di modifica
1	BAUSCH & LOMB IOM SPA	ART 2	4	cavo bipolare monouso	si chiede la possibilità di proporre un cavo pulriuso sterilizzabile ed ovviamente modificare il fabbisogno	CAVO BIPOLARE PLURIUSO
2	BAUSCH & LOMB IOM SPA	ART 2	4	vitrectomo anteriore monouso 23G; con diverse tipologie di calibro	Si rileva una contraddizione tra l'indicazione del calibro da voi fornita e le diverse tipologie di calibro indicate nella documentazione	scegliere un'opzione: indicare solo 23 o specificarne altri calibri (ad esempio 25/27G)
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						