

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

FORNITURA DI SISTEMI PER LA FACOEMULSIFICAZIONE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO IN FABBISOGNO ALLE UU.OO.CC. DI OCULISTICA DELL'AULSS N. 8 BERICA

N.	Denominazione Operatore Economico	Articolo e Paragrafo di riferimento	Pagg. di riferimento	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, specificare Lotto)	Osservazione	Eventuale proposta di modifica
1	T.M.T. SRL TRIVENETA MEDICAL TECHNOLOGY	ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE E QUANTIFICAZIONE DELLA FONITURA	PAG. 4	LOTTO 1: CARATTERISTICHE PREFERENZIALI: SISTEMA INDIPENDENTE DALL'ATTACCO DELL'ARIA COMPRESSA	LO STRUMENTO NECESSITA DI ARIA COMPRESSA CENTRALIZZATA	SI CHIEDE GENTILMENTE CHE IL SISTEMA POSSA ESSERE DIPENDENTE E NON INDIPENDENTE DALL'ATTACCO DELL'ARIA COMPRESSA
2	T.M.T. SRL TRIVENETA MEDICAL TECHNOLOGY	ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE E QUANTIFICAZIONE DELLA FONITURA	PAG. 4	LOTTO 1: CARATTERISTICHE MINIME: DOTAZIONE FISSA DI N. 58 MANIPOLI PLURIUSO U/S	IL NUMERO DI MANIPOLI INIDCATI A NOSTRO AVVISO RISULTA ESSERE ELEVATO	-
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						