

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 500 DEL 20/03/2025

O G G E T T O

FORNITURA DI N. 11 SISTEMI CARDIOTOCOGRAFICI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 185483149. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 511/25

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con note agli atti i Direttori delle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, hanno richiesto l'acquisto di n. 11 sistemi cardiotocografici da destinare alle Sale Parto dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, necessari per il monitoraggio del benessere fetale nei casi di gravidanze a termine e gravidanze a rischio;

valutate le richieste e le relative motivazioni tecniche formulate dalle predette UU.OO, il GDL Apparecchiature elettromedicali – UVA DM – ha espresso parere favorevole all'acquisto.

Con nota agli atti il Servizio di Ingegneria Clinica ha fatto pervenire il capitolato tecnico, comprensivo delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature da acquistare, comprensivo dei criteri di valutazione;

a seguito dell'invio da parte del Servizio di Ingegneria Clinica del Capitolato Tecnico di gara, con delibera n. 981 del 14.06.2024, è stata indetta indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 11 sistemi cardiotocografici da destinare alle Sale Parto dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, ed avente base d'asta pari ad € 139.500,00 iva esclusa;

in data 20.06.2024 è stata avviata indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel, sia sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, per la fornitura di n. 11 sistemi cardiotocografici da destinare alle Sale Parto dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss n. 8 Berica ed avente base d'asta pari ad € 139.500,00 iva esclusa;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14:00 del giorno 08.07.2024, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

n. PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE E PARTITA IVA	SEDE LEGALE
1720437096303	Cem srl 00640800280	Padova
1720196781901	Medical Lume srl 15457571006	Roma
1720184694021	Sidem spa 06664600159	Bellusco (MB)

in data 10.07.2024, il Rup, alla presenza di due testimoni ha proceduto, quindi, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa, procedendo con la disamina della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, constatando che tutte le ditte hanno presentato in maniera regolare e completa la documentazione amministrativa, ammettendo, perciò, le ditte al prosieguo della procedura (All.01);

le ditte ammesse alla fase successiva hanno presentato le seguenti offerte economiche, corredate dalle schede tecniche:

Ditta	Prodotto offerto	importo offerto
Medical Lume srl	Cardiotocografo JPD-600P	€ 69.750,00
CEM srl	HUNTLEIGH-EDAN	€ 138.000,00
Sidem spa	Philips “Avalon FM30”	€ 138.900,00

a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità, con protocollo n. 87776 del 27.08.2024 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici, il quale in data 18.12.2024 ha fatto pervenire le proprie relazioni (All.02 e All.03) con le quali specifica che “....in relazione all'offerta della ditta Medical Lume il gruppo di esperti ha evidenziato che con nota del 03.10.24 la ditta ha comunicato la propria impossibilità alla presentazione della campionatura per motivi legati all'approvvigionamento delle apparecchiature richieste , pertanto secondo quanto previsto dall'art. 7 del disciplinare di gara, essendo inficiata la valutazione dei prodotti offerti, la ditta viene esclusa dal prosieguo della gara.

In relazione alla ditta CEM il prodotto risulta completo e conforme ai requisiti indicativi del disciplinare di gara, ad eccezione della Analisi dei tracciati NST (Non stress Test) secondo i criteri riconosciuti e validati da NICHD o secondo i criteri DAWES/REDMAN richiesti al punto 19 delle specifiche tecniche indicative. Il requisito dei criteri DAWES/REDMAN è implementato solamente sul software della centrale di monitoraggio, e non sulle singole unità cardiotocografiche. Nel complesso, in relazione agli aspetti tecnici e funzionali, l'ergonomia funzionale e la semplicità di impostazione e configurazione delle specifiche funzionalità disponibili, il prodotto risponde in maniera buona alle aspettative richieste.

In relazione alla ditta Sidem spa, il prodotto proposto risulta completo e conforme ai requisiti indicativi del disciplinare di gara, rispondendo in maniera ottimale alle esigenze cliniche. Nel complesso in relazione agli aspetti tecnici e funzionali, l'ergonomia funzionale e la semplicità di impostazione e configurazione delle specifiche funzionalità disponibili, il prodotto risponde in maniera ottimale alle esigenze cliniche.

Il gruppo di esperti propone l'aggiudicazione alla ditta Sidem per le motivazioni sopra riportate”;

i sopracitati verbali vengono allegati alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici dell'U.O.C. proponente;

a seguito delle valutazioni effettuate dal Gruppo di Esperti, in data 07.01.2025 si è provveduto tramite la Piattaforma Sintel, ad avviare la procedura di affidamento diretta ID 195051633, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti della ditta Sidem spa per la fornitura di n. 11 sistemi cardiotocografici da destinare alle Sale Parto dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss n. 8 Berica;

entro la scadenza fissata per il giorno 21.01.2025 ore 14:00 la ditta Sidem Spa ha presentato offerta, nei termini stabiliti, per un valore complessivo di € 138.900,00 iva 22% esclusa;

il CIG dell'affidamento è il seguente: B51A3BB277;

stante quanto in precedenza riportato, si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 11 sistemi cardiotocografici da destinare alle Sale Parto dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, alla ditta Sidem Spa, per un importo di € 138.900,00 iva esclusa pari ad € 169.458,400 iva 22% inclusa;

ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità delle apparecchiature consegnate, accertarsi che tali apparecchiature vengano utilizzate solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 2.778,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare il verbale di apertura della busta amministrativa da parte del RUP (All.01) e le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento (All. 02 e All. 03) di cui ne fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di n. 11 sistemi cardiocografici da destinare alle Sale Parto dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss n. 8 Berica alla ditta Sidem Spa per un importo di € 138.900,00 iva esclusa pari ad € 169.458,40 iva 22% inclusa;
3. di dare atto che il costo complessivo di € 169.458,40 iva inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 25BD0511Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "budget aziendale investimenti anno 2025";
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, il dott. Marcello Scollo, Direttore dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Bortolo di Vicenza;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 2.778,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 11 SISTEMI CARDIOTOCOGRAFICI IN FABBISOGNO ALL’AZIENDA ULSS N. BERICA. ID SINTEL: 185483149

Base d’asta Lotto unico: 139.500,00 € (Iva esclusa)

VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Alle ore 16:15 del 10 luglio 2024, in Vicenza, presso gli uffici dell’UOC Provveditorato, Economato e gestione della Logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti per l’ULSS 8 Berica, quali componenti del seggio di gara:

RUP di gara: dott. Sandro Possamai - Direttore dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;

Testimone: dott. Francesco Trunfio – Collaboratore Amministrativo Professionale dell’UOC Provveditorato, Economato e gestione della Logistica;

Testimone: dott. Biagio Marzo - Collaboratore Amministrativo Professionale dell’UOC Provveditorato, Economato e gestione della Logistica e segretario verbalizzante.

Premesso che:

- ✓ con ID Sintel n. 185483149 questa Amministrazione ha pubblicato l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto della fornitura di n. 11 sistemi cardiocografici in fabbisogno all’Azienda Ulss N. Berica.
- ✓ l’indagine è finalizzata ad individuare l’operatore economico, la cui offerta è risultata idonea per il servizio in oggetto, con il quale concludere l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.lgs. n. 36/2023;
- ✓ la procedura si svolge attraverso il sistema telematico Sintel gestito dall’agenzia A.R.I.A. (Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia, cui è stato attribuito il codice di gara ID 185483149;
- ✓ la procedura è stata pubblicata sul sito internet aziendale e sulla piattaforma telematica SINTEL;
- ✓ entro i termini previsti (ore 14:00 del 08.07.2024) hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

N. PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE E PARTITA IVA	SEDE LEGALE
1720437096303	Cem srl 00640800280	Padova
1720196781901	Medical Lume srl 15457571006	Roma
1720184694021	Sidem spa 06664600159	Bellusco (MB)

Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della firma dell’operatore economico non rilevando alcuna anomalia.

Si procede, quindi, con l’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti come richiesto dall’Avviso pubblico,

Si procede con la disamina della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, come di seguito riepilogato:

- ✓ Cem srl.: la documentazione amministrativa risulta completa e regolare.
- ✓ Medical Lume srl.: la documentazione amministrativa risulta completa e regolare.

- ✓ Sidem spa.: la documentazione amministrativa risulta completa e regolare.

il RUP dà atto che i concorrenti di seguito riportati vengono ammessi al prosieguo della procedura.

- ✓ Cem srl.: la documentazione amministrativa risulta completa e regolare.
- ✓ Medical Lume srl.: la documentazione amministrativa risulta completa e regolare
- ✓ Sidem spa.: la documentazione amministrativa risulta completa e regolare

Il presente verbale verrà pubblicato nella “Documentazione di gara” sulla piattaforma Sintel e sul sito aziendale www.ulss8.veneto.it

La seduta termina in data di oggi 10.07.2024 alle ore 16:35.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP

I TESTIMONI

dott. Sandro Possamai

dott. Francesco Trunfio

dott. Biagio Marzo

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 11 SISTEMI CARDIOTOCOGRAFICI IN FABBISOGNO ALL’AZIENDA ULSS N. BERICA. ID SINTEL: 185483149

In data 9 settembre 2024 alle ore 12:00 presso il P.O. di Valdagno, si è riunito presso lo studio del Direttore dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell’offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 0012017/24 del 02.02.24 risulta così composto:

- ✓ Dr. Dimosthenis Kaloudis – Direttore U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Valdagno
- ✓ Dott.ssa Elisabetta Rebellato – Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia Vicenza
- ✓ Dott.ssa Anna Racasi – Dirigente Medico UOC Ostetricia Ginecologia P.O. Arzignano

preso atto delle offerte pervenute dalle ditte, per gli importi come di seguito indicati:

Ditta	Importo
Medical Lume Srl	€ 69.750,00
CEM srl	€ 138.000,00
SIDEM Spa	€ 138.900,00

Il gruppo di esperti procede quindi alla verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti ritenendo necessario richiedere alle già menzionate ditte la presentazione della campionatura come previsto dall’art. 7 del disciplinare di gara: nello specifico si chiede di presentare il cardiocografo e il sistema telemetrico proposto.

Nell’impossibilità di procedere con la valutazione delle offerte, il Gruppo di Esperti si aggiorna a data da destinarsi, in attesa di comunicazione relativa alla disponibilità delle ditte di portare i prodotti in campionatura.

La seduta termina alle ore 13:30

Valdagno, 9/09/2024

Dr. Dimosthenis Kaloudis

Dott.ssa Elisabetta Rebellato

Dott.ssa Anna Racasi

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 11 SISTEMI CARDIOTOCOGRAFICI IN FABBISOGNO ALL’AZIENDA ULSS N. BERICA. ID SINTEL: 185483149

In data 13 novembre 2024 alle ore 11:00 presso il P.O. di Valdagno, si è riunito presso lo studio del Direttore dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell’offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 0012017/24 del 02.02.24 risulta così composto:

- ✓ Dr. Dimosthenis Kaloudis – Direttore U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Valdagno
- ✓ Dott.ssa Elisabetta Rebellato – Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia Vicenza
- ✓ Dott.ssa Anna Racasi – Dirigente Medico UOC Ostetricia Ginecologia P.O. Arzignano

preso atto delle offerte pervenute dalle ditte, per gli importi come di seguito indicati:

Ditta	Importo
Medical Lume Srl	€ 69.750,00
CEM srl	€ 138.000,00
SIDEM Spa	€ 138.900,00

Il gruppo di esperti procede, quindi, con la valutazione delle singole proposte in relazione alle attrezzature offerte, considerati i criteri di valutazione indicati all’art. 7 del disciplinare di gara e di seguito riportati in ordine decrescente di priorità:

- ✓ Aspetti tecnici e funzionali migliorativi rispetto alle caratteristiche tecniche indicative richieste delle unità cardiocografiche
- ✓ Aspetti tecnici e funzionali migliorativi rispetto alle caratteristiche tecniche indicative richieste della centrale di monitoraggio
- ✓ Ergonomia funzionale dei sistemi cardiocografici e della centrale di monitoraggio
- ✓ Semplicità di impostazione e configurazione delle specifiche funzionalità disponibili
- ✓ Prezzo

Ditta Medical Lume Srl

Con nota del 03.10.24 trasmessa mezzo Sintel (ID 190320122), la Ditta, ha comunicato la propria impossibilità alla presentazione della campionatura per motivi legati all'approvvigionamento delle apparecchiature richieste, pertanto secondo quanto previsto dall’art. 7 del Disciplinare di Gara, essendo inficiata la possibilità di valutazione dei prodotti offerti, la ditta viene esclusa dal proseguo della gara.

Ditta CEM srl

Il prodotto proposto risulta completo e conforme ai requisiti indicativi del Disciplinare di gara, ad eccezione della “Analisi dei tracciati NST (Non Stress Test) secondo i criteri riconosciuti e validati da NICHHD o secondo i criteri DAWES/REDMAN” richiesti al punto 19 delle Specifiche Tecniche Indicative. Il requisito dei criteri DAWES/REDMAN è implementato solamente sul software della centrale di monitoraggio, e non sulle singole unità cardiocografiche. In fase di campionatura avvenuta dal 28/10/2024 al 4/11/2024 sono stati verificati gli aspetti funzionali ed ergonomici richiesti dai criteri di aggiudicazione.

Nel complesso, in relazione agli aspetti tecnici e funzionali, l'ergonomia funzionale e la semplicità di impostazione e configurazione delle specifiche funzionalità disponibili, il prodotto risponde in maniera buona alle aspettative richieste.

Ditta SIDEM Spa

Il prodotto proposto risulta completo e conforme ai requisiti indicativi del Disciplinare di gara, rispondendo in maniera ottimale alle esigenze cliniche. In fase di campionatura avvenuta dal 21/10/2024 al 25/10/2024 sono stati verificati gli aspetti funzionali ed ergonomici richiesti dai criteri di aggiudicazione.

Nel complesso in relazione agli aspetti tecnici e funzionali, l'ergonomia funzionale e la semplicità di impostazione e configurazione delle specifiche funzionalità disponibili, il prodotto risponde in maniera ottimale alle esigenze cliniche.

In relazione alle considerazioni sopra riportate, e vista l'esigua differenza di prezzo proposta leggermente superiore da SIDEM Spa, si ritiene che il prodotto più adeguato e che risponde in maniera ottimale alle singole esigenze delle singole U.O. dei P.O. di Vicenza, Arzignano e Valdagno, sia proprio quello proposto dalla Ditta SIDEM Spa, di cui se ne richiede l'acquisizione.

La seduta termina alle ore 13:00

Valdagno, 13/11/2024

Dr. Dimosthenis Kaloudis

Dott.ssa Elisabetta Rebellato

Dott.ssa Anna Racasi
