



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA, SOTTO GUIDA STEREOTASSICA, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO.CC. DI RADIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

LOTTO UNICO CIG N. B19DEB8F2D

ID SINTEL 183489669

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2)**

Alle ore 9:30 del 10/07/2024, in modalità videoconferenza (tramite la piattaforma Google Meet) si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1155 del 04/07/2024, così composta:

Presidente: dott. Ernesto Zanetel, Dirigente Medico presso l'U.O.C. Direzione Medica (DMO) Arzignano Montecchioro dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
Commissari: dott.ssa Cecilia Mazza, Dirigente Medico presso l'U.O.C Radiologia di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
dott. Emanuele Giuseppe Lo Porto, Dirigente Medico presso l'U.O.C Chirurgia Senologica dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prosegue l'esame della documentazione tecnica caricata sulla piattaforma dalla ditta Hologic Italia S.r.l.

Il sistema di biopsia mammaria BREVERA non è dotato di *doppia via* ma la ditta presenta documentazione atta a dimostrare l'equivalenza tecnica per soddisfare le esigenze di impiego clinico. Le altre caratteristiche tecniche e funzionali del sistema e del relativo materiale di consumo soddisfano i requisiti minimi richiesti.

La Commissione procede con la lettura e la verifica della documentazione tecnica presentata dalla ditta Devicor Medical Italy S.r.l.

Le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di biopsia mammaria MAMMOTOME REVOLVE e del relativo materiale di consumo proposti dalla suddetta ditta soddisfano tutti i requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico di gara.

La Commissione procede quindi con la lettura e la verifica della documentazione tecnica presentata dalla ditta Becton Dickinson Italia S.p.a.

Il sistema di biopsia mammaria ENCORE ENSPIRE non è dotato di *doppia via* ma la ditta presenta documentazione atta a dimostrare l'equivalenza tecnica per soddisfare le esigenze di impiego clinico. Le altre caratteristiche tecniche e funzionali del sistema e del relativo materiale di consumo soddisfano i requisiti minimi richiesti.

Richiamato l'art. 13.2 del Disciplinare di gara – paragrafo "VISIONE APPARECCHIATURA" il quale prevede che *"Al fine di permettere la compiuta valutazione del sistema proposto e delle sue funzionalità, le ditte partecipanti dovranno consegnare l'apparecchiatura proposta in visione"* la Commissione decide di

delegare la dott.ssa Mazza e il dott. Lo Porto, specialisti nell'utilizzo dei sistemi oggetto di gara, all'effettuazione delle prove visioni con tutte le ditte concorrenti e dispone di comunicarlo al RUP affinché proceda a richiedere alle ditte partecipanti la consegna delle attrezzature per la prova.

La Commissione, non potendo proseguire i lavori, ne rinvia la continuazione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 12:15.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott. Ernesto Zanetel

Dott.ssa Cecilia Mazza

Dott. Emanuele Giuseppe Lo Porto