

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER  
BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA, SOTTO GUIDA  
STEREOTASSICA, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO.CC. DI  
RADIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"  
LOTTO UNICO CIG N. B19DEB8F2D  
ID SINTEL 183489669**

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE  
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 4)**

Alle ore 9.00 del 02/09/2024 in modalità videoconferenza (tramite la piattaforma Google Meet) si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1155 del 04/07/2024 così composta:

Presidente:

- dott. Ernesto Zanetel, Dirigente Medico presso l'U.O.C. Direzione Medica (DMO) Arzignano Montecchio dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";

Commissari:

- dott.ssa Cecilia Mazza, Dirigente Medico presso l'U.O.C Radiologia di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
- dott. Emanuele Giuseppe Lo Porto, Dirigente Medico presso l'U.O.C Chirurgia Senologica dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prosegue la valutazione qualitativa delle offerte tecniche secondo i criteri di valutazione previsti dal Disciplinare di gara (art. 18).

Tenuto conto della prova effettuata e della visione della relativa campionatura, la Commissione procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni per la ditta *Devicor Medical* come di seguito riportato:

**Ditta Devicor Medical Italy**

Sistema vuoto assistito per biopsia della mammella **MAMMOTOME REVOLVE**.

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	N_sub	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	Valutazione	Coeffic. attribuito	Punteggio attribuito
1	Ago e sistema di aspirazione	1.1	Elementi tecnico-funzionali del sistema di aspirazione	10	Ottima gestione della fase aspirativa (con doppia aspirazione) e della modalità di azionamento. 5 differenti livelli di aspirazione e modulazione aspirativa in base al tipo di tessuto.	1	10

		1.2	Ampiezza del range dei calibri disponibili	7	Ottima l'ampiezza del range offerto. I calibri offerti consentono l'esecuzione di tutte le procedure cliniche previste	1	7
		1.3	Ampiezza del range di lunghezze disponibili	7	Possibilità di scelta tra 3 lunghezze (9 cm, 12 cm, 15 cm) che garantiscono un'ottimale gestione dei vari approcci richiesti.	1	7
2	Ergonomia	2.1	Semplicità e intuitività interfaccia utente del sistema	9	Ottima interfaccia di sistema.	1	9
		2.2	Manualità, leggerezza ed ergonomia funzionale del manipolo	9	Ottima ergonomia e possibilità di gestire la procedura biptica direttamente dal manipolo.	1	9
3	Funzionalità del sistema	3.1	Migliore visualizzazione del frustolo	8	Buona la proposta in termini di visualizzazione radiografica del frustolo. Possibilità di visualizzare i singoli campioni.	0,8	6,4
		3.2	Modalità di scelta dell'orientamento del campionamento	6	Proposta qualitativamente ottimale, con possibilità di controllo manuale della sede di campionamento.	1	6
		3.3	Modalità di raccolta frustolo	10	Gestione ottimale della fase di raccolta, separazione dei frustoli senza necessità di manipolazione del materiale e possibilità di confermare visivamente la qualità del campione.	1	10
4	Assistenza tecnica	4.1	Elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi previsti per l'assistenza tecnica	4	Ottimo il piano di assistenza e supporto: si apprezza la possibilità di usufruire di muletto sostitutivo in caso di guasti non risolvibili.	1	4
				70			68,4

La seduta ha termine alle ore 11.30 e viene fissato un nuovo incontro in presenza presso la Direzione Medica Ospedaliera di Arzignano per il giorno 10/09/2024 alle ore 9:30, dopo l'effettuazione della prova visione prevista con la ditta Becton Dickinson.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott. Ernesto Zanetel

Dott.ssa Cecilia Mazza

Dott. Emanuele Giuseppe Lo Porto