

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI  
PER BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA, SOTTO GUIDA  
STEREOTASSICA, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO.CC. DI  
RADIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"**

LOTTO UNICO CIG N. B19DEB8F2D

ID SINTEL 183489669

**VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE  
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1)**

Alle ore 15:15 del 08/07/2024, in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Econmato e Gestione della logistica dell'Azienda ULSS n. 8 BERICA, si riunisce per l'apertura delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1155 del 04/07/2024, così composta:

Presidente: dott. Ernesto Zanetel, Dirigente Medico presso l'U.O.C. Direzione Medica (DMO) Arzignano Montebelluna dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";  
Commissari: dott.ssa Cecilia Mazza, Dirigente Medico presso l'U.O.C Radiologia di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";  
dott. Emanuele Giuseppe Lo Porto, Dirigente Medico presso l'U.O.C Chirurgia Senologica dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

E' altresì presente la Dott.ssa Laura Trentin dell'UOS Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che alle ditte partecipanti è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma Sintel, dello svolgimento della presente seduta di gara.

La Commissione prende atto altresì che con Delibera n. 1155 del 04/07/2024, sono stati ammessi alla presente gara i seguenti operatori economici:

- a. Hologic Italia S.r.l. con sede a Roma – C.F. 12400990151;
- b. Becton Dickinson Italia S.p.A. con sede a Milano – C.F. 00803890151;
- c. Devicor Medical Italy con sede a Roma – C.F. 06991390961;

La Commissione procede a riscontrare la presenza delle buste telematiche "documentazione tecnica" presentate dai concorrenti ammessi nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dalle ditte, le ammette alla successiva fase di gara.

Il Presidente richiama il Disciplinare di Gara, con particolare riferimento all'articolo 18 "Criterio di aggiudicazione", il quale dispone che l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti elementi e criteri:

- Offerta tecnica: punteggio massimo punti 70/100
- Offerta economica: punteggio massimo punti 30/100

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	Ago e sistema di aspirazione	24	1.1	Elementi tecnico-funzionali del sistema di aspirazione	10
			1.2	Ampiezza del range dei calibri disponibili	7
			1.3	Ampiezza del range di lunghezze disponibili	7
2	Ergonomia	18	2.1	Semplicità e intuitività interfaccia utente del sistema	9
			2.2	Manualità, leggerezza ed ergonomia funzionale del manipolo	9
3	Funzionalità del sistema	24	3.1	migliore visualizzazione del frustolo	8
			3.2	Modalità di scelta dell'orientamento del campionamento	6
			3.3	modalità di raccolta frustolo	10
4	Assistenza tecnica	4	4.1	Elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi previsti per l'assistenza tecnica	4
	Totale	70			70

Si dà atto altresì che, al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimali attesi dall'amministrazione appaltante, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si dà inoltre atto che i giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

Giudizio sintetico	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,0

La documentazione tecnica e la campionatura pervenuta verranno messe a disposizione dei membri della Commissione e la documentazione tecnica originale è invece custodita dalla piattaforma Sintel.

Il Presidente richiama altresì l'art. 13.2 del Disciplinare di gara il quale dispone che, al fine di permettere la compiuta valutazione del sistema proposto e delle sue funzionalità, sarà richiesto alle ditte partecipanti la consegna in visione dell'apparecchiatura proposta.

La Commissione, a questo punto, dopo aver analizzato collegialmente anche il contenuto del capitolato tecnico di gara, inizia la lettura e verifica delle offerte tecniche dei concorrenti, iniziando dalla ditta Hologic Italia S.r.l.

La Commissione, non potendo proseguire i lavori, a fronte della complessità dei documenti da valutare e di indifferibili impegni lavorativi, ne rinvia il prosieguo ad una prossima seduta.

La Commissione concorda sul fatto che, al fine di velocizzare ed ottimizzare le operazioni di valutazione, risulta opportuno fornire a ciascun commissario il contenuto relativo alle offerte tecniche di ogni concorrente, per consentirne la disamina anche in proprio, con l'indicazione di adottare misure idonee a garantire la segretezza delle offerte medesime.

La seduta termina alle ore 16:45.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel e sul sito aziendale [www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it), sezione "bandi e gare".

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott. Ernesto Zanetel

Dott.ssa Cecilia Mazza

Dott. Emanuele Giuseppe Lo Porto