



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA


Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE PER TRATTAMENTI RADIANTI IN FABBISOGNO ALL’UOC DI RADIOTERAPIA DELL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.
ID SINTEL: 190542674**

Domanda: Viene richiesto in Disciplinare la compatibilità con lettini di trattamento e simulazione: si chiede di chiarire e specificare il tipo di lettino ed indicizzazione del tavolo della TC di simulazione Philips Big bore. Una fotografia del tavolo stesso sarebbe ideale.

Risposta: il lettino della TC è equivalente a quello dei LINAC e presenta un sistema di aggancio dei supporti compatibile (Vedi Foto)



Responsabile del Procedimento: Dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Laura Pierobon

Tel. 0444-75.2533 e mail: laura.pierobon@aulss8.veneto.it

Domanda: Compatibilità dei dispositivi con varie modalità di imaging: si chiede di chiarire se dei 4 esemplari ce ne debba essere qualcuno costruito in materiale RM Safe per eventuale impiego in risonanza magnetica; in caso affermativo, si chiede di chiarire se l'eventuale tomografo RM sia dotato di tavolo piano e con quale tipo di indicizzazione.

Risposta: non necessaria compatibilità con RM.

Domanda: Si richiede di confermare che, con la dicitura 10 sistemi di immobilizzazione per la testa, per trattamenti ad alta precisione, personalizzabili anteriormente (viso) e posteriormente (nuca), sia a viso aperto che chiuso indicata all'art. 1 del Disciplinare di gara, al paragrafo "Caratteristiche tecniche del Lotto 1 Sub B", si faccia riferimento a maschere stereotassiche doppie (anteriore e posteriore) testa-collo di tipo aperto e chiuso.

Risposta: Sì, si conferma che sono richieste maschere stereotassiche doppie (anteriore e posteriore) testa-collo di tipo aperto e chiuso.

Domanda: Si chiede, altresì, di indicare le quantità specifiche richieste per ogni modello (es. n.5 aperte e n.5 chiuse)

Risposta: 7 maschere aperte, 3 maschere chiuse

Domanda: Si richiede se la dichiarazione del produttore attestante l'iscrizione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici indicata all'art. 4 del Disciplinare di gara, paragrafo Step 1- Documentazione richiesta, punto 7, sia sostituibile dalla medesima dichiarazione redatta dal fornitore, in caso di produttore estero, per cui spetta al fornitore la responsabilità dell'iscrizione del prodotto al Repertorio Nazionale.

Risposta: Si conferma

Domanda: Si richiede se la dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE e indicazione della classe di appartenenza in lingua italiana, prevista all'art. 4 del Disciplinare di gara, paragrafo Step 1- Documentazione richiesta, punto 3, possa essere accettata in lingua inglese in copia conforme all'originale.

Risposta: come indicato all'art. 4 del Disciplinare di gara la dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE deve essere prodotta in lingua italiana

Il RUP
Dott. Sandro Possamai