

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
TECNICA E DEI CAMPIONI DELLA GARA PER LA FORNITURA DI SIRINGHE PRERIEMPITE PER
UTILIZZO SU CAMPO NON STERILE.**

ID SINTEL: 191302128

In data 19.12.2024 alle ore 14.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con nota prot. n. 122212/24 del 29.11.2024, incaricata della valutazione delle schede tecniche e dei campioni pervenuti nonchè dell'attribuzione dei punteggi qualità.

La Commissione Giudicatrice è così composta da:

Presidente: Dott.ssa Anna Schiatti - U.O.C. Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera del Distretto Ovest dell'Aulss 8 Berica

Componenti: Dott.ssa Cristina Campagnolo Infermiera U.O.C. Direzione Medica di Vicenza
Dott.ssa Giorgia Varotti Coordinatore Infermieristico U.O.C. Medicina Media Intensità Vicenza.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- Balmung Medical Handel GmbH
- Medline International Italy S.r.l. Unipersonale
- Promed S.r.l
- Spes S.r.l.
- Tau Medica S.r.l.

Il Presidente richiama i criteri di aggiudicazione previsti dall'art. 8 del Disciplinare di gara.

L'assegnazione della fornitura sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione avverrà sulla base ai seguenti elementi:

- a) qualità: punteggio massimo 70 punti
- b) prezzo: punteggio massimo 30 punti

Il punteggio relativo alla qualità verrà attribuito in base ai criteri ed ai punti massimi di seguito riportati:

Parametro	Criterio motivazionale	Modalità valutazioni	Punteggio max
<i>Ambito Caratteristiche / Funzionalità siringa</i>			
Tenuta del gommino e scorrevolezza del pistone	Saranno considerate positivamente la maggiore tenuta del gommino e la maggiore scorrevolezza del pistone	Prove pratiche sulla campionatura	5
Visibilità della scala graduata, trasparenza del cilindro	Sarà considerata positivamente la maggiore chiarezza e completezza delle informazioni sul contenuto della siringa e la maggiore trasparenza del cilindro	Prove pratiche e verifica visiva sulla campionatura	15
Facilità di connessione e tenuta all'accesso venoso	Sarà considerata positivamente la maggiore facilità di connessione e la maggiore tenuta all'accesso venoso	Prove pratiche sulla campionatura	10
Facilità di rimozione del tappino ai fini del mantenimento della sterilità del contenuto	Sarà considerata positivamente la maggiore capacità di mantenere sterile il contenuto in seguito all'agevole rimozione del tappino	Prove pratiche sulla campionatura	20

Ambito Confezionamento primario			
Lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	Sarà considerata positivamente l'offerta il cui confezionamento primario abbia apposti in caratteri o simboli ben visibili il lotto di produzione e la scadenza	Verifica visiva sulla campionatura	10
Facilità di manovra di apertura	Sarà considerato positivamente il confezionamento che consenta la manovra di apertura maggiormente agevole	Prove pratiche sulla campionatura	10
Punteggio totale massimo			70

Le ditte che dovessero conseguire un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70 non saranno ammesse alla successiva fase di gara.

Ricevuta dal RUP, dott. Sandro Possamai, la documentazione tecnica e la campionatura presentata dalle ditte partecipanti, la Commissione inizia a verificare la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti.

La Commissione ritiene necessario richiedere alcune precisazioni esplicative di carattere tecnico in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle seguenti ditte:

- ditta Balmung Medical Handel GmbH: in quale parte della documentazione tecnica, presentata in sede di gara, risulta il possesso di tale requisito minimo "essere privi di DEHP" da parte del prodotto offerto "Siringhe singole sterili pre-riempite da 10 ml Codice/Tipo: FL1010N / BAL464013"?

- ditta Tau Medica S.r.l.: poiché nella scheda tecnica è riportato che il dispositivo "... non è destinato alla ricostituzione di prodotti secchi, alla diluizione di farmaci o all'iniezione endovenosa (IV) diretta...", posto che la destinazione d'uso del prodotto oggetto di gara è "il lavaggio di accessi venosi centrali e periferici, per utilizzo su campo non sterile", si chiede la conferma che la soluzione sia compatibile con i liquidi organici ed il sistema ematico.

La riunione si conclude alle ore 16.30.

Il giorno 06.02.2025 la Commissione Giudicatrice si è riunita alle ore 14.30 per proseguire i lavori di valutazione.

Trasmesse dall'U.O.C. Provveditorato, le note di riscontro pervenute dalle ditte Balmung e Tau Medica in riscontro alle richieste di precisazioni esplicative di carattere tecnico, la Commissione conclude la valutazione della documentazione tecnica pervenuta e rileva che tutti i prodotti offerti dalle ditte possiedono i requisiti minimi richiesti all'art. 1 del Disciplinare di gara.

La Commissione procede quindi con la valutazione della campionatura pervenuta e rileva che la campionatura presentata dalla ditta Tau Medica S.r.l. risulta scaduta e quindi non utilizzabile.

La Commissione sospende quindi i lavori per verificare con il RUP come procedere e se sia possibile richiedere a tale ditta ulteriore campionatura.

Successivamente in data 14.03.2025 la Commissione si è riunita alle 14.30 per proseguire i lavori di valutazione.

Trasmessa dall'U.O.C. Provveditorato l'ulteriore campionatura pervenuta dalla ditta Tau Medica, richiesta avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 12 del Disciplinare di Gara, la Commissione procede con la valutazione finale della campionatura presentata da tutte le ditte e, con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 8 del Disciplinare di gara, formula le seguenti valutazioni qualitative:

DITTA: BALMUNG EDICAL HANDEL GMBH

Parametro	Criterio motivazionale	Modalità valutazioni	Punteggio max	Punteggio attribuito prova campione	Motivazione del punteggio attribuito
Tenuta del gommino e scorrevolezza del pistone	Saranno considerate positivamente la maggiore tenuta del gommino e la maggiore scorrevolezza del pistone	Prove pratiche sulla campionatura	5	5	
Visibilità della scala graduata, trasparenza del cilindro	Sarà considerata positivamente la maggiore chiarezza e completezza delle informazioni sul contenuto della siringa e la maggiore trasparenza del cilindro	Prove pratiche e verifica visiva sulla campionatura	15	15	
Facilità di connessione e tenuta all'accesso venoso	Sarà considerata positivamente la maggiore facilità di connessione e la maggiore tenuta all'accesso venoso	Prove pratiche sulla campionatura	10	10	
Facilità di rimozione del tappino ai fini del mantenimento della sterilità del contenuto	Sarà considerata positivamente la maggiore capacità di mantenere sterile il contenuto in seguito all'agevole rimozione del tappino	Prove pratiche sulla campionatura	20	18	La rimozione del tappino è discretamente agevole
	<i>Ambito Confezionamento primario</i>				
Lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	Sarà considerata positivamente l'offerta il cui confezionamento primario abbia apposti in caratteri o simboli ben visibili il lotto di produzione e la scadenza	Verifica visiva sulla campionatura	10	8	Discreta visibilità delle informazioni lotto e scadenza sulla siringa
Facilità di manovra di apertura	Sarà considerato positivamente il confezionamento che consenta la manovra di apertura maggiormente agevole	Prove pratiche sulla campionatura	10	10	
	Punteggio totale massimo		70	66	

DITTA: MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.r.l.

Parametro	Criterio motivazionale	Modalità valutazioni	Punteggio max	Punteggio attribuito prova campione	Motivazione del punteggio attribuito
Tenuta del gommino e scorrevolezza del pistone	Saranno considerate positivamente la maggiore tenuta del gommino e la maggiore scorrevolezza del pistone	Prove pratiche sulla campionatura	5	3	Discreta difficoltà di scorrimento del pistone.
Visibilità della scala graduata, trasparenza del cilindro	Sarà considerata positivamente la maggiore chiarezza e completezza delle informazioni sul contenuto della siringa e la maggiore trasparenza del cilindro	Prove pratiche e verifica visiva sulla campionatura	15	15	
Facilità di connessione e tenuta all'accesso venoso	Sarà considerata positivamente la maggiore facilità di connessione e la maggiore tenuta all'accesso venoso	Prove pratiche sulla campionatura	10	9	Lieve difficoltà di connessione
Facilità di rimozione del tappino ai fini del mantenimento della sterilità del contenuto	Sarà considerata positivamente la maggiore capacità di mantenere sterile il contenuto in seguito all'agevole rimozione del tappino	Prove pratiche sulla campionatura	20	20	
	<i>Ambito Confezionamento primario</i>				
Lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	Sarà considerata positivamente l'offerta il cui confezionamento primario abbia apposti in caratteri o simboli ben visibili il lotto di produzione e la scadenza	Verifica visiva sulla campionatura	10	8	Discreta visibilità delle informazioni lotto e scadenza sulla siringa
Facilità di manovra di apertura	Sarà considerato positivamente il confezionamento che consenta la manovra di apertura maggiormente agevole	Prove pratiche sulla campionatura	10	10	
	Punteggio totale massimo		70	65	

DITTA: PROMED S.r.L.

Parametro	Criterio motivazionale	Modalità valutazioni	Punteggio max	Punteggio attribuito prova campione	Motivazione del punteggio attribuito
Tenuta del gommino e scorrevolezza del pistone	Saranno considerate positivamente la maggiore tenuta del gommino e la maggiore scorrevolezza del pistone	Prove pratiche sulla campionatura	5	5	
Visibilità della scala graduata, trasparenza del cilindro	Sarà considerata positivamente la maggiore chiarezza e completezza delle informazioni sul contenuto della siringa e la maggiore trasparenza del cilindro	Prove pratiche e verifica visiva sulla campionatura	15	15	
Facilità di connessione e tenuta all'accesso venoso	Sarà considerata positivamente la maggiore facilità di connessione e la maggiore tenuta all'accesso venoso	Prove pratiche sulla campionatura	10	10	
Facilità di rimozione del tappino ai fini del mantenimento della sterilità del contenuto	Sarà considerata positivamente la maggiore capacità di mantenere sterile il contenuto in seguito all'agevole rimozione del tappino	Prove pratiche sulla campionatura	20	20	
	<i>Ambito Confezionamento primario</i>				
Lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	Sarà considerata positivamente l'offerta il cui confezionamento primario abbia apposti in caratteri o simboli ben visibili il lotto di produzione e la scadenza	Verifica visiva sulla campionatura	10	10	
Facilità di manovra di apertura	Sarà considerato positivamente il confezionamento che consenta la manovra di apertura maggiormente agevole	Prove pratiche sulla campionatura	10	10	
	Punteggio totale massimo		70	70	

DITTA: SPES S.r.l.

Parametro	Criterio motivazionale	Modalità valutazioni	Punteggio max	Punteggio attribuito prova campione	Motivazione del punteggio attribuito
Tenuta del gommino e scorrevolezza del pistone	Saranno considerate positivamente la maggiore tenuta del gommino e la maggiore scorrevolezza del pistone	Prove pratiche sulla campionatura	5	4	Lieve difficoltà di scorrimento del pistone
Visibilità della scala graduata, trasparenza del cilindro	Sarà considerata positivamente la maggiore chiarezza e completezza delle informazioni sul contenuto della siringa e la maggiore trasparenza del cilindro	Prove pratiche e verifica visiva sulla campionatura	15	14	Lieve difficoltà nella visibilità delle informazioni sul contenuto della siringa
Facilità di connessione e tenuta all'accesso venoso	Sarà considerata positivamente la maggiore facilità di connessione e la maggiore tenuta all'accesso venoso	Prove pratiche sulla campionatura	10	10	
Facilità di rimozione del tappino ai fini del mantenimento della sterilità del contenuto	Sarà considerata positivamente la maggiore capacità di mantenere sterile il contenuto in seguito all'agevole rimozione del tappino	Prove pratiche sulla campionatura	20	18	La rimozione del tappino è discretamente agevole
	<i>Ambito Confezionamento primario</i>				
Lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	Sarà considerata positivamente l'offerta il cui confezionamento primario abbia apposti in caratteri o simboli ben visibili il lotto di produzione e la scadenza	Verifica visiva sulla campionatura	10	8	Discreta visibilità delle informazioni lotto e scadenza sulla siringa
Facilità di manovra di apertura	Sarà considerato positivamente il confezionamento che consenta la manovra di apertura maggiormente agevole	Prove pratiche sulla campionatura	10	10	
	Punteggio totale massimo		70	64	

DITTA: TAU MEDICAL S.r.l.

Parametro	Criterio motivazionale	Modalità valutazioni	Punteggio max	Punteggio attribuito prova campione	Motivazione del punteggio attribuito
Tenuta del gommino e scorrevolezza del pistone	Saranno considerate positivamente la maggiore tenuta del gommino e la maggiore scorrevolezza del pistone	Prove pratiche sulla campionatura	5	5	
Visibilità della scala graduata, trasparenza del cilindro	Sarà considerata positivamente la maggiore chiarezza e completezza delle informazioni sul contenuto della siringa e la maggiore trasparenza del cilindro	Prove pratiche e verifica visiva sulla campionatura	15	10	Ridotta visibilità delle informazioni sul contenuto della siringa
Facilità di connessione e tenuta all'accesso venoso	Sarà considerata positivamente la maggiore facilità di connessione e la maggiore tenuta all'accesso venoso	Prove pratiche sulla campionatura	10	10	
Facilità di rimozione del tappino ai fini del mantenimento della sterilità del contenuto	Sarà considerata positivamente la maggiore capacità di mantenere sterile il contenuto in seguito all'agevole rimozione del tappino	Prove pratiche sulla campionatura	20	15	La rimozione del tappino è difficoltosa, con rischio di contaminazione del dispositivo
	<i>Ambito Confezionamento primario</i>				
Lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	Sarà considerata positivamente l'offerta il cui confezionamento primario abbia apposti in caratteri o simboli ben visibili il lotto di produzione e la scadenza	Verifica visiva sulla campionatura	10	7	Ridotta visibilità del lotto e della data di scadenza
Facilità di manovra di apertura	Sarà considerato positivamente il confezionamento che consenta la manovra di apertura maggiormente agevole	Prove pratiche sulla campionatura	10	8	Discreta resistenza all'apertura della confezione
	Punteggio totale massimo		70	55	

La Commissione Giudicatrice conclude quindi i lavori alle ore 16.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue e poi trasmesso all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica per il seguito di competenza.

Vicenza, 12 Marzo 2025

F.to  Dr.ssa Anna Schiatti

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

F.to Dr.ssa Cristina Campagnolo

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

F.to  Dr. Giorgia Varotti

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy