

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI POCT PER IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE PRESSO LE MGI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

**CIG A03626AD9C**

**ID SINTEL 177364632**

**CHIARIMENTO N. 1**

**Domanda n. 1**

**In riferimento all'art. 2 - Caratteristiche tecniche della fornitura e, in particolare, a quanto richiesto a pag. 3 del Disciplinare di gara, in cui si richiede che i reattivi ed il materiale consumabile necessario per l'esecuzione dei test elencati siano «pronti all'uso», si chiede di confermare che la caratteristica «pronti all'uso» sia da riferirsi ai soli reagenti (strisce reattive) e non al resto del materiale di consumo.**

**Risposta n. 1**

La caratteristica “pronti all'uso” è riferita ai soli reagenti (strisce reattive).

**Domanda n. 2**

**Si richiede, al fine di snellire e semplificare la predisposizione della documentazione tecnica richiesta, di confermare che sia possibile presentare le dichiarazioni di conformità, le certificazioni CE ed ISO redatte da Casa Madre in lingua inglese, riportante che la strumentazione ed i prodotti offerti sono conformi alla normativa vigente.**

**Risposta n. 2**

Si conferma che le dichiarazioni di conformità e le certificazioni CE ed ISO possono essere rese dal produttore in lingua inglese.

Vicenza, 19/1/2024

Il Responsabile del Procedimento di Gara  
dott. Sandro Possamai