



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE A PREVUOTO VERTICALE DA PAVIMENTO IN FABBISOGNO ALLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA DELL' ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 173550452 – CIG: ZBC3C4A94B

Domanda n. 4: Si chiede di comunicare:

- a. la potenza elettrica messa a disposizione per l'autoclave: Kw e Ampere disponibili
- b. tipologia acque presenti in sito e grado di purezza in °f
- c. la durezza in °f dell'acqua addolcita per la pompa del vuoto
- d. portata dei solai
- e. schema degli scarichi presenti
- f. schema degli impianti elettrici
- g. dato in Bar della pressione dell'aria compressa presente

Risposta n. 4:

- a. la potenza massima disponibile per singola presa nel locale individuato per l'installazione dell'autoclave è di 8,4 kW a cosfi= 0,8 essendo presenti prese industriali trifase 3P + N da 16 A a 380V.
- b. nel sito è presente sia acqua fredda proveniente dall'acquedotto sia acqua osmotizzata,
- c. la durezza dell'acqua proveniente dall'acquedotto è di circa 27 gradi francesi, quella osmotica viene addolcita.
- d. la portata del solaio è di 400 kg/mq
- e. lo scarico è presente con diametro di circa 3 cm. Non sono disponibili schemi.
- f. non sono disponibili schemi elettrici
- g. l'aria compressa presente ha una pressione di circa 6 bar.

Il RUP

Dott. Sandro Possamai

Responsabile del Procedimento: Dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Sig.ra Laura Pierobon

Tel. 0444-75.2533 Fax 0444-75.3407

e mail: laura.pierobon@aulss8.veneto.it