



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE A PREVUOTO VERTICALE DA PAVIMENTO IN FABBISOGNO ALLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA DELL' ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 173550452 – CIG: ZBC3C4A94B

Domanda n. 1: Si chiede l'invio delle planimetrie in formato .dwg del locale oggetto di gara

Risposta n. 1: In allegato

Domanda n. 2: Nel documento "DISCIPLINARE" a pag. 2 sono riportate le "Caratteristiche tecniche indicative" dell'autoclave. Si chiede di comunicare se le caratteristiche minime sono richieste "a pena esclusione" dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice

Risposta n. 2: Le caratteristiche sono "indicative" come scritto all'Art. 1 del disciplinare (pag. 3)

Domanda n. 3: Nel documento "DISCIPLINARE" a pag. 2 voce "Caratteristiche tecniche indicative" dell'autoclave, punto 9, viene chiesto:

"Apertura del coperchio.... Altezza di carico ≤ 90 cm

Si chiede di confermare che sarà ritenuta conforme un'autoclave con altezza pari a 1000 cm, che corrisponderebbe a + 12% dell'altezza indicata.

Risposta n. 3: Si veda risposta al chiarimento n. 2

Domanda n. 4: Si chiede di comunicare:

- a. la potenza elettrica messa a disposizione per l'autoclave: Kw e Ampere disponibili
- b. tipologia acque presenti in sito e grado di purezza in °f
- c. la durezza in °f dell'acqua addolcita per la pompa del vuoto
- d. portata dei solai
- e. schema degli scarichi presenti
- f. schema degli impianti elettrici
- g. dato in Bar della pressione dell'aria compressa presente

Risposta n. 4: Si rimanda a successiva comunicazione

Responsabile del Procedimento: Dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Sig.ra Laura Pierobon

Tel. 0444-75.2533 Fax 0444-75.3407

e mail: laura.pierobon@aulss8.veneto.it

Domanda n. 5: Si chiede di confermare che la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al monitoraggio, all'installazione e all'allacciamento degli impianti ma che, eventuali adeguamenti impiantistici e/o realizzazione di impianti non presenti, saranno a carico ed onere dell'Ente

Risposta n. 5: Si conferma

Domanda n. 6: Nei documenti di gara non sono richieste le qualifiche IQ/OQ. Si chiede di confermare che non sono richieste

Risposta n. 6: IQ e OQ sono richieste in fase di installazione; l'apparecchio, una volta installato, collaudato ed eseguita la formazione del personale, deve essere regolarmente utilizzabile

Domanda n. 7: Né, tantomeno è richiesta la convalida PQ (la cui normativa la prevede a carico di Azienda Terza). Si chiede di confermare che non sia richiesta a carico dell'Aggiudicatario

Risposta n. 7: si rimanda alla risposta al chiarimento n. 6. Le successive PQ a seguire saranno eseguite da Azienda terza, come previsto da normativa

Il RUP
Dott. Sandro Possamai