

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA (STRUMENTO E REAGENTI) PER LA DIAGNOSI SIEROLOGICA DI SECONDO LIVELLO (TEST DI CONFERMA) PER HCV E HIV 1/2 PER L'U.O.C. DI MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA-U.L.SS. N. 8 BERICA.

ID SINTEL: 182991916

VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

Alle ore 10.00 del 7/6/2024, in Vicenza, presso l'U.O.C di Microbiologia dell'Ospedale di Vicenza, si riunisce il gruppo di esperti nominato con nota del RUP di gara n. 55379 del 24/5/2024 così composta:

dott. ssa Michela Pascarella, dell'U.O.C. di Microbiologia;
 dott. ssa Giacomina Pavan dell'U.O.C. Microbiologia.

Il gruppo di esperti procede alla valutazione tecnico-economica dell'offerta pervenute dalle ditte:

1. BIO RAD LABORATORIES s.r.l. di Segrate (MI)
2. ARNICA S.r.l. di Milano (MI)

Sulla base della documentazione tecnica ed economica presentata il gruppo di esperti, con particolare riferimento agli elementi preferenziali di cui all'art. 6 del Disciplinare, rileva che:

• **importo complessivo offerto**

Entrambe le ditte hanno offerto un importo complessivo inferiore alla base d'asta fissata in € 53.100,00 triennali.

In particolare la ditta Bio Rad Laboratories ha offerto l'importo complessivo di € 53.070,00 + I.V.A., come di seguito articolato:

Descrizione esami	Quantità TEST triennio	Ref. Articolo	Descrizione articolo	Ditta produttrice	n. test a confezione	CND	RDM	quantità conf. offerte	Prezzo a conf. offerto	importo totale triennio
HCV	750	92501	Geenius™ HCV Supplemental Assay	Bio-Rad Laboratories	20 test	W0105090202	1807217	39	770,00 €	30.030,00
		92502	Geenius™ HCV Supplemental Controls	Bio-Rad Laboratories	2 x 150 µl	W0105080802	1807384	9	50,00 €	450,00
HIV 1/2	540	72460	Geenius™ HIV 1/2 Confirmatory Assay	Bio-Rad Laboratories	20 test	W0105030403	1254110	27	770,00 €	20.790,00
		72329	HIV 1/2 Confirmatory Controls	Bio-Rad Laboratories	2 x 120 µl	W0105030403	1250113	6	50,00 €	300,00
Totale complessivo triennio per reagenti e materiale di consumo									51.570,00 €	
									Aliquota I.V.A. 22%	

Descrizione attrezzatura	codice prodotto indicato dal fornitore	Ditta produttrice	CND	RDM	canone mensile di NOLEGGIO (Cod. VN-211-50-2390)	IMPORTO triennale di NOLEGGIO	canone mensile di ASSISTENZA TECNICA (Cod. VA-211-50-2390)	IMPORTO TRIENNALE di ASSISTENZA TECNICA
n. 1 Sistema GEENIUS completo composto da:								
Geenius Reader	92465	Bio-Rad Laboratories	W0201020201	1962456	16,67 €	600,00 €	25,00 €	900,00 €
Mini-PC dedicato	12017081	Bio-Rad Laboratories/DELL	n.a.	n.a.				
Anti-Theft Lock	94197	Bio-Rad Laboratories	n.a.	n.a.				
Geenius Software with APF/Manual OUS	92461	Bio-Rad Laboratories	W0201020201	1962457				

la ditta Arnica ha offerto l'importo complessivo di € 51.000,00 + I.V.A., come di seguito articolato:

Descrizione esami	descrizione articolo	Quantità TEST triennio	n. test a confezione	quantità conf. offerte	Prezzo a conf. offerto	importo totale triennio	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref. Articolo
HCV	recomLine HCV IgG	750	20	38	620,00 €	23.560,00 €	22%	W0105020306	1209921	4372
HIV 1/2	recomLine HIV-1 & HIV-2 IgG	540	20	27	620,00 €	16.740,00 €	22%	W0105030403	1209920	6672
totale complessivo triennio per reagenti e materiale di consumo						40.300,00 €				

Descrizione attrezzatura	ditta produttrice	codice prodotto indicato dal fornitore	eventuale CND	eventuale RDM	canone mensile di NOLEGGIO	IMPORTO triennale di NOLEGGIO	canone mensile di ASSISTENZA TECNICA	IMPORTO TRIENNALE di ASSISTENZA TECNICA
recomScan Software completo di: Scanner, PC, Stampante Epson								
	Mikrogen	31006	W0203982	/	200,00 €	7.200,00 €	100,00 €	3.600,00 €

Il gruppo di esperti procede alla valutazione dell'offerta tecnica alla luce degli elementi indicati all'art. 6 del Disciplinare:

- **ridotti tempi di lettura del test immunocromatografico in monodeterminazione**

ditta Bio Rad Laboratories: <30 minuti

ditta Arnica: 4 ore circa.

- **semplice e rapida esecuzione della procedura di esecuzione del test**

ditta Bio Rad Laboratories: esecuzione semplice con pochi passaggi

ditta Arnica: molti passaggi e in manuale

- **semplicità del sistema di lettura**

ditta Bio Rad Laboratories: sistema semplice nella lettura

ditta Arnica: sistema semplice nella lettura

- **tracciabilità del dato mediante stampa cartacea e supporto informatico.**

ditta Bio Rad Laboratories: presente

ditta Arnica: presente

Il Gruppo di Esperti, sulla base degli elementi tecnici ed economici, propone quindi di affidare la fornitura in oggetto all'Operatore Economico “_Bio Rad Laboratories”, in quanto l'offerta è idonea e congrua sotto il profilo tecnico ed economico.

Il Gruppo di Esperti rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.

La seduta ha termine alle ore 11.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

dott.ssa Michela Pascarella

dott. ssa Giacomina Pavan