

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 DISPOSITIVI DI RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, IN FABBISOGNO ALL’UOC DI CARDIOCHIRURGIA DELL’OSPEDALE “SAN BORTOLO” DI VICENZA.**

**CIG B08E8CDEC7**  
**ID SINTEL n. 179972026**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE**

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1**

Alle ore 08:45 del giorno 19 aprile 2024, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si riunisce per l’apertura delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n.616 del 19.04.2024, così composta:

Presidente: Dott.ssa Olivera Rasovic, Dirigente dell’U.O.C. di Cardiocirurgia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza (VI) dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”

Commissari: Ing. Roberto Artuso, Collaboratore tecnico dell’U.O. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”

Dott.ssa Arianna Vaccarin, Collaboratore tecnico presso l’U.O.C. di Cardiocirurgia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza (VI) dell’Azienda Ulss n. 8 Berica”

E’ altresì presente la Dott.ssa Aurora Collufio dell’UOS Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che alla ditta partecipante è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma Sintel, dello svolgimento della presente seduta di gara.

La Commissione prende atto altresì che, con Delibera n.616 del 19.04.2024, è stato ammesso alla presente gara il seguente operatore economico:

<b>Denominazione Operatore Economico</b>	<b>Sede Legale</b>
SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL	Mirandola (MO)

La Commissione procede a riscontrare la presenza delle buste telematiche “documentazione tecnica” presentate dal concorrente ammesso nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dalla ditta Spectrum Medical Europe S.r.l.,

La Commissione ammette la Ditta alla successiva fase di gara.

Il Presidente richiama il Disciplinare di Gara, con particolare riferimento all'articolo 18 "Criterio di aggiudicazione", il quale dispone che l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti per la qualità e per il prezzo offerto, avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato, in base ai seguenti elementi:

- **Qualità: punteggio massimo punti 70/100**

- **Prezzo: punteggio massimo punti 30/100**

<b>Descrizione criterio</b>	<b>CRITERI DISCREZIONALI</b>	<b>Punti sub-criteri</b>	<b>Punti max</b>
<b>Sez. 1 Ergonomia e sicurezza del sistema caldo freddo</b>	1.a dimensioni e peso complessivo del sistema caldo freddo	6	<b>20</b>
	1.b robustezza e snodabilità dei supporti	6	
	1 c. visibilità e accessibilità ai vari componenti del sistema	8	
<b>Sez 2 Caratteristiche del display e del software</b>	La commissione andrà a valutare la semplicità di utilizzo del display e del software per il controllo delle temperature e degli allarmi e la connettività ai sistemi per la circolazione extra corporea "Quantum" in uso	10	<b>10</b>
<b>Sez 3 Consumabili monouso</b>	Consistenza, resistenza del materiale consumabile	6	<b>20</b>
	Adattabilità del materiale monouso ai circuiti per circolazione extracorporea e ai circuiti per cardioplegia	7	
	Facilità e rapidità di utilizzo del materiale	7	
<b>Sez 4 Assistenza</b>	La commissione valuterà le proposte organizzative che possano migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio in termini di miglioramento dei tempi di intervento e risoluzione dei guasti rispetto alle previsioni del capitolato tecnico	15	<b>15</b>
<b>Sez 5 Formazione</b>	Corsi di addestramento rivolti al personale sanitario e tecnico e assistenza per vendita, sia in fase di avvio che durante l'esecuzione contrattuale	5	<b>5</b>
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b>70</b>

Si dà atto altresì che al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimali attesi dall'amministrazione appaltante è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si dà inoltre atto che i giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>Analisi</b>	<b>coefficiente</b>
<b>Ottimo</b>	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	<b>1</b>
<b>Buono</b>	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	<b>0,8</b>
<b>Sufficiente</b>	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	<b>0,6</b>
<b>Insufficiente</b>	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	<b>0,4</b>
<b>Gravemente insufficiente</b>	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	<b>0,2</b>
<b>Inadeguato</b>	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	<b>0,00</b>

La documentazione tecnica pervenuta verrà messa a disposizione dei membri della Commissione e la documentazione tecnica originale è invece custodita dalla piattaforma Sintel.

Copia della documentazione, risultante dal download delle offerte tecniche, viene salvata nella rete aziendale all'interno di una cartella accessibile solo agli impiegati dell'U.O.C Provveditorato Economato e Gestione della logistica e al personale cd. Amministratore in possesso della password di accesso;

La seduta termina in data di oggi 19 aprile 2024 alle 9:00

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel e sul sito aziendale [www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it).

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

**I COMMISSARI**

---

Dott.ssa Olivera Rasovic

Ing. Roberto Artuso

Dott.ssa Arianna Vaccarin

(documento firmato)