

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2131 DEL 12/12/2024

O G G E T T O

FORNITURA IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA PER VARIE SEDI OSPEDALIERE DELL'AZIENDA ULSS 8 "BERICA": AGGIUDICAZIONE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 2220/24

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con atto deliberativo n. 363 del 28.02.2024 è stato disposto di indire gara a procedura aperta telematica, ex art. 71 D.Lgs. n. 36/2023 in piattaforma "Sintel", con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura in service di lavaendoscopi con relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 "Berica", per un periodo di 60 mesi – salva risoluzione anticipata di aggiudicazione di gara regionale o Consip - con eventuale estensione contrattuale ex art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 di importo pari a € 307.115,00 ed eventuale rinnovo biennale per un importo di € 438.736,00; l'importo quinquennale totale posto a base d'asta è pari a € 1.096.840,00 (Iva 22% esclusa) e costi per la sicurezza pari a € 200,00 – CIG B0ABA10100;

il bando di gara è stato pubblicato nella GUUE n. 136922, numero edizione S 47 del 06.03.2024 e successivamente rettificato nella GUUE n. 260887, numero edizione S 86 del 02.05.2024, mentre la documentazione di gara è stata resa disponibile nel sito internet dell'Azienda Ulss n. 8 Berica e nella piattaforma telematica Sintel ID procedura 180290903;

entro il termine di scadenza per la ricezione delle offerte, fissato inizialmente per il giorno 30.04.2024 ore 15:00 e successivamente posticipato al 13.05.2024 ore 15:00, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- C.i.d.a SRL con sede in S. Giustina in colle (PD);
- Nuova Farmec SRL con sede in Settimo di Pescantina (VR)
- Bioh Filtrazione con sede in Cinisello Balsamo (MI);

ai chiarimenti pervenuti è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare e bando di gara;

in data 14.05.2024 si è svolta la seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa a conclusione della quale gli operatori economici partecipanti sono stati ammessi al prosieguo della gara come da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (all. 1);

con l'atto deliberativo n. 876 del 23.05.2024 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione della migliore offerta;

nella seduta riservata del 29.05.2024, la Commissione Giudicatrice ha verificato la sussistenza e la regolarità della documentazione tecnica contenuta nelle buste telematiche, richiesta dal disciplinare di gara come da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (all 2), ammettendo le ditte alla fase successiva della gara;

successivamente la Commissione Giudicatrice ha esaminato, nelle diverse sedute riservate nei giorni 17.07.2024, 11.09.2024 e 19.09.2024, la documentazione tecnica pervenuta dalle ditte (vedasi all. 3,4,5) e nella seduta riservata del 16.10.2024 ha effettuato la valutazione delle proposte tecniche, come risulta da verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 6);

nella seduta riservata del 04.11.2024 la Commissione Giudicatrice ha proceduto ad inserire nella Piattaforma Sintel i punteggi assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti; conseguentemente la

Piattaforma Sintel ha provveduto a riparametrare i punteggi tecnici assegnati alle ditte a termini dell'art. 18.2 del Disciplinare di gara, come di seguito riportato:

Ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato
Nuova Farmec SRL	65,20	69,15
C.i.d.a SRL	66	70
Bioh Filtrazione	58,40	61,94

conseguentemente la Commissione ha proceduto ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse, attribuendo i punti prezzo, a termini del Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, formulando, altresì, la graduatoria provvisoria di gara nei seguenti termini, come risulta da verbale allegato da intendersi parte integrante del presente provvedimento (all. 7),

Ditta	Totale offerto complessivo (Iva al 22% esclusa)	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio economico	Punteggio totale
Nuova Farmec SRL	€ 738.781,60	69,15	29,83	98,98
C.i.d.a SRL	€ 932.175,00	70	23,64	93,64
Bioh Filtrazione	€ 734.534,50	61,94	30,00	91,94

in esito a tali operazioni, il RUP con nota prot. 120422 del 26.11.2024 ha richiesto alla ditta Nuova Farmec l'invio di idonee giustificazioni e con verbale del 09.12.2024, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 8), ha ritenuto congrua l'offerta:

i sopraccitati verbali vengono allegati alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente;

per la verifica della insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati acquisiti il certificato del casellario fallimentare, i certificati del casellario giudiziale, il certificato di regolarità fiscale, il DURC, il certificato di ottemperanza alla L. n. 68/1999, la visura CCIAA, la visura dell'Osservatorio ANAC, il certificato delle sanzioni amministrative da reato;

allo stato, non sono pervenuti i certificati dei carichi pendenti, richiesti in data 06.11.2024 e sollecitati in data 25.11.2024, e l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, richiesta con accesso PR_VRUTG_Ingresso_0108708_20241121;

dall'esame dei certificati acquisiti, è stata riscontrata l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle cause di esclusione di cui all'art. 98, co. 3, lett. g) e h), per la riferita mancata acquisizione dei certificati dei carichi pendenti, e delle cause di esclusione di cui all'art. 94, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, per la pendenza del ricevimento dell'informazione antimafia;

stante la necessità di procedere con la conclusione della procedura e dare sollecito avvio alla fornitura, si ritiene opportuno procedere all'aggiudicazione della gara pur in pendenza della verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 98, co. 3, lett. g) e h) e all'art. 94, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

resta inteso che nel contratto sarà inserita apposita clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 del Codice Civile, da attivare in caso di riscontro della sussistenza delle cause di esclusione indicate al punto precedente;

si propone, quindi, di aggiudicare alla ditta Nuova Farmec avente sede legale in Pescantina (VR) la fornitura in service di lavaendoscopi con relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 "Berica", per la durata di 60 mesi, per un importo complessivo di € 738.781,60 (Iva esclusa) nei termini di seguito riportati:

1. FORNITURA IN SERVICE DI N. 17 VASCHE PER LAVAENDOSCOPI

Descrizione apparecchiatura componente	Canone semestrale per noleggio di n. 1 vasca per lavaendoscopi (Iva esclusa)	Canone annuo per il noleggio di n.1 vasca per lavaendoscopi	Canone quinquennale per noleggio di n.17 vasche	Aliquota IVA applicata
Soluscope S4 PAA lavaendoscopi automatiche per il lavaggio e la disinfezione di alto livello degli endoscopi flessibili	571,43 €	1.142,86 €	97.143,10 €	22 %
Sistema di Tracciabilità'EP Digital Soluscope software per garantire che l'endoscopio abbia superato efficacemente tutte le fasi del riprocessamento prima di essere riutilizzato	X	X	X	22 %
(A) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PUNTO 1) PER NOLEGGIO DI N. 17 VASCHE PER CINQUE ANNI (IVA ESCLUSA)				

97.143,10 €

2. ASSISTENZA TECNICA PER 60 MESI

Canone SEMESTRALE di assistenza tecnica FULL RISKS per n. 1 VASCA PER LAVAEENDOSCOPI (IVA esclusa)	Canone ANNUO di assistenza tecnica FULL RISKS per n. 17 VASCHE (IVA esclusa)	Importo QUINQUENNALE per l'assistenza tecnica FULL RISKS per n. 17 VASCHE (IVA esclusa)
1.028,64 €	34.973,76 €	174.868,80 €

(B) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PUNTO 2) PER ASSISTENZA TECNICA FULL RISKS PER N. 17 VASCHE (IVA ESCLUSA) 174.868,80 €

3. MATERIALE DI CONSUMO PER 60 MESI PER NUMERO CICLI DI LAVAGGIO 25.808 PER ANNO

Descrizione	Prezzo unitario offerto (iva esclusa)	Fabbisogno annuale	Importo annuo offerto (iva esclusa) (prezzo unitario x fabbisogno annuale)"	Importo QUINQUENNALE offerto (IVA esclusa)	Aliquota IVA applicata
- Acido Peracetico (5%) - Perossido di idrogeno - Acido Acetico	26,50 €	Lt. 2167,87 €	57.448,56 €	287.242,80 €	22%
Detergente composto da tensioattivi non ionici e da agenti sequestranti	26,50 €	Lt.1354,92	35.905,38	179.526,90 €	22%
Filtri	Sconto merce	n. 68			22%
Carta termica	Sconto merce	n. 255			22%
Materiale di consumo per il lavaggio manuale dello strumento	Sconto merce	n. 1290			22%

(C) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PUNTO 3) PER MATERIALE DI CONSUMO PER 5 ANNI (IVA ESCLUSA) 466.769,70 €

la spesa totale della fornitura di cui si tratta comprensiva di Iva al 22 % ammonta a € 901.313,55;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si rende necessaria la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC diverso dal RUP:

- trattasi di servizi sanitari di particolare importanza;
- prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

nel concreto, il DEC dovrà provvedere a coordinare e supervisionare le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire il buon andamento del servizio, con particolare riferimento all'installazione delle apparecchiature ed alla conseguente manutenzione. Il DEC, inoltre, riceverà le fatture e attesterà la liquidità delle stesse dopo avere verificato la corrispondenza tra i beni effettivamente consegnati, i dati contabili (ordini e fatture) ed i dati contrattuali (prezzo e qualità).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra;

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto citato in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di approvare i verbali di gara (all. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare alla ditta Nuova Farmec avente sede legale in Pescantina (VR) la fornitura in service di lavaendoscopi con relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica in fabbisogno all'Azienda Aulss n. 8 "Berica", per la durata di 60 mesi per un importo complessivo quinquennale di € 738.781,60 (Iva al 22% esclusa) nei termini di seguito riportati:

FORNITURA IN SERVICE DI N. 17 VASCHE PER LAVAENDOSCOPI

Descrizione apparecchiatura componente	Canone semestrale per noleggio di n. 1 vasca per lavaendoscopi (Iva esclusa)	Canone annuo per il noleggio di n.1 vasca per lavaendoscopi	Canone quinquennale per noleggio di n.17 vasche	Aliquota IVA applicata
Soluscope S4 PAA lavaendoscopi automatiche per il lavaggio e la disinfezione di alto livello degli endoscopi flessibili	571,43 €	1.142,86 €	97.143,10 €	22 %
Sistema di Tracciabilita'EP Digital Soluscope software per garantire che l'endoscopio abbia superato efficacemente tutte le fasi del riprocessamento prima di essere riutilizzato				22 %
(A) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PUNTO 1) PER NOLEGGIO DI N. 17 VASCHE PER CINQUE ANNI (IVA ESCLUSA) 97.143,10 €				

ASSISTENZA TECNICA PER 60 MESI

Canone SEMESTRALE di assistenza tecnica FULL RISKS per n. 1 VASCA PER LAVAENDOSCOPI (IVA esclusa)	Canone ANNUO di assistenza tecnica FULL RISKS per n. 17 VASCHE (IVA esclusa)	Importo QUINQUENNALE per l'assistenza tecnica FULL RISKS per n. 17 VASCHE (IVA esclusa)
1.028,64 €	34.973,76 €	174.868,80 €
(B) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PUNTO 2) PER ASSISTENZA TECNICA FULL RISKS PER N. 17 VASCHE (IVA ESCLUSA) 174.868,80 €		

MATERIALE DI CONSUMO PER 60 MESI PER NUMERO CICLI DI LAVAGGIO 25.808 PER ANNO

Descrizione	Prezzo unitario offerto (iva esclusa)	Fabbisogno annuale	Importo annuo offerto (iva esclusa) (prezzo unitario x fabbisogno annuale)"	Importo QUINQUENNALE offerto (IVA esclusa)	Aliquota IVA applicata
- Acido Peracetico (5%)	26,50 €	Lt. 2167,87 €	57.448,56 €	287.242,80 €	22%
- Perossido di idrogeno					
- Acido					

Acetico					
Detergente composto da tensioattivi non ionici e da agenti sequestranti	26,50 €	Lt.1354,92	35.905,38	179.526,90 €	22%
Filtri	Sconto merce	n. 68			22%
Carta termica	Sconto merce	n. 255			22%
Materiale di consumo per il lavaggio manuale dello strumento	Sconto merce	n. 1290			22%
(C) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PUNTO 3) PER MATERIALE DI CONSUMO PER 5 ANNI (IVA ESCLUSA) 466.769,70 €					

4. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 901.313,55 (Iva 22 % inclusa) per la fornitura in service di lavaendoscopi con relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica in fabbisogno all'Azienda Aulss n. 8 "Berica" per un periodo di 60 mesi sarà imputato nei Bilanci Sanitari degli anni 2025-2029 come segue:

Oggetto fornitura	Conto economico	2025	2026	2027	2028	2029
Fornitura in service di n. 17 vasche per lavaendoscopi	5603000010 "canone di noleggio attrezzature sanitarie"	23.702,91 €	23.702,91 €	23.702,91 €	23.702,91 €	23.702,91 €
Canone di assistenza tecnica full risk per n. 17 vasche	5507000160 "servizio di manutenzione attrezzature sanitarie"	42.668,00€	42.668,00 €	42.668,0 €	42.668,0 €	42.668,0 €
Fornitura di materiale di consumo dedicato per n.	5402000126 "dispositivi medici"	113.891,80 €	113.891,80 €	113.891,80 €	113.891,80 €	113.891,80 €

25808 cicli di lavaggio per anno						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

5. dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata;
6. di riconoscere che con deliberazione di indizione della procedura in oggetto n. 363 del 28.02.2024, è stato disposto l'accantonamento della quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 3.685,38 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
7. di nominare quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dott. Maurizio Pantalena- Dirigente Medico, il quale ha già fornito idonea dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti presso gli Uffici dell'U.O. proponente;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA IN FABBISOGNO QUINQUENNALE ALL’AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”.

ID SINTEL:180290903

CIG: B0ABA10100

VERBALE DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE

Alle ore 10:00 del 14.05.2024, in Vicenza, come indicato nel bando di Gara, presso gli uffici dell’U.O.S. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto.

Sono presenti per l’ULSS 8 Berica, quali componenti del seggio di gara:

Presidente: dott. Sandro Possamai- Direttore del Provveditorato Economato e Gestione della logistica e RUP di gara;

Testimone: dott.ssa Aurora Collufio - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e Gestione della logistica e segretario verbalizzante;

Testimone: dott.ssa Laura Trentin- Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e Gestione della logistica.

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ulss 8 Berica n. 363 del 28.02.2024 è stata indetta la presente gara europea a procedura aperta telematica *per la fornitura in service di lavaendoscopi con relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica in fabbisogno quinquennale all’Azienda Ulss n. 8 “Berica”*;

- la gara si svolge attraverso il sistema telematico “Sintel” gestito dall’agenzia “A.R.I.A.” (Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia, cui è stato attribuito il codice di gara ID 180290903;

- a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti (ore 15:00 del 13.05.2024) hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

Nome partecipante	Sede legale e partita IVA	Forma di partecipazione
C.i.d.a SRL	S. Giustina in colle (PD), via Tremarende n.24 A- 35010; p.iva 01579560283	Forma singola
Nuova Farmec SRL	Via W. Flemming, 7 37026 Settimo di Pescantina Verona - p.iva 01737830230	Forma singola
Bioh Filtrazione	Via T. Signorini, 13 20092 Cinisello Balsamo (MI); p.iva 09505370966	Forma singola

Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della firma dell'operatore economico non rilevando alcuna anomalia.

Si procede, quindi, con l'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente che, come richiesto dal disciplinare di gara, viene di seguito riassunta:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) Dichiarazione integrativa
- 3) DGUE "Response" in formato .xml firmato digitalmente
- 4) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione
- 5) Garanzia provvisoria
- 6) Attestazione di sopralluogo

Si procede con la disamina della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti che risulta completa e regolare.

Si precisa che, come previsto nel documento congiunto per le P.A. redatto da IVASS, Banca d'Italia, Anac, AGCM del 28 maggio 2020, è stata verificata la legittimità dei soggetti che hanno emesso le garanzie provvisorie per i partecipanti alla presente procedura.

Conseguentemente gli operatori economici C.i.d.a., Nuova Farmec e Bioh Filtrazione SRL vengono ammessi alla fase successiva di gara.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it e trasmesso al suddetto operatore economico.

La seduta termina in data di oggi 14.05.2024 alle ore 12:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

dott. Sandro Possamai

dott.ssa Aurora Collufio

dott.ssa Laura Trentin

(Documento firmato)



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

***GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA
IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO
ED ASSISTENZA TECNICA IN FABBISOGNO QUINQUENNALE ALL'AZIENDA
U.L.S.S. N. 8 "BERICA"***

CIG: B0ABA10100

ID SINTEL n. 180290903

VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1

Alle ore 09:00 del giorno 29 Maggio 2024, in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si riunisce per l'apertura delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 23.05.2024, composta:

Presidente: Dott.ssa Luisa Milan, Dirigente Medico dell'U.O.C Gastroenterologia di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";

Commissari: p.i. Roberto Artuso, Collaboratore tecnico dell'U.O. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Dott.ssa Veronica Sgarabottolo, Coordinatrice dell'U.O.S. Endoscopia Digestiva dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";

E'altresì presente la Dott.ssa Aurora Collufio dell'UOS Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che alle ditte partecipanti è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma Sintel, dello svolgimento della presente seduta di gara.

La Commissione prende atto altresì che, con Delibera n. 876 del 23.05.2024, sono stati ammessi alla presente gara i seguenti operatori economici:

Denominazione Operatore Economico	Sede Legale
C.i.d.a SRL	Padova (PD)
Nuova Farmec	Verona (VR)
Bioh Filtrazione	Milano (MI)

La Commissione procede a riscontrare la presenza delle buste telematiche “documentazione tecnica” presentate dai concorrenti ammessi nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dalle ditte C.i.d.a., Nuova Farmec e Bioh Filtrazione SRL ammette le seguenti ditte alla successiva fase di gara.

Il Presidente richiama il Disciplinare di Gara, con particolare riferimento all’articolo 18 “Criterio di aggiudicazione”, il quale dispone che l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti per la qualità e per il prezzo offerto, avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato, in base ai seguenti elementi:

- **Qualità: punteggio massimo punti 70/100**

- **Prezzo: punteggio massimo punti 30/100**

Criterio	Descrizione Sub-criteri	Punteggio Massimo Criteri Discrezionali (D)	Punteggi tabellari (T)
A Caratteristiche tecnico-funzionali-Apparecchiature	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Dimensioni e ingombri <p>La commissione valuterà gli aspetti dimensionali e di ingombro rispetto alle planimetrie fornite e alla proposta progettuale del singolo fornitore</p>	5	
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Ergonomia funzionale <p>La commissione valuterà gli aspetti ergonomici e funzionali dei sistemi proposti, relativamente alla semplicità e intuitività della gestione delle impostazioni per l’esecuzione dei cicli di sterilizzazione</p>	5	
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Sicurezza <p>La commissione valuterà gli aspetti di sicurezza dell’operatore relativi all’utilizzo del sistema, come per esempio le manovre per la sostituzione dei prodotti chimici, la modalità di apertura della vasca di sterilizzazione ecc...</p>	5	
	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Modalità di posizionamento strumento per sterilizzazione <p>La commissione valuterà il posizionamento dello strumento nella vasca di sterilizzazione, tenendo conto di fattori fondamentali come l’immersione completa dello strumento, l’eventuale presenza di contatto tra le parti dello strumento ecc</p>	4	
	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Tempi di riprocessazione <p>La commissione valuterà il tempo effettivo di riprocessazione degli strumenti tenendo conto della maggior rapidità del sistema nel rispetto degli aspetti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 punti se il tempo del ciclo è minore o uguale (\leq) a 30 minuti 		8

	- 6 punti se il tempo del ciclo è compreso nell'intervallo tra: (maggiore) > 30 minuti e (minore uguale) ≤ a 32 minuti		6
	- 3 punti se il tempo del ciclo è compreso nell'intervallo tra: (maggiore) > 32 minuti e (minore uguale) ≤ 34 minuti		3
	- 1 punto se tempo del ciclo è compreso nell'intervallo tra: (maggiore) > 34 minuti e (minore o uguale) ≤ 36 minuti		1
	- 0 punti se tempo del ciclo è (maggiore) > 36 minuti		0
	<ul style="list-style-type: none"> 6 Possibilità di ispezione vano e modalità gestione aperture <p>La commissione valuterà la semplicità e comodità di accesso al vano per il posizionamento dei reagenti chimici e per la sostituzione di eventuali filtri o parti consumabili</p>	5	
	<ul style="list-style-type: none"> 7 Possibilità di sterilizzazione a fine ciclo 	5	
	<ul style="list-style-type: none"> 8 Tracciabilità del ciclo <p>La commissione valuterà gli aspetti funzionali specifici dell'interfacciamento con il sistema di refertazione presente presso l'Ente</p>	5	
	<ul style="list-style-type: none"> 9 Filtrazione <p>La commissione valuterà gli aspetti migliorativi inerenti il sistema di filtraggio rispetto ai termini definiti dalla Normativa vigente</p>	4	
B Prodotti chimici	<ul style="list-style-type: none"> 10 Detergente presterilizzante antibiofilm microbico <p>La commissione valuterà gli aspetti specifici degli agenti chimici utilizzati, in relazione all'esito della processazione e all'impatto sui materiali costruttivi degli endoscopi che vengono riprocessati.</p>	10	
C Assistenza tecnica	<ul style="list-style-type: none"> 11 Assistenza tecnica <p>La commissione valuterà eventuali migliorie rispetto allo standard minimo previsto da capitolato, in particolare in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempi di intervento e risoluzione; Accesso remoto per assistenza tecnica in tempo reale; Referenze su installazioni verificabili 	14	
Totale punteggio criteri discrezionali		62	
Totale punteggio criteri tabellari			8
Totale punteggi di valutazione		70	

Si dà atto altresì che al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimali attesi dall'amministrazione appaltante è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70. I concorrenti saranno esclusi dalla gara nel caso in cui conseguano un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si dà inoltre atto che i giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO SINTETICO	Analisi	coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,00

La documentazione tecnica pervenuta verrà messa a disposizione dei membri della Commissione e la documentazione tecnica originale è invece custodita dalla piattaforma Sintel.

Copia della documentazione, risultante dal download delle offerte tecniche, viene salvata nella rete aziendale all'interno di una cartella accessibile solo agli impiegati dell'U.O.C Provveditorato Economato e Gestione della logistica e al personale cd. Amministratore in possesso della password di accesso;

La seduta termina in data di oggi 29 Maggio 2024 alle 10:30.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel e sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott.ssa Luisa Milan

p.i. Roberto Artuso

Dott.ssa Veronica Sgarabottolo

(documento firmato)



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC.E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111
Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA IN FABBISOGNO QUINQUENNALE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA".

CIG B0ABA10100
ID SINTEL n. 180290903

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2

Alle ore 10:00 del giorno 17 luglio, in Vicenza, presso gli uffici dell'Ufficio di Ingegneria Clinica, si riunisce per la valutazione delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 23.05.2024 così composta:

Presidente: Dott.ssa Luisa Milan, Dirigente Medico dell'U.O.C. di Gastroenterologia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza (VI) dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Commissari: p.i. Roberto Artuso, Collaboratore tecnico dell'ufficio. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Dott.ssa Veronica Sgarabottolo, Coordinatrice dell'U.O.S. Endoscopia Digestiva dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza (VI) dell'Azienda Ulss n. 8 Berica"

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione Giudicatrice acquisisce e fa propri il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, comprendenti il Capitolato Tecnico e le Modalità di Aggiudicazione, nonché le richieste di chiarimenti e le relative risposte.

La Commissione, effettua un primo esame della documentazione tecnica presentata, successivamente al fine di poter prendere visione delle attrezzature offerte richiede al Servizio Provveditorato di inoltrare alle ditte partecipanti istanza di prova visione delle attrezzature dello stesso modello di quello proposto in gara, con consegna dell'apparecchiatura presso l'Ospedale "San Bortolo di Vicenza" e l'assistenza di un tecnico aziendale, nelle date che verranno indicate.

La seduta ha termine alle ore 12.30 del 17/07/2024

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Luisa Milan

I COMMISSARI

p.i. Roberto Artuso

Dott.ssa Veronica Sgarabottolo

(F.to cartaceo)



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC.E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111
Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA IN FABBISOGNO QUINQUENNALE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA".

CIG B0ABA10100
ID SINTEL n. 180290903

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N.6

Alle ore 10:00 del giorno 11 Settembre 2024, in Vicenza, presso gli uffici dell'Ufficio di Ingegneria Clinica, si riunisce per la valutazione delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 23.05.2024 così composta:

Presidente: Dott.ssa Luisa Milan, Dirigente Medico dell'U.O.C. di Gastroenterologia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza (VI) dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Commissari: p.i. Roberto Artuso, Collaboratore tecnico dell'ufficio. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Dott.ssa Veronica Sgarabottolo, Coordinatrice dell'U.O.S. Endoscopia Digestiva dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza (VI) dell'Azienda Ulss n. 8 Berica"

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione, dopo aver analizzato collegialmente il contenuto del Capitolato tecnico e del Disciplinare di gara, inizia ad esaminare la documentazione tecnica caricata sulla Piattaforma Sintel dalle ditte C.I.D.A., Nuova Farmec e Bioh Filtrazione, ammesse al prosieguo della gara.

La Commissione inizia l'esame della documentazione presentata dalla ditta **C.I.D.A.** e procede alla verifica delle caratteristiche tecniche e funzionali dell'apparecchiatura offerta, riscontrando che il sistema proposto soddisfa tutti i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico di gara.

La Commissione prosegue con l'esame della documentazione presentata dalla ditta **Nuova Farmec** e procede alla verifica delle caratteristiche tecniche e funzionali dell'apparecchiatura offerta, riscontrando che il sistema offerto soddisfa tutti i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico di gara.

Preso atto che le offerte presentate dalle ditte C.I.D.A. e Nuova Farmec presentano le caratteristiche minime previste dal Capitolato tecnico di gara, entrambe le ditte sono ammesse alla valutazione in attuazione degli **artt. 18.1 e 18.2** del Disciplinare di gara.

La Commissione concorda che la prossima seduta per il proseguimento dell'analisi della documentazione tecnica presentata dalla ditta **Bioh Filtrazione** viene fissata al 19.09.2024.

La seduta ha termine alle ore 12.30 del 11/09/2024.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

dott.ssa Luisa Milan

p.i. Roberto Artuso

dott.ssa Veronica Sgarabottolo

(F.to cartaceo)



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.S.S.508 COD.FISC.E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111
Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA IN FABBISOGNO QUINQUENNALE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA".

CIG B0ABA10100
ID SINTEL n. 180290903

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N.7

Alle ore 09:00 del giorno 19 Settembre 2024, in Vicenza, presso gli uffici dell'Ufficio di Ingegneria Clinica, si riunisce per la valutazione delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 23.05.2024 così composta:

Presidente: Dott.ssa Luisa Milan, Dirigente Medico dell'U.O.C. di Gastroenterologia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza (VI) dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Commissari: p.i. Roberto Artuso, Collaboratore tecnico dell'ufficio. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Dott.ssa Veronica Sgarabottolo, Coordinatrice dell'U.O.S. Endoscopia Digestiva dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza (VI) dell'Azienda Ulss n. 8 Berica"

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione inizia l'esame della documentazione presentata dalla ditta **Bioh Filtrazione**, e procede alla verifica delle caratteristiche tecniche e funzionali dell'apparecchiatura offerta, riscontrando che il sistema proposto soddisfa tutti i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico di gara.

Preso atto che l'offerta presentata dalla ditta Bioh Filtrazione presenta le caratteristiche minime previste dal Capitolato tecnico di gara, ammette anche quest'ultima alla valutazione in attuazione degli **artt. 18.1 e 18.2** del Disciplinare di gara.

La Commissione concorda che la prossima seduta sarà fissata per la prosecuzione dei lavori di valutazione e attribuzione criteri e punteggi previsti dal Disciplinare di gara.

La seduta ha termine alle ore 11.30 del 19/09/2024.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Luisa Milan

I COMMISSARI

p.i. Roberto Artuso

Dott.ssa Veronica Sgarabottolo

(F.to cartaceo)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA IN FABBISOGNO QUINQUENNALE ALL’AZIENDA U.L.S.S. N. 8 “BERICA”.

**CIG B0ABA10100
ID SINTEL n. 180290903**

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 8

Alle ore 09:00 del giorno 16 ottobre 2024, in Vicenza, presso l’ufficio di Ingegneria Clinica, si riunisce per la valutazione delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 23.05.2024 così composta:

Presidente: Dott.ssa Luisa Milan, Dirigente Medico dell’U.O.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza (VI) dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”

Commissari: p.i. Roberto Artuso, Collaboratore tecnico dell’ufficio. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”

Dott.ssa Veronica Sgarabottolo, Coordinatrice dell’U.O.S. Endoscopia Digestiva dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza (VI) dell’Azienda Ulss n. 8 Berica”

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione, a conclusione dell’analisi, dopo ampia e approfondita discussione collegiale, sulla base della proposta tecnica pervenuta accerta la presenza delle caratteristiche funzionali tecniche minime richieste dal capitolato di gara e successivamente procede alla valutazione dei criteri stabiliti dal Disciplinare, attribuendo per ciascun criterio i giudizi ed i relativi punteggi come da tabella riportata, verificato che il sistema offerto dalle Ditte presenta tutte le caratteristiche minime previste.

Le offerte presentate dalle ditte C.i.d.a., Nuova Farmec e Bioh Filtrazione, avendo superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti su 70, come indicato dall’art. 18 del Disciplinare di Gara, vengono ammesse all’apertura dell’offerte economiche.

A conclusione dei lavori Il Presidente, in accordo con la Commissione, stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta ha termine alle ore 11.00 del 16/10/2024

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

dott.ssa Luisa Milan

p.i. Roberto Artuso

dott.ssa Veronica Sgarabottolo

(F.to cartaceo)

1. C.I.D.A SRL

Descrizione Criteri e Sub Criteri	Punteggio Max Criteri Discrezionali	Punteggio Max criteri tabellari	Valutazione (coefficiente attribuito)	Valutazione (punteggio assegnato)	Motivazione
A Caratteristiche tecnico funzionali- Apparecchiature					
1 Dimensioni e ingombri La commissione valuterà gli aspetti dimensionali e di ingombro rispetto alle planimetrie fornite e alla proposta progettuale del singolo fornitore	5	5	0,8	4	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti
2 Ergonomia funzionale La commissione valuterà gli aspetti ergonomici e funzionali dei sistemi proposti, relativamente alla semplicità e intuitività della gestione delle impostazioni per l'esecuzione dei cicli di sterilizzazione	5	5	0,8	4	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti.
3 Sicurezza La commissione valuterà gli aspetti di sicurezza dell'operatore relativi all'utilizzo del sistema, come per esempio le manovre per la sostituzione dei prodotti chimici, la modalità di apertura della vasca di sterilizzazione ecc....	5	5	0,8	4	Apertura e chiusura automatica dello sportello, facilità di caricamento. Manca il pescante integrato che evita il gocciolamento durante il cambio di tanica ed il rischio di residuo di disinfettante esausto
4 Modalità di posizionamento strumento per sterilizzazione La commissione valuterà il posizionamento dello strumento nella vasca di sterilizzazione, tenendo conto di fattori fondamentali come l'immersione completa dello strumento, l'eventuale presenza di contatto tra le parti dello strumento ecc.	4	4	1	4	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti
5 Tempi di riprocessazione La commissione valuterà il tempo effettivo di riprocessazione degli strumenti tenendo conto della maggior rapidità del sistema nel rispetto degli aspetti normativi: - 8 punti se il tempo del ciclo è minore o uguale (\leq) a 30 minuti; - 6 punti se il tempo del ciclo è compreso nell'intervallo tra: - (maggiore) > 30 minuti e (minore o uguale) \leq a 32 minuti; - 3 punti se il tempo del ciclo è compreso nell'intervallo tra: - (maggiore) > 32 minuti e (minore o uguale) \leq 34 minuti; - 1 punto se tempo del ciclo ciclo è compreso nell'intervallo tra: - (maggiore) > 34 minuti e (minore o uguale) \leq 36 minuti; - 0 punti se tempo del ciclo è (maggiore) > 36 minuti	5	8	5	8	Il tempo del ciclo è inferiore di 30 minuti
6 Possibilità di ispezione vano e modalità gestione aperture La commissione valuterà la semplicità e comodità di accesso al vano per il posizionamento dei reagenti chimici e per la sostituzione di eventuali filtri o parti consumabili	5	5	0,8	4	Buono l'accesso a vano dei reagenti chimici e facilità di sostituzione dei filtri
7 Possibilità di sterilizzazione a fine ciclo	5	5	1	5	La macchina è provvista di un ciclo di sterilizzazione
8 Tracciabilità del ciclo La commissione valuterà gli aspetti funzionali specifici dell'interfacciamento con il sistema di refertazione presente presso l'Ente	5	5	1	5	Dotata di un software per l'archiviazione e la tracciabilità.
9 Filtrazione La commissione valuterà gli aspetti migliorativi inerenti il sistema di filtraggio rispetto ai termini definiti dalla Normativa vigente	4	4	1	4	L'apparecchiatura è dotata di doppio sistema di filtraggio acqua per evitare il rischio di contaminazione.
B Prodotti chimici					
1 Detergente presterilizzante antibiofilm microbico La commissione valuterà gli aspetti specifici degli agenti chimici utilizzati, in relazione all'esito della processazione e all'impatto sui materiali costruttivi degli endoscopi che vengono riprocessati.	10	10	1	10	Il materiale utilizzato risulta adeguato.
C Assistenza tecnica					
1 Assistenza tecnica La commissione valuterà eventuali migliorie rispetto allo standard minimo previsto da capitolato, in particolare in relazione a: - Tempi di intervento e risoluzione; - Accesso remoto per assistenza tecnica in tempo reale; - Referenze su installazioni verificabili	14	14	1	14	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Tempi di intervento in linea con quanto richiesto dal capitolato Le referenze descritte relative all'installazione di apparecchiature analoghe sono ottime. La ditta mette a disposizione 5 tecnici per il servizio di manutenzione.

TOTALE PUNTEGGI DI VALUTAZIONE 66

2. NUOVA FARMEC SRL

Descrizione Criteri e Sub Criteri	Punteggio Max Criteri Discrezionali	Punteggio Max criteri tabellari	Valutazione (coefficiente attribuito)	Valutazione (punteggio assegnato)	Motivazione
A Caratteristiche tecnico funzionali- Apparecchiature					
1 Dimensioni e ingombri La commissione valuterà gli aspetti dimensionali e di ingombro rispetto alle planimetrie fornite e alla proposta progettuale del singolo fornitore	5		0,8	4	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti
2 Ergonomia funzionale La commissione valuterà gli aspetti ergonomici e funzionali dei sistemi proposti, relativamente alla semplicità e intuitività della gestione delle impostazioni per l'esecuzione dei cicli di sterilizzazione	5		1	5	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Ottima la visualizzazione e la gestione del display dell'apparecchiatura.
3 Sicurezza La commissione valuterà gli aspetti di sicurezza dell'operatore relativi all'utilizzo del sistema, come per esempio le manovre per la sostituzione dei prodotti chimici, la modalità di apertura della vasca di sterilizzazione ecc...	5		0,8	4	Chiusura non automatica dello sportello che espone l'operatore a rischio di contaminazione almeno 10 volte per ogni ciclo di lavaggio. Taniche facili da maneggiare presente il pescante integrato che evita il gocciolamento durante il cambio di tanica ed il rischio di residuo di disinfettante esausto.
4 Modalità di posizionamento strumento per sterilizzazione La commissione valuterà il posizionamento dello strumento nella vasca di sterilizzazione, tenendo conto di fattori fondamentali come l'immersione completa dello strumento, l'eventuale presenza di contatto tra le parti dello strumento ecc	4		1	4	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti
5 Tempi di riprocessazione La commissione valuterà il tempo effettivo di riprocessazione degli strumenti tenendo conto della maggior rapidità del sistema nel rispetto degli aspetti normativi: - 8 punti se il tempo del ciclo è minore o uguale (\leq) a 30 minuti; - 6 punti se il tempo del ciclo è compreso nell'intervallo tra: - (maggiore) > 30 minuti e (minore o uguale) \leq a 32 minuti; - 3 punti se il tempo del ciclo è compreso nell'intervallo tra: - (maggiore) > 32 minuti e (minore o uguale) \leq a 34 minuti; - 1 punto se tempo del ciclo ciclo è compreso nell'intervallo tra: - (maggiore) > 34 minuti e (minore o uguale) \leq a 36 minuti; - 0 punti se tempo del ciclo è (maggiore) > 36 minuti		8		8	Il tempo del ciclo è inferiore di 30 minuti
6 Possibilità di ispezione vano e modalità gestione aperture La commissione valuterà la semplicità e comodità di accesso al vano per il posizionamento dei reagenti chimici e per la sostituzione di eventuali filtri o parti consumabili	5		1	5	Ottimo l'accesso a vano dei reagenti chimici e facilità di sostituzione dei filtri. Dotata di cassetto estraibile per la gestione dei prodotti chimici
7 Possibilità di sterilizzazione a fine ciclo	5		1	5	La macchina è provvista di un ciclo di sterilizzazione
8 Tracciabilità del ciclo La commissione valuterà gli aspetti funzionali specifici dell'interfacciamento con il sistema di refertazione presente presso l'Ente	5		1	5	Dotata di un software per l'archiviazione e la tracciabilità.
9 Filtrazione La commissione valuterà gli aspetti migliorativi inerenti il sistema di filtraggio rispetto ai termini definiti dalla Normativa vigente	4		1	4	L'apparecchiatura è dotata di doppio sistema di filtraggio acqua per evitare il rischio di contaminazione.
B Prodotti chimici					
1 Detergente presterilizzante antibiofilm microbico La commissione valuterà gli aspetti specifici degli agenti chimici utilizzati, in relazione all'esito della processazione e all'impatto sui materiali costruttivi degli endoscopi che vengono riprocessati	10		1	10	Il materiale proposto risulta adeguato.
C Assistenza tecnica					
1 Assistenza tecnica La commissione valuterà eventuali migliorie rispetto allo standard minimo previsto da capitolato, in particolare in relazione a: - Tempi di intervento e risoluzione; - Accesso remoto per assistenza tecnica in tempo reale; - Referenze su installazioni verificabili	14		0,8	11,20	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti Tempi di intervento in linea con quanto richiesto dal capitolato Le referenze risultano limitate e non specificano in nr. di apparecchiature installate La ditta mette a disposizione 4 tecnici per il servizio di manutenzione

TOTALE PUNTEGGI DI VALUTAZIONE 65,20

3. BIOH FILTRAZIONE

Descrizione Criteri e Sub Criteri	Punteggio Max Criteri Discrezionali	Punteggio Max criteri tabellari	Valutazione (coefficiente attribuito)	Valutazione (punteggio assegnato)	Motivazione
A Caratteristiche tecnico funzionali- Apparecchiature					
1 Dimensioni e ingombri La commissione valuterà gli aspetti dimensionali e di ingombro rispetto alle planimetrie fornite e alla proposta progettuale del singolo fornitore	5		0,6	3	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Per la sede di Arzignano proposta macchina doppia non compatibile con le dimensioni della stanza
2 Ergonomia funzionale La commissione valuterà gli aspetti ergonomici e funzionali dei sistemi proposti, relativamente alla semplicità e intuitività della gestione delle impostazioni per l'esecuzione dei cicli di sterilizzazione	5		0,6	3	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Si rileva, che per la macchina a doppia vasca, essendo presente un unico display per la gestione di entrambe le vasche, nel caso di gusto comporterebbe il fermo di entrambe
3 Sicurezza La commissione valuterà gli aspetti di sicurezza dell'operatore relativi all'utilizzo del sistema, come per esempio le manovre per la sostituzione dei prodotti chimici, la modalità di apertura della vasca di sterilizzazione ecc...	5		0,8	4	Apertura e chiusura automatica dello sportello, facilità di caricamento. Manca il pescante integrato che evita il gocciolamento durante il cambio di tanica ed il rischio di residuo di disinfettante esausto
4 Modalità di posizionamento strumento per sterilizzazione La commissione valuterà il posizionamento dello strumento nella vasca di sterilizzazione, tenendo conto di fattori fondamentali come l'immersione completa dello strumento, l'eventuale presenza di contatto tra le parti dello strumento ecc	4		1	4	La macchina è provvista di un ciclo di sterilizzazione. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti
5 Tempi di riprocessazione La commissione valuterà il tempo effettivo di riprocessazione degli strumenti tenendo conto della maggior rapidità del sistema nel rispetto degli aspetti normativi: - 8 punti se il tempo del ciclo è minore o uguale (\leq) a 30 minuti; - 6 punti se il tempo del ciclo è compreso nell'intervallo tra: (maggiore) > 30 minuti e (minore o uguale) \leq a 32 minuti; - 3 punti se il tempo del ciclo è compreso nell'intervallo tra: (maggiore) > 32 minuti e (minore o uguale) \leq 34 minuti; - 1 punto se tempo del ciclo ciclo è compreso nell'intervallo tra: (maggiore) > 34 minuti e (minore o uguale) \leq 36 minuti; - 0 punti se tempo del ciclo è (maggiore) > 36 minuti		8		8	Il tempo del ciclo è inferiore di 30 minuti
6 Possibilità di ispezione vano e modalità gestione aperture La commissione valuterà la semplicità e comodità di accesso al vano per il posizionamento dei reagenti chimici e per la sostituzione di eventuali filtri o parti consumabili	5		1	5	Ottimo l'accesso a vano dei reagenti chimici e facilità di sostituzione dei filtri
7 Possibilità di sterilizzazione a fine ciclo	5		1	5	La macchina è provvista di un ciclo di sterilizzazione
8 Tracciabilità del ciclo La commissione valuterà gli aspetti funzionali specifici dell'interfacciamento con il sistema di refertazione presente presso l'Ente	5		0,8	4	Dotata di un software per l'archiviazione e la tracciabilità. La presa LAN, come si evince dalla documentazione non è fissa ma volante, questo comporta problematiche dovute alla sollecitazione del cavo dovuto al movimento in fase di sostituzione liquidi.
9 Filtrazione La commissione valuterà gli aspetti migliorativi inerenti il sistema di filtraggio rispetto ai termini definiti dalla Normativa vigente	4		1	4	L'apparecchiatura è dotata di doppio sistema di filtraggio acqua per evitare il rischio di contaminazione.
B Prodotti chimici					
1 Detergente presterilizzante antibiofilm microbico La commissione valuterà gli aspetti specifici degli agenti chimici utilizzati, in relazione all'esito della processazione e all'impatto sui materiali costruttivi degli endoscopi che vengono riprocessati	10		1	10	Il materiale utilizzato risulta adeguato.
C Assistenza tecnica					
1 Assistenza tecnica La commissione valuterà eventuali migliorie rispetto allo standard minimo previsto da capitolato, in particolare in relazione a: - Tempi di intervento e risoluzione; - Accesso remoto per assistenza tecnica in tempo reale; - Referenze su installazioni verificabili	14		0,6	8,40	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Tempi di intervento in linea con quanto richiesto dal capitolato Le referenze risultano limitate e non specificano in nr. di apparecchiature installate. La ditta non individua in maniera specifica il n. di tecnici disponibili per il servizio di manutenzione

TOTALE PUNTEGGI DI VALUTAZIONE 58,40



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE
DI LAVAENDOSCOPI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA
TECNICA IN FABBISOGNO QUINQUENNALE ALL’AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”**

ID SINTEL 180290903

CIG B0ABA10100

VERBALE DI APERTURA BUSTE ECONOMICHE

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 9)

Alle ore 15:15 del 04.11.2024, in Vicenza, presso gli uffici dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, si riunisce in seduta riservata, per l’apertura e valutazione delle offerte economiche, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 23.05.2024, così composta:

Presidente: dott. ssa Luisa Milan, Dirigente dell’U.O.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza (VI) dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;

Commissari: p.i. Roberto Artuso, Collaboratore tecnico dell’U.O. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell’Azienda Ulssn. 8 “Berica”;

dott.ssa Veronica Sgarabottolo- Coordinatrice dell’U.O.S. Endoscopia Digestiva dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza (VI) dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”

E’ altresì presente la dott.ssa Aurora Collufio, dell’U.O.S. Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e accerta che, tramite l’area comunicazioni della piattaforma SINTEL è stata data preventiva comunicazione dello svolgimento della seduta odierna di apertura delle offerte economiche alle ditte partecipanti alla procedura di gara in parola.

Il Presidente dà atto che la Commissione Giudicatrice ha terminato i lavori di valutazione delle offerte tecniche e assegnato i relativi punteggi.

Il presidente procede pertanto, con la lettura dei verbali redatti dalla stessa Commissione Giudicatrice, datati 17.07.2024 e 16.10.2024, dei quali si richiama la valutazione di seguito riepilogata:

Operatore Economico	Punteggio tecnico
C.I.D.A SRL	66
Nuova Farmec	65,20
Bioh Filtrazione	58,40

La Commissione inizia i lavori inserendo nella piattaforma SINTEL i punteggi assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti come indicato nei suindicati verbali redatti dalla stessa Commissione Giudicatrice.

La Commissione, successivamente, procede a riscontrare la presenza della busta 3 “Offerta Economica” presentate dai concorrenti ammessi alla fase successiva di apertura delle buste economiche, nonché ad effettuare il download della documentazione d’offerta ivi contenuta.

Successivamente viene aperta la busta n. 3 degli offerenti e sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, vengono assegnati i seguenti punteggi:

Operatore Economico	IMPORTO OFFERTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) PER: -Noleggio di n 17 Lavaendoscopi per 60 mesi -Assistenza tecnica full risks per n. 17 vasche per 60 mesi -Fornitura del materiale di consumo per n. 25808 cicli di lavaggio annuo per 60 mesi	PUNTEGGIO ECONOMICO
C.I.D.A SRL	932.175,00 €	23,64
Nuova Farmec	738.781,60 €	29,83
Bioh Filtrazione	734.534,50 €	30,00

La base d’asta complessiva quinquennale era fissata in € 1.096.840,00 iva esclusa.

Si procede quindi con la somma dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e con i punteggi assegnati alle offerte economiche individuando il punteggio complessivo e la relativa graduatoria finale nei termini indicati nella tabella di seguito riportata.

Graduatoria	Operatore Economico	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Totale punteggio	Offerta anomala
1° classificato	Nuova Farmec SRL	69,15	29,83	98,98	no
2° classificato	C.i.d.a. SRL	70	23,64	93,64	no
3° classificato	Bioh Filtrazione SRL	61,94	30,00	91,94	no

La commissione propone quindi di aggiudicare la gara per la fornitura in service di Lavaendoscopi con relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica in fabbisogno quinquennale all'Azienda Ulss 8 "Berica" alla ditta **Nuova Farmec SRL** per l'importo **738.781,60 € (IVA esclusa)** nei termini precisati nella tabella sopra riportata.

La Commissione rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it e trasmesso al suddetto Operatore economico.

La seduta termina in data 04.11.2024 alle ore 15:42

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

dott. ssa Luisa Milan

I COMMISSARI

p.i.Roberto Artuso

dott.ssa Veronica
Sgarabottolo

(F.to cartaceo)



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 – Mail: protocollo@aulss8.veneto.it
PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

**VERBALE DI VERIFICA CONGRUITA' DELL'OFFERTA PER LA GARA PER
"L'AFFIDAMENTO IN SERVICE DI LAVAENDOSOCPI CON RELATIVO MATERIALE DI
CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA IN FABBISOGNO QUINQUENNALE ALL'AZIENDA
ULSS N. 8 BERICA".**

CIG B0ABA10100 ID SINTEL 180290903

Il giorno 09.12.2024 alle ore 09:30, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott. Sandro Possamai procede con la valutazione della congruità dell'offerta presentata in merito alla gara per "l'affidamento in service di lavaendoscopi con relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica in fabbisogno quinquennale all'Azienda Ulss n. 8 "Berica";

Premesso che dal verbale della seduta di apertura delle buste relative alle offerte economiche del 04.11.2024, si è preso atto che l'offerta presentata dalla ditta **Nuova Farmec S.r.l** ha totalizzato 69,15 punti di qualità (punteggio tecnico) e 29,83 di punteggio economico per un totale complessivo offerto pari a € 738.781,60;

Con nota prot. 120422 del 26.11.2024 si è invitata la ditta ad inviare, a termini del co. 2 dell'art. 110 del D.Lgs n-36/2023, le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti che possono riguardare gli elementi indicati nel co. 3 del medesimo articolo;

Preso atto che con nota prot. 122093 del 29.11.2024, la ditta **Nuova Farmec** ha inviato riscontro alla richiesta predetta, deducendo le giustificazioni come da nota agli atti, allegata al presente verbale.

Considerate le giustificazioni inviate dalla concorrente, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'analisi della documentazione presentata e ritiene che le giustificazioni prodotte siano sufficienti a dimostrare la congruità dell'offerta presentata dalla ditta **Nuova Farmec**, la quale si è classificata al primo posto, per i seguenti motivi:

- dalle giustificazioni addotte si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dei materiali di consumo e dei servizi offerti tenuto conto delle particolari condizioni di sconto riservate alle stesse da parte dei fornitori, in virtù degli accordi commerciali;
- i costi aziendali della sicurezza, quelli della manodopera e quelli relativi alle spese generali e l'utile d'impresa indicati sono stati esplicitati in maniera esaustiva e pertanto non si reputa necessario acquisire ulteriori elementi o precisazioni.

Considerate le giustificazioni inviate dalla concorrente, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene l'offerta complessivamente congrua, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, co. 2 del D.Lgs n. 36/2023.

Responsabile del Procedimento: Dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Dott. ssa Aurora Collufio

Tel. 0444-757158

e mail: aurora.collufio@aulss8.veneto.it; protocollo.aulss8@pecveneto.it

Vicenza, 09.12.2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Sandro Possamai

(Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica)

(F.to digitalmente)



Pescantina (VR), 29/11/2024

Prot. UG n.412/2024

cr

Rif. Ufficio Offerte e Gare

Spettabile
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37
36100 VICENZA

Oggetto: Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in service di lavaendoscopi con relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica in fabbisogno quinquennale all'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

CIG B0ABA10100 – ID Sintel 180290903

Verifica di anomalia dell'offerta.

Il sottoscritto CARLO ALBERTO ZENTI nato a VERONA (VR) il 08/11/1965

in qualità di Procuratore della ditta NUOVA FARMEC SRL

con sede legale in SETTIMO DI PESCANTINA (VR), Via W. FLEMMING, n. 7,

Codice Fiscale 00133360081, P. IVA 01737830230,

In riferimento alla Vostra richiesta Prot. 0120422/24 del 26/11/2024, e con riferimento all'art. 110, si forniscono le spiegazioni richieste riguardo al prezzo e ai costi proposti.

Nuova Farmec srl unitamente alle ditte produttrici Soluscope sas e Laboratoires Anios sas afferiscono al medesimo gruppo denominato Ecolab, ha la possibilità di acquisire i beni oggetto della fornitura a condizioni eccezionalmente vantaggiose.

I prezzi delle materie prime utilizzate nella composizione dei prodotti sono oggetto di periodiche rinegoziazioni con i fornitori, consentendo di ottenere condizioni di acquisto particolarmente favorevoli.

Nuova Farmec srl esegue in proprio i servizi e le forniture offerte, dispone di propri tecnici specializzati che provvedono direttamente all'installazione e alle manutenzioni programmate e correttive delle lavaendoscopi.

I tecnici sono inquadrati al livello previsto dal CCNL INDUSTRIA CHIMICA

Nuova Farmec srl è in regola secondo quanto previsto dall'art.26 del [decreto legislativo 9 aprile 2008](#), n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Più specificatamente, i costi che saranno sopportati per la fornitura in service sono i seguenti:

- oneri di sicurezza per le c.d. "interferenze" (indicati dalla Stazione Appaltante, non soggetti a ribasso d'asta) che sono pari € 200,00;
- spese/costi generali (costi ricerca e sviluppo sul mercato) che sono pari a circa il 5,5% dell'importo offerto, € 40.632,99 in valore assoluto;

- costi relativi alla sicurezza (dispositivi individuali di protezione quali guanti monouso, maschere e scarpe antinfortunistica), in rapporto al costo del lavoro, pari all'1,50% del valore complessivo della fornitura € 11.081,72 in valore assoluto;
- costi della manodopera (per consegna e riconsegna apparecchiature, installazione, collaudo, manutenzione ordinaria/straordinaria), pari all'8% dell'importo offerto € 59.102,53 in valore assoluto;
- costi amministrativi (compreso servizio di formazione del personale dell'amministrazione acquirente), pari a circa il 5% dell'importo offerto, € 36.939,08 in valore assoluto.
- costi macchinari (compreso costo licenze software e aggiornamento tecnologico, manutenzione, assistenza tecnica), il 39% dell'importo offerto, circa € 288.124,82 euro in valore assoluto;
- costi materiale di consumo compreso accessori sono pari a circa il 26%, € 192.083,22 in valore assoluto;
- oneri finanziari pari a circa il 5% dell'importo offerto € 36.939,08 in valore assoluto.

Conseguentemente l'UTILE D'IMPRESA atteso è pari al 10% prima delle imposte € 73.878,16 in valore assoluto.

Siamo disponibili per ulteriori verifiche o informazioni sulle voci che hanno determinato il prezzo.

Distinti saluti.

NUOVA FARMEC SRL

Carlo Alberto Zenti – Procuratore

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
ZENTI CARLO ALBERTO
Data: 29/11/2024 10:16:27