



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA IN
SERVICE DI LAVAENDOSCOPI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO
ED ASSISTENZA TECNICA IN FABBISOGNO QUINQUIENNALE
ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA"**

CIG N: B0ABA10100

ID Sintel: 180290903

CHIARIMENTO N.1

- Buongiorno, si richiede quanto segue:
Dal sopralluogo effettuato in data 26.03, risulta mancante il layout della sala lavaggio della centrale di sterilizzazione. Si richiede la planimetria mancante (anche in formato dwg);
Si chiede la possibilità di presentare proposte alternative per il posizionamento delle macchine all'interno delle sale di lavaggio, rispetto all'attuale configurazione.
In attesa di riscontro, cordiali saluti*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 1

In allegato planimetria in formato pdf e dwg per il P.O. di Vicenza.

La stanza della sala lavaggio della centrale di Sterilizzazione è la 3.2.120, come da planimetria allegata (pdf e dwg 9700_ED_HVI_1_3_4_5_6_7_L2_P1).

Le lavaendoscopi dovranno essere posizionate all'interno delle sale di lavaggio, come previsto dagli atti di gara. Considerati gli stretti spazi relativi alla sala lavaggio del P.O. di Arzignano, le eventuali soluzioni alternative dovranno essere concordate con le Unità Operative utilizzatrici in sede di esecuzione contrattuale. Gli eventuali oneri di adeguamento impiantistico e/o dei locali saranno interamente a carico della Ditta aggiudicataria.

CHIARIMENTO N. 2

Buonasera, risulta mancante anche la planimetria della sala lavaggio dell'ospedale di Noventa Vicentina. Si richiede l'invio sia in formato pdf che dwg.

Cordiali saluti

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 2

In allegato planimetria della sala lavaggio del P.O. di Noventa in formato pdf e dwg.

La stanza della sterilizzazione endoscopica è la. 9A.3.30, come da planimetria allegata (pdf e dwg 530100_ED_H_NOV_L3_P2)

CHIARIMENTO N. 3

Buongiorno, si richiedono di specificare quanto segue:

Si chiede conferma che le macchine lavaendoscopi offerte dovranno essere interfacciate con il sistema di tracciabilità CLEANTRACK (Tesi) in uso;

In riferimento all' art.5 del capitolato tecnico si chiede conferma che le apparecchiature da smontare e smaltire siano di proprietà dell'ospedale e non delle Aziende produttrici/distributrici;

In riferimento all'art.8 del capitolato tecnico si parla di durata triennale del contratto: si chiede di precisare se trattasi di refuso.

In attesa di riscontro per procedere, cordiali saluti.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 3

In riferimento al sistema di tracciabilità si conferma che, il sistema informatico/gestionale attualmente in uso presso l'U.O. dell'Azienda ULSS n. 8 è in modello Clean Track, fornito dalla ditta Tesi di Milano;

In riferimento all'art. 5 del capitolato tecnico si precisa quanto segue:

L'unica apparecchiatura di proprietà dell'Ulss n.8 da smontare e smaltire è inventario nr. 78191 (Pentax) ubicata presso il P.O. di Arzignano.

L'apparecchiatura inventario nr.6155 (CIDA) è stata già dismessa e rottamata dall'Azienda ULSS n. 8.

Le restanti macchine lavaendoscopi, attualmente in essere, sono in service.

In riferimento all'art. 8 del capitolato tecnico si chiarisce che si tratta di un refuso: nello specifico la durata del contratto è di 60 mesi con rinnovo di 24 mesi.

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai