



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti
**UOC Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica**
Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Sandro Possamai

Oggetto: Indagine di mercato per l'eventuale fornitura in noleggio triennale comprensivo di manutenzione full risk di n. 1 vuotometro per circolazione extracorporea

L'Azienda Ulss 8 Berica intende procedere con l'acquisto o, in alternativa in noleggio triennale comprensivo di manutenzione full risk, di n. 1 vuotometro per circolazione extracorporea necessario all'effettuazione di interventi in circolazione extra corporea con accesso periferico e mininvasivo, in fabbisogno alla S.O. di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza

Attualmente l'unico sistema noto all'Azienda Ulss n. 8 Berica che ha caratteristiche di sicurezza e funzionalità paragonabili al modello dichiarato fuori uso è quello fornito dalla ditta Spectrum Medical.

Le caratteristiche tecniche che rendono l'apparecchiatura esclusiva sono le seguenti:

- ✓ Autoregolazione del vuoto in base alla pressione a muro
- ✓ Mantenimento costante del vuoto impostato in relazione alle pressioni positive in entrata sul cardioto.
- ✓ Passaggio automatico in aria ambiente in caso di disattivazione del VAVD

Le ditte le quali fossero in grado di fornire i dispositivi richiesti o prodotti ritenuti equivalenti, possono inviare le relative schede tecniche a protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it indicando l'oggetto della presente indagine di mercato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08.03.2024.

Unitamente alle schede tecniche si richiede l'elenco delle installazioni già effettuate e i relativi prezzi di vendita e manutenzione

Il presente avviso è finalizzato a valutare le soluzioni tecniche disponibili sul mercato.

f.to Il Direttore del Servizio
(Dott. Sandro Possamai)