

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO

E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto della fornitura di n. 20 pc medicali all in one in fabbisogno all'UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Bortolo di Vicenza. Id Sintel: 208965000 –

RICHIESTA CHIARIMENTI

Domanda 1: Considerato che per Windows 10 Pro non verranno più forniti aggiornamenti di sicurezza, né nuove funzionalità, né assistenza tecnica da parte di Microsoft, si chiede di confermare la possibilità di fornire il sistema operativo Windows 11 Pro in alternativa

Risposta 1: Si conferma possibilità di fornire Windows 11 Pro

Domanda 2: Si chiede di specificare se la dicitura “Batteria UPS integrata opzionalmente” debba intendersi come: - la predisposizione del sistema per un eventuale futuro upgrade con batteria UPS, oppure - la presenza effettiva e funzionante della batteria UPS già installata al momento della fornitura

Risposta 2: Viene richiesta la predisposizione del sistema per un eventuale futuro upgrade con batteria UPS

Domanda 3: Si chiede di confermare o meno che i prodotti debbano necessariamente avere la registrazione al RDM e CND (come richiesto ai punti 5 e 7 del paragrafo STEP 1 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA del Disciplinare), o se sia sufficiente la conformità alla normativa EN60601 come normalmente richiesto per i panel PC medicali.

Risposta 3: Si conferma la necessità che i prodotti abbiano la registrazione RDM e CND come richiesto dal capitolato

UOC Provveditorato, Economato

Gestione della Logistica

Il Direttore del Servizio Dott. Sandro Possamai