

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2207 DEL 04/12/2025

O G G E T T O

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI “TUBO MEDICALE DI RACCORDO PER ASPIRAZIONE IN PVC (TIPO TUBO DI FUNES)”:
ASSEGNAZIONE FORNITURA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 2243/25

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 Berica n. 1271 del 10.07.2025 è stato disposto, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i., per le motivazioni specificate, l'annullamento d'ufficio in autotutela della Deliberazione del Direttore Generale n. 576 del 27.03.2025, avente per oggetto l'indizione dell'indagine di mercato per l'affidamento diretto della fornitura di "Tubo medicale di raccordo per aspirazione in Pvc (tipo tubo di Funes)" e, conseguentemente, l'annullamento della procedura con ID 199285114 avviata su Sintel in data 26.05.2025; al contempo è stata indetta, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto della fornitura di "Tubo medicale di raccordo per aspirazione in Pvc (tipo tubo di Funes)", per il periodo di quarantotto mesi e l'importo a base d'asta complessivo di € 136.500,00 IVA esclusa;

in data 14.07.2025 è stata pubblicata, con ID 204878548, sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, tale indagine di mercato, aperta a tutti i fornitori iscritti, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 06/08/2025 e assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta da parte di uno o più esperti;

entro tale termine, è pervenuto riscontro da parte delle seguenti ditte:

- Benefis S.r.l.;
- Claber S.r.l.;
- Ferrari L. di Ferrari Pietro S.r.l.;
- HMC Premedical S.p.a.;
- Know Medical S.r.l.;
- Tau Medica S.r.l.;

sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara, in data 18.08.2025, è stato effettuato il download di tutta la documentazione e si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata, ritenuta regolare;

si prende atto che le ditte hanno presentato le offerte di seguito dettagliate:

Ditta	Descrizione - nome comm.le del DM offerto	Prezzo unit. offerto	Importo annuo offerto (Iva escl.)	Offerta complessiva (Iva escl.) - 48 mesi
Benefis S.r.l.	Tubo Di Connessione Yankauer Ref. 16944001a	€ 0,79	24.490,00 €	97.960,00 €
Claber S.r.l.	Tubo In Pvc Flyvac: M-F01400690fu - Ref: F01400690fu	€ 2,34	72.540,00 €	290.160,00 €
Ferrari L. di Ferrari Pietro S.r.l.	F Vacuum Set	€ 1,08	33.480,00 €	133.920,00 €
HMC Premedical S.p.a.	Tubo Di Aspirazione	€ 0,87	26.970,00 €	107.880,00 €
Know Medical S.r.l.	Extension Line	€ 1,05	32.550,00 €	130.200,00 €
Tau Medica S.r.l.	Tubo Di Aspirazione Cod. Ref. TB380	€ 0,99	30.690,00 €	122.760,00 €

in data 12.09.2025 è stata inoltrata la documentazione tecnica agli esperti, nominati con nota prot. n. 0093007/25 del 11.09.2025, per la verifica degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate;

con nota prot. n. 0113161/25 del 04.11.2025, allegata alla presente (Allegato 1), gli esperti hanno, in via preliminare, escluso dalla ricerca di mercato le ditte Claber S.r.l. e Tau Medica S.r.l., per le motivazioni ivi specificate; nella stessa nota, il Gruppo di Esperti propone l'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Benefis S.r.l.;

con ID Sintel n. 209613758, in data 07.11.2025 è stata, pertanto, trasmessa la richiesta di offerta alla ditta Benefis S.r.l., la quale ha dichiarato che i prodotti presentati in fase di indagine di mercato sono i medesimi offerti in fase di affidamento diretto, al contempo confermando le medesime condizioni offerte nell'indagine di mercato, di seguito riepilogate:

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	CND - RdM	Prezzo unit. (Iva escl.)	Importo di spesa (Iva 22% escl.)
1076052	Tubo medicale in PVC per la connessione di sistemi di aspirazione - Tubo di Connessione Yankauer ref. 16944001A	31.000	A060102 - 1361178/R	€ 0,79	€ 24.490,00
Importo complessivo di spesa 48 mesi (Iva 22% esclusa)					€ 97.960,00
Importo complessivo di spesa 48 mesi (Iva 22% inclusa)					€ 119.511,20

si propone di assegnare la fornitura di “*Tubo medicale di raccordo per aspirazione in Pvc (tipo tubo di Funes)*” alla ditta Benefis S.r.l. per un importo complessivo quadriennale pari ad € 97.960,00 (Iva 22% esclusa), comunque fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si riserva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.092,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di “*Tubo medicale di raccordo per aspirazione in Pvc (tipo tubo di Funes)*” alla ditta Benefis S.r.l. per il periodo di 48 mesi, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale, come da relazione allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), alle condizioni economiche di seguito dettagliate:

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	CND - RdM	Prezzo unit. (Iva escl.)	Importo di spesa (Iva 22% escl.)
1076052	Tubo medicale in PVC per la connessione di sistemi di aspirazione - Tubo di Connessione Yankauer ref. 16944001A	31.000	A060102 - 1361178/R	€ 0,79	€ 24.490,00
Importo complessivo di spesa 48 mesi (Iva 22% esclusa)					€ 97.960,00
Importo complessivo di spesa 48 mesi (Iva 22% inclusa)					€ 119.511,20

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
3. di nominare come Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Anna Radin – Direttore U.O.C. Farmacia;
4. di dare atto che l'onere complessivo di spesa, pari ad € 119.511,20 (Iva 22% inclusa), sarà ricompreso, tra i costi, sul conto 54.02.000126/ECO del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2026 / 2029 e ripartito orientativamente come segue:
 - anno 2026: € 29.877,80;
 - anno 2027: € 29.877,80;
 - anno 2028: € 29.877,80;
 - anno 2029: € 29.877,80;
5. nel quadro economico dei costi dell'appalto, si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.092,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento “disciplinare di gara”;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE IN
ESITO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA DI "TUBO MEDICALE DI RACCORDO PER ASPIRAZIONE IN PVC PER
LA CONNESSIONE DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE"**

ID SINTEL: 204878548

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 0093007/25 dell'11/09/2025, risulta composto da:

- Dott.ssa Viola Donadello – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera
- Dott. Lorenzo Musella - Coordinatore Gruppo Operatorio Centralizzato di Vicenza.

Ricevuta la documentazione tecnica ed economica, verificata la completezza della stessa ed esaminata la campionatura pervenuta, esprime le seguenti valutazioni.

In primis prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato offerta le seguenti ditte, proponendo le seguenti offerte:

Ditta	Descrizione - nome commerciale del DM offerto	Prezzo unitario offerto	Importo annuo offerto (Iva escl.)	Importo offerta complessiva (Iva escl.) - 48 mesi
Benefis S.r.l.	TUBO DI CONNESSIONE YANKAUER REF 16944001A	€ 0,79	24.490,00 €	97.960,00 €
HMC Premedical	TUBO DI ASPIRAZIONE REF M01400690	€ 0,87	26.970,00 €	107.880,00 €
Tau Medica	TUBO DI ASPIRAZIONE REF TB380	€ 0,99	30.690,00 €	122.760,00 €
Know Medical	EXTENSION LINE REF EL185040-O	€ 1,05	32.550,00 €	130.200,00 €
Ferrari L. di Ferrari Pietro S.r.l.	F VACUUM SET REF FU0004005-MDB	€ 1,08	33.480,00 €	133.920,00 €
Claber S.r.l.	TUBO IN PVC FLYVAC: codice CLABER: M-F01400690FU - REF: F01400690FU	€ 2,34	72.540,00 €	290.160,00 €

Per quanto riguarda **l'aspetto economico**, si rileva che tutte le ditte hanno presentato offerta inferiore alla base d'asta, tranne la ditta Claber S.r.l., che ha presentato offerta superiore alla base d'asta e viene esclusa dall'indagine di mercato.

Per quanto riguarda gli **elementi tecnici**, si riporta quindi solamente quanto rilevato relativamente ai prodotti offerti dalle ditte Benefis S.r.l., HMC Premedical, Tau Medica, Know Medical e Ferrari L. S.r.l..

Si dà atto, prioritariamente, che:

- la ditta **Tau Medica** viene esclusa perché la lunghezza del tubo del dispositivo medico offerto è inferiore alla lunghezza richiesta di 4 m ed inoltre, nel confezionamento primario, non è presente il tubicino necessario per adattare uno dei due raccordi terminali da F a M.

Con riferimento agli elementi preferenziali di cui all'art. 6, di seguito riportati:

- Flessibilità del tubo;
- Trasparenza del tubo, deve permettere una ottimale visione del materiale biologico in aspirazione;
- Effetto anti-kinking, durante l'uso non si devono creare indesiderate strozzature del dispositivo;
- I raccordi conici devono garantire una perfetta tenuta del dispositivo.

Il Gruppo di esperti rileva che:

Ditta Benefis S.r.l.: la flessibilità del tubo è buona, la trasparenza del tubo consente una sufficiente visione del materiale aspirato, il tubo ha un ottimo sistema anti-kinking, i raccordi garantiscono un'ottima tenuta del dispositivo all'aspiratore e alla cannula.

Ditta HMC Premedical: la flessibilità del tubo è buona, la trasparenza del tubo consente una sufficiente visione del materiale aspirato, il tubo ha un ottimo sistema anti-kinking, i raccordi garantiscono una buona tenuta del dispositivo all'aspiratore e alla cannula.

Ditta Know Medical: la flessibilità del tubo è buona, la trasparenza del tubo consente una sufficiente visione del materiale aspirato, il tubo ha un ottimo sistema anti-kinking, i raccordi garantiscono una sufficiente tenuta del dispositivo all'aspiratore e alla cannula.

Ditta Ferrari L. S.r.l.: la flessibilità del tubo è buona, la trasparenza del tubo consente una buona visione del materiale aspirato, il tubo ha un ottimo sistema anti-kinking, i raccordi garantiscono una buona tenuta del dispositivo all'aspiratore e alla cannula.

Tutti i prodotti rispondono alle esigenze cliniche e considerate le minime differenze, il gruppo di esperti propone l'affidamento alla ditta **Benefis S.r.l.** (TUBO DI CONNESSIONE YANKAUER REF 16944001A) in quanto propone l'offerta economica più vantaggiosa.

Luogo e firma 28/10/2025

Dott. Lorenzo Musella

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Dott.ssa Viola Donadello

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy